

Anexa 22. Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:		ACM nr. 21099731 / ocds-b3wdp1-MD-1696937769575			Data: 17.10.2023		Alternativa n
Denumirea procedurii de achiziție:		Produse parafarmaceutice (ACM_2) – 2023					Pagina: _____ din _____
Denumirea bunurilor /serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință
1	2	3,00	4	5	6		7
Lot 1. Filtru cu filtrare eficientă și cu returnarea optimă a umidității și căldurii	MP01(5)805	Germania	Draegerwerk	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, HME/Filter TwinStar 55/Plus, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, pierderea H2O nu mai mult de 9,4 mg H2O/l la VT=500ml, return H2O cel puțin 34,6mg H2O/l la VT=500ml, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,3mbar, volum compresibil nu mai mult de 55ml, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2. Pag. 55 si 59 din Catalogul Draeger		CE, ISO
Lot 2. Filtru p/u utilizare în anestezie sau TI	MP01(5)770	Germania	Draegerwerk	Filtru p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 60ml, greutate nu mai mult de 28g, volumul Tidal minim 200 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Filtru p/u circuite de respirație, CareStar 30/20 Plus, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,3mbar, volum compresibil nu mai mult de 20ml, volumul Tidal recomandat de la 100 până la 500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Pag. 56 si 60 din Catalogul Draeger		CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**