

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1725027075046** din **30.08.2024**

Obiectul achiziției: **Achiziția Dispozitivelor medicale lista suplimentară conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lot nr. 3 Frigider pentru reactivi 200 L</b>						
<b><u>Lot nr. 3</u> Frigider pentru reactivi 200 L</b>	Frigider pentru reactivi 200L <b><u>Model R-281 ESSENTIAL</u></b>	Danemarca	Vestfrost Solutions	Frigider pentru reactivi, 200 L Descriere: Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Configurație: mobil Capacitatea: ≥ 200 L Ușă: 1 ușă solidă, blocare cu cheie Număr de rafturi: ≥ 4 Lumină interior: Da Construcție interioară: materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură: digital Înregistrarea și memorarea temperaturii și a alarmelor: Da Alarmer: acustică, vizuală Răcire: ventilată Temperatura reglabilă: 2 ... +8 °C Omogenitatea/uniformitatea termică: ±2 °C Alimentare: 220 V, 50 Hz Refrigerent: fără CFC / HCFC Zgomot: < 48 dB Accesorii: sertare	<b><u>Frigider pentru reactivi, 200 L</u></b> Descriere: Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Configurație: mobil Capacitatea: - <b>281 L</b> ; Ușă: 1 ușă solidă, blocare cu cheie - <b>Da (datasheet)</b> ; Număr de rafturi: <b>4+1 - Da (datasheet)</b> ; Lumină interior - <b>Da (datasheet)</b> ; Construcție interioară: materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare - <b>Da ( PS) (datasheet)</b> ; Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă - <b>Otel vopsit (datasheet)</b> ; Afisaj temperatură: digital - <b>Da (datasheet)</b> ; Înregistrarea și memorarea temperaturii și a alarmelor - <b>Da (datasheet)</b> ; Alarmer: acustică, vizuală - <b>Da, ambele (datasheet)</b> ; Răcire: ventilată - <b>Da ( Dual air Sistem) (datasheet)</b> ; Temperatura reglabilă: <b>+2 ... + 10 °C (datasheet)</b> ; Omogenitatea/uniformitatea termică: <b>± 1,5 °C (datasheet)</b> ; Alimentare: 220 V, 50 Hz - <b>Da (datasheet)</b> ; Refrigerent: fără CFC / HCFC - <b>Da (se foloseste refrigerant) R600 (datasheet)</b> ; Zgomot: - <b>45 dB (datasheet)</b> ; Accesorii: sertare - <b>Da</b> ; Cerințe:	

				<p>Cerințe:  Anul producerii minim 2023-24  Garanție minim 24 luni  Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție  Manuale de utilizare limba romana sau rusa  Manual de service limba engleza, rusa sau romana  Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică.  Training pentru personal tehnic  Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defectiunilor minore,  parole de acces după caz.</p>	<p>Anul producerii - <b>2024;</b>  Garanție minim 24 luni - <b>Da;</b>  Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție-  <b>Da, organizata de inginer specializat;</b>  Manuale de utilizare limba romana sau rusa - <b>Da, Română;</b>  Manual de service - <b>limba engleză;</b>  Training pentru utilizatori - <b>Da trening organizat de către un inginer calificat;</b>  Pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică - <b>Da, trening organizat de catre un inginer calificat;</b>  Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defectiunilor minore - <b>Da, trening organizat de către un inginer calificat</b>  Parole de acces după caz - <b>Da, vor fi prezentate în caz de necesitate.</b></p>	
<b>Lot nr. 11 Stativ pentru perfuzii/infuzii</b>						
<b>Lot nr. 11 Stativ pentru perfuzii/infuzii</b>	Stativ pentru perfuzii/infuzii <b>Model SP-001</b>	R. Moldova	CARAVAN EXPRESS S.R.L.	<p>Stativ pentru perfuzii/infuzii  Descriere: Stativ destinat pentru montarea și susținerea în siguranță a 1-2 pompe de infuzie și orice vase cu o capacitate de 50 până la 500 ml.  1)Corpul din oțel inoxidabil  2)Posibilitatea de ajustare a înălțimei ±35 cm  3)Înălțimea maximă ≥ 200 cm  4)Montat pe picioare din oțel inoxidabil cu roțile minim 5 roțile, minim una cu frână.  5)Minim 2 suporturi-coșuleț pentru vase; minim 2 cârlige  6)Sarcina maximă (greutatea maximă de susținere) - minim 4,1 kg</p>	<p style="text-align: center;"><b>Stativ pentru perfuzii/infuzii SP - 001</b></p> <p>Descriere: Stativ destinat pentru montarea și susținerea în siguranță a 1-2 pompe de infuzie și orice vase cu o capacitate de 50 până la 500 ml - <b>DA;</b>  <b>1) Corpul din oțel inoxidabil - DA;</b>  <b>2) Posibilitatea de ajustare a înălțimei ± 35 cm - DA;</b>  <b>3) Înălțimea maximă - 250 cm - DA;</b>  <b>4) Montat pe picioare din oțel inoxidabil cu 5 roțile, una cu frână - DA;</b>  <b>5) 2 suporturi-coșuleț pentru vase, cu 2 cârlige - DA;</b>  <b>6) Sarcina maximă (greutatea maximă de susținere) - 4,4 kg - DA;</b>  <b>A se vedea broșura</b>  <b>AMDM <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DM000619996</span></b></p>	
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica  
În calitate de: Administrator  
Ofertantul: Aelo Grup SRL  
Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Movila 23/5, ap (of)3