

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1726227245956
Denumirea procedurii Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/ Număr de înregistrare
1	2	3	4	5	6	7
LOT 42						
Frigider de laborator 600 - 800l cu sertare	YC-650CL	China	ZHONGKE MEILING CRYOGENICS COMPANY LIMITED	Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei: 600 - 800 litri; Temperatura minimă setabilă $\leq +4^{\circ}\text{C}$ Temperatura maximă setabilă $\geq +8^{\circ}\text{C}$ Sertare incluse: ≥ 5 Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Ușă transparentă Construcție interioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Dotat cu roțile pentru transportare Izolare termică: minim 60 mm poliuretan (PUR) Interfață: Ecran grafic, tactil, ≥ 5 inci Afișare pe ecran a graficului de temperatură Dotat cu port USB pentru exportare date Dotat cu port de acces pentru senzor	Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei: 650 litri ; Temperatura minimă setabilă $+2^{\circ}\text{C}$ Temperatura maximă setabilă $+8^{\circ}\text{C}$ Sertare incluse: 5 Dotat cu mecanism de blocare a ușii DA ; Ușă transparentă DA Construcție interioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; DA Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; DA Dotat cu roțile pentru transportare Izolare termică: 55 mm poliuretan (PUR) Interfață: Ecran grafic, tactil, 7 inci Afișare pe ecran a graficului de temperatură DA Dotat cu port USB pentru exportare date	ISO

				<p>extern</p> <p>Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc.</p> <p>Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor</p> <p>Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0, fără fluor(non F)</p> <p>Dezghețare automată</p> <p>Convecție forțată</p> <p>Posibilitate monitorizare de la distanță</p> <p>Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz.</p> <p>Dimensiuni externe: H <2000 mm, A sau L <800 mm</p> <p>Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul</p> <p>Se acceptă atât dispozitive medicale cât și electrice (preferențial medicale)</p> <p>Termen de garanție nu mai mic de 36 luni din momentul instalării.</p>	<p>DA</p> <p>Dotat cu port de acces pentru senzor extern DA</p> <p>Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. DA</p> <p>Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor DA</p> <p>Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0, fără fluor(non F) DA -R290</p> <p>Dezghețare automată DA</p> <p>Convecție forțată DA</p> <p>Posibilitate monitorizare de la distanță DA</p> <p>Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. DA</p> <p>Dimensiuni externe: H - 1985 mm, L - 715 mm</p> <p>Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul DA</p> <p>Se acceptă atât dispozitive medicale cât și electrice Low Voltage Directive 2014/35/EU</p> <p>Termen de garanție nu mai mic de 36 luni din momentul instalării. DA</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

In calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău