

	Specificații tehnice (F4.1)							
						din 07.07.2020		
Numărul licitației: 21024565								Alternativa nr.
Denumirea licitației: Consumabil angiografice pentru anul 2020 (Repetat) Conform necesitatilor IMSP Institutul de Medicina Urgenta						Lot: conform listei solicitate		Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33111730-7		Lotul 1						
		ANGIOGRAPHIC SYRINGE	42.16.10003	China	SCW MEDICATH LTD	Rezistenta la presiune nu mai putin de 1200 psi, din polipropilen de calitate inalta, transparent (pentru identificarea bulelor de aer), lacăt dublu pentru prevenirea aspiratiei si scurgerii, cap de protecție pentru evitarea contaminarii, conectare la toate standardele Luer posibile.	1.Curățarea corpului Oferă clarificări excelente 2.Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3.Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare. Folosit pentru Medrad Modele - Single și Dual Volum (ml) - 65, 65/115, 130, 150, 190, 200	CE
			42.16.10000					
			42.16.10001					
			42.16.10002					
			42.16.10004					
			42.16.10005					
			42.16.10007					
			42.16.10008					
			42.16.10009					
	42.16.10010							
	42.16.10011							
	42.16.10012							
	42.16.10016							
	42.16.10019							
		Total lot 1						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23