

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1749648581872 din 11.06.2025
Obiectul achiziției:	Saltele antiescare

N/o	Denumirea bunurilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1	Saltele antiescare Model YHMed QDC-303	China	Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd	Saltele antiescare cu pompa: • Dimensiune: 200-220 x 90-100 x 7-9 cm • înălțimea celulelor: 7-10 cm • Material: PVC • grosimea: minim 0.32 mm • număr de celule: minim 130 • greutatea maxima suportată: minim 130 kg. Pompa: • Tensiunea de alimentare: 220 V, 50 Hz • presiunea de lucru: 40-100 mmHg • Timpul unui ciclu: maxim 7 min • cu posibilitatea de a fi atașată de patul pacientului	Saltele antiescare cu pompa: • Dimensiune: 200 x 90 x 7 cm • înălțimea celulelor: 7 cm • Material: PVC • grosimea: 0.32 mm • număr de celule: 130 • greutatea maxima suportată: 135 kg. Pompa: • Tensiunea de alimentare: 220 V, 50 Hz • presiunea de lucru: 40 - 100 mmHg • Timpul unui ciclu: 6 min • cu posibilitatea de a fi atașată de patul pacientului – DA .	
	TOTAL					

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Aelo Grup SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Movila 23/5, ap (of)3