

IMSP Spitalului de Stat

Numărul procedurii de achiziție: 21029076


Data: 16.10.2020 - 27.10.2020

Alternativa nr.

Denumirea procedurii de achiziție: privind achiziționarea reagenților, seturilor pentru diagnostic, materialelor consumabile de laborator, accesoriilor conform necesităților IMSP Spitalului de Stat pentru anul 2021

Pagina 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Product-terul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33696200-7	Amn-HCV	Anti-HCV ELISA	China	Wantai	Amn-HCV. Comuile generale* de asermenten să fi me mluși, în afara de controlul „+” și „-” calibrator. Metoda ELISA	<b>Set pentru determinarea Anti-HCV, 96 teste, Metoda ELISA</b> <i>Investat în Republica Moldova</i> Metoda de determinare ELISA. Seruile sunt livrate în ambalaj securizat, marca și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare)le produsului indicate pe ambalaj, corespund în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenii de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. În set sunt prezente toți reagenții necesari pentru teste. Reagenții, soluțiile din set sunt lichizi și țeta de lucru. Soluțiile de lucru sunt stabile mai mult de 30 zile. În instrucțiunea de folosire este indicată specificitatea și sensibilitatea testelor să fie nu mai mică de 99,8%. Setul conține controlul pozitiv și negativ. Strigurile sunt dezagabile, posibilitatea de a rupe stripu și de a folosi cte un godeu. Fiecare posibil de a țeta este o probă. <b>Conform cerințelor generale</b>	ISO CE
33696200-7	HBSAg	HBSAg ELISA	China	Wantai	Cerinte generale* de asermenten să fi me mluși, în afara de controlul „+” și „-” calibrator. Metoda ELISA (tesse)	<b>Set pentru determinarea HBSAg, 96 teste, Metoda ELISA</b> <i>Investat în Republica Moldova</i> Metoda de determinare ELISA. Seruile sunt livrate în ambalaj securizat, marca și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare)le produsului indicate pe ambalaj, corespund în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenii de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. În set sunt prezente toți reagenții necesari pentru teste. Reagenții, soluțiile din set sunt lichizi și țeta de lucru. Soluțiile de lucru sunt stabile mai mult de 30 zile. În instrucțiunea de folosire este indicată specificitatea și sensibilitatea testelor să fie nu mai mică de 99,8%. Setul conține controlul pozitiv și negativ. Strigurile sunt dezagabile, posibilitatea de a rupe stripu și de a folosi cte un godeu. Este posibil de a țeta este o probă. <b>Conform cerințelor generale</b>	ISO CE
33696200-7	RF - LATEX	ASO VISILATEX RF VISILATEX	Marca Britanie	P Diagnostic	Metoda LATEX (tesse)	ASO VISILATEX cu control negativ 1ml, pozitiv 1ml, inclusiv plasmate, baghete getabile(ambalaj 5 ml-100 tesse) Metoda latex -test <b>Conform cerințelor generale</b>	ISO CE
3314000-3	Dozator 0,5-5,0 ml	Dozator 0,5-10 ml	China	Diab	0,5-5,0 ml Tipul: deschis. Prezentarea certificatului metrologic la livrarea	Dozator 0,5-10 ml Tipul: deschis. Prezentarea certificatului metrologic la livrarea	ISO CE
3314000-3	Dozator 100-1000 ml	Dozator 100-1000 ml	China	Diab	100-1000 ml Tipul: deschis. Prezentarea certificatului metrologic la livrarea	Dozator 100-1000 ml Tipul: deschis. Prezentarea certificatului metrologic la livrarea	ISO CE
3314000-3	Dozator 5-50 ml	Dozator 5-50 ml	China	Diab	5-50 ml Tipul: deschis. Prezentarea certificatului metrologic la livrarea	Dozator 5-50 ml Tipul: deschis. Prezentarea certificatului metrologic la livrarea	ISO CE
3314000-3	Dozator 5-200 ml	Dozator 50-200 ml	China	Diab	5-200 ml Tipul: deschis. Prezentarea certificatului metrologic la livrarea	Dozator 50-200 ml Tipul: deschis. Prezentarea certificatului metrologic la livrarea	ISO CE
33696200-7	Expres teste la glucoza, cetonc, ph	U-3	China	AT	teste	Expres teste la glucoza, cetonc, ph	ISO CE
33696300-8	Teste pentru determinarea singelui ocuul in materialul biologic	FOB Peces	China	AT	Teste-beuzi	Teste pentru determinarea singelui ocuul in materialul biologic	ISO CE
33696300-8	Teste pentru determinarea Clostridium difticle CIDA1 ToxinaA+ToxinaB	Cadifrice GDH,Toxina A&B	China	AT	teste	Teste pentru determinarea Clostridium difticle CIDA1 ToxinaA+ToxinaB	ISO CE



Semnăt: *[Signature]* Nume: Varnian Irina  
In calitate de: Director

Ofertantul: PacLabdiagnost SRL Adresă: Grup, Chisinau, str. Miorita, 5