

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1659684146195 din 05.08.2022
Obiectul de achiziție: Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 56 Microscop binocular, simplu	B-292	Italia	Optika	Microscop binocular, simplu Cod 250200 Descriere Microscopul cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, mase fecale. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil); Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamele) universal	Microscop binocular, simplu Cod 250200 Descriere Microscopul cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, mase fecale. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă LED; Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen	

				pentru un singur specimen Revolver pentru 4 obiective (din sticlă) Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla 4x, 10x, 40x, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat si pre-focusat, tip Abbe Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Ulei de imersie – o sticluță	Revolver pentru 4 obiective (din sticlă) Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla 4x, 10x, 40x, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat si pre-focusat, tip Abbe Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 48-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Ulei de imersie – o sticluță	
Lotul 67 Autoclav 100 l cu incarcare verticala (otel inox) cu ciclu de vacuum	AE-110-B	Spania	Raypa	Autoclav 100 l cu încărcare verticală (hotel inox) cu ciclu de vacuum Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură verticală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale.Construcția interioară este din oțel. Parametrul Specificația Încărcare verticală Construcția interioară din oțel Exterior metalic galvanizat sau oțel inox.	Autoclav 110 l cu încărcare verticală (otel inox) cu ciclu de vacuum. Descriere: Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură verticală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inox. Parametrul Specificația: Încărcare verticală; Construcția interioară din oțel inox;	

				Securitate la supraîncălzire da Alarme acustică vizuală Durata sterilizării reglabilă da Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit da Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a uşii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă da Uşa rămâne blocată până la scaderea sfârşitului procesului de sterilizare da Suprafaţa exterioară să nu se încălzească Imprimantă termică da Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afişaj LED Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre şi post vacuum selectabil Sistem de uscare da Facilităţi de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior 100 l, ± 10 l Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: 115 -134 grade C Precizie temperatură $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Autoclavul să fie conectat la conductele de apă şi canalizare da	Exterior oţel inox. Securitate la supraîncălzire da; Alarme acustică vizuală; Durata sterilizării reglabilă da; Regimuri de sterilizare presetate 50 programe; Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit da; Control electronic Microprocesor; Sistem de blocare a uşii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă da; Uşa rămâne blocată până la scaderea sfârşitului procesului de sterilizare da; Suprafaţa exterioară să nu se încălzească; Imprimantă termică da; Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afişaj LED; Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare, presiune (digital), vacuum (digital). Ciclu de sterilizare; Ciclu de presiune pozitivă; Ciclu de vacuum Pre şi post vacuum selectabil; Sistem de uscare da; Facilităţi de setare timp, temperature, eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor, racire rapidă (naturală). Volum interior 110 l, Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: 105 -134 grade C;	
--	--	--	--	---	--	--

				"Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare " da, sa se indice modelul oferit Înregistrator date da Tip date data timp temperatura presiune Alimentare Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz	Precizie temperatură $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Autoclavul va fi conectat la conductele de apă și canalizare da; "Va fi inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare " da; Va fi indicat modelul oferit; Soft înregistrator date da; Tip date: data, timp, temperature, presiune. Alimentare: Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz.	
--	--	--	--	--	---	--

Cu respect,
Director Lokmera SRL

Nicolai Iasîbaș