

Specificație completată

Model: STERIPLUS 80 Producător: Tesalys Țara: Franța

Specificare tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificare tehnică deplină propusă, Standarde de referință
Specificații tehnice pentru Dispozitiv de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală- Concepțut pentru fărîmițarea și decontaminarea prin sterilizare/ autoclavarea cu aburi a deșeurilor de uz medical, plastic, seringi, instrumente etc., automatizat. Caracteristici generale Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață – se vor prezenta următoarele documente: -certificat de conformitate CE emis de un organism notificat; -autorizație de furnizare pentru produsul respective. Toate certificatele și autorizațiile trebuie să fie în termen de valabilitate. Perioada de garanție completă -minim 24 luni de la recepție, punerea în funcție și instruirea personalului. Se vă anexa o declarație în acest sens. Amenajarea spațiului va fi efectuată de către operatorul economic desemnat drept câștigător. (conexiuni la apă, canalizare, rețea electrică). Oferta va conține tot ce se poate oferi din partea operatorului economic în vederea instalării utilajului propus.Se va prezenta o declarație în acest sens. Instalarea, punerea în funcțiune, instruirea personalului operator se efectuează de către furnizor la beneficiar, în locația de livrare, cu personal autorizat al firmei care livrează și sunt operații incluse în preț.Se va anexa o declarație în acest sens. Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb, cel puțin 10 ani de la data livrării. Se va anexa o declarație în acest sens. Se va face dovada că există service pentru acest tip de aparat pe teritoriul RM, agreată de producător. Furnizorul va anexa o declarație în acest sens . Configurație-Static pe podea sau mobil. Numărul de cicluri mai mult sau egal cu 1 Timpul max pentru un ciclu pentru deșeuri cu densitate medie-până la 35 min, pentru deșeuri umede, lichide etc.-până la 50 min. Capacitatea- mai mult de 80 l	Specificații tehnice pentru Dispozitiv de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală- Concepțut pentru fărîmițarea și decontaminarea prin sterilizare/ autoclavarea cu aburi a deșeurilor de uz medical, plastic, seringi, instrumente etc., automatizat. DA Caracteristici generale Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață – se vor prezenta următoarele documente: -Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat; DA -Autorizație de furnizare pentru produsul respective. DA Toate certificatele și autorizațiile trebuie să fie în termen de valabilitate. DA Perioada de garanție completă -minim 24 luni de la recepție, punerea în funcție și instruirea personalului. DA Se vă anexa o declarație în acest sens.DA Amenajarea spațiului va fi efectuată de către operatorul economic desemnat drept câștigător. (conexiuni la apă, canalizare, rețea electrică). DA Oferta va conține tot ce se poate oferi din partea operatorului economic în vederea instalării utilajului propus.Se va prezenta o declarație în acest sens.DA Instalarea, punerea în funcțiune, instruirea personalului operator se efectuează de către furnizor la beneficiar, în locația de livrare, cu personal autorizat al firmei care livrează și sunt operații incluse în preț DA.Se va anexa o declarație în acest sens.DA Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb, cel puțin 10 ani de la data livrării. Se va anexa o declarație în acest sens. DA Se va face dovada că există service pentru acest tip de aparat pe teritoriul RM, agreată de producător. Furnizorul va anexa o declarație în acest sens . DA este indicata in scrisoare de autorizare Configurație-Mobilă concepută cu 4 roți. Numărul de cicluri mai mult sau egal cu 1 DA Timpul max pentru un ciclu pentru deșeuri cu densitate medie-până la 35 min, DA 30-35 min din Steriplus 80_prospect pag. 2 pentru deșeuri umede, lichide etc.-până la 50 min. DA 30-50 min din Steriplus 80_prospect pag. 2 Capacitatea - de 80 l DA din Steriplus 80_prospect

Camera de fărîmîtare și decontaminare/sterilizare- din oțel inoxidabil. Capacitatea de încărcare- mai mult de 12 kg pe ciclu. Capacitatea de fărîmîtare și decontaminare pentru deșeuri cu densitate medie- cel puțin 12 kg/oră, pentru deșeuri umede sau lichide – cel puțin 20 kg/oră. Tip- „, Shredder”, încorporat, cu mecanism automat de presare a deșeurilor către „,Shredder”. Temperatura pentru decontaminare prin autoclavare –min 135grade C Timpul maxim pentru decontaminare/ sterilizare- nu mai mult de 20 min. Încărcarea-automat Descărcarea- automata după ciclu,separată de cea de încărcare. Sistemă de dedurizare a apei . Filtru de protecție pentru utilizator contra contaminării cu COVID-19. Sistemă de răcire a blocului electric. Nu va fi necesară sistemă separată de ventilare Termoprinter integrat, cu transmiterea datelor pe USB. Alimentarea –electricitate Accesorii incluse: Șervețele de curățare- min 1 set Ochelari de protecție-min 1 set Perie de curățat- min 1 set. Mănuși de protecție termică-min 1 set. Hîrtie pentru imprimantă-min 1 bucată. Ecrane de protecție- min 2 bucăți. Kit pentru mentenanță preventivă pentru 1000 cicluri- min 1 set.	pag. 2 Camera de fărîmîtare și decontaminare/sterilizare- din oțel inoxidabil. DA AISI 304L din Steriplus 80_prospect pag. 2 Capacitatea de încărcare- maxim este de 16 kg pe ciclu. din Steriplus 80_prospect pag. 2 Capacitatea de fărîmîtare și decontaminare pentru deșeuri cu densitate medie- 12 kg/oră, DA din Steriplus 80_prospect pag. 2 pentru deșeuri umede sau lichide – 20 kg/oră. din Steriplus 80_prospect pag. 2 Tip- „, Shredder”, încorporat, cu mecanism automat de presare a deșeurilor către „,Shredder”. DA Temperatura pentru decontaminare prin autoclavare –135grade C DA din EN Steriplus 80 pag. 1 Timpul maxim pentru decontaminare/ sterilizare- nu mai mult de 20 min. DA din EN Steriplus 80 pag. 3 Încărcarea-automat . DA din EN Steriplus 80 pag. 2 Descărcarea- automata după ciclu,separată de cea de încărcare. DA din EN Steriplus 80 pag.3 Sistemă de dedurizare a apei . DA din EN Steriplus 80 pag. 2 Filtru de protecție pentru utilizator contra contaminării cu COVID-19. DA este inclus in setul de livrare. Sistemă de răcire a blocului electric. DA este inclus DA din EN Steriplus 80 pag. 2 Nu va fi necesară sistemă separată de ventilare DA. Aburi ca rezultat a autoclavare vor trece prin etapa de racire si evacuare in canalizare. Termoprinter integrat, DA inclus cu transmiterea datelor pe USB. DA inclus Alimentarea –electricitate DA 380-400 V, Phaze 3, 20 Kw Accesorii incluse: Șervețele de curățare- 1 set DA Ochelari de protecție- 1 set DA Perie de curățat- 1 set. DA Mănuși de protecție termică- 1 set. DA Hîrtie pentru imprimantă- 1 bucată. DA Ecrane de protecție- 2 bucăți. DA Kit pentru mentenanță preventivă pentru 1200 cicluri sau pentru primul an de lucru- 1 set. DA
---	--