

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1678440380675 din 27.03.2023					
Obiectul achiziției:		Achiziționarea centralizată de consumabile medicale și parafarmaceutice conform necesităților IMSP, pentru anul 2023 (repetat) prin procedura de achiziție: Licitație publică					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
7	Set pentru cezariana	CESAREAN SET, model Z10-018-01	Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAĞLIK URUNLERİ SAN. VE TİC.	. cerșaf pentru masa de instrumente 2. material: SMMS 3. mărime: ~150 x 200 cm - 1 buc. II. 1.cerșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2.mărime: ~ 200 x 300 cm - 1 buc. III. 1.cerșaf pentru nou-născut 2.mărime: ~ 75 x 90 cm. 1 buc. IV.1. clamă ombilicală - 1 buc. V.1.halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: L (universală) - 2buc. VI.1. prosop pentru mâini 2.mărime: 40 x 40 cm - 2 buc. VII.1. cerșaf 2.mărime: 100 x 100 cm - 1 buc.	. cerșaf pentru masa de instrumente 2. material: SMMS 3. mărime: ~150 x 200 cm - 1 buc. II. 1.cerșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2.mărime: ~ 200 x 300 cm - 1 buc. III. 1.cerșaf pentru nou-născut 2.mărime: ~ 75 x 90 cm. 1 buc. IV.1. clamă ombilicală - 1 buc. V.1.halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: L (universală) - 2buc. VI.1. prosop pentru mâini 2.mărime: 40 x 40 cm - 2 buc. VII.1. cerșaf 2.mărime: 100 x 100 cm - 1 buc. DM000396731	CE, ISO
8	Set chirurgical standard steril	UNIVERSAL SET STANDARD, model Z10-001-01	Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAĞLIK URUNLERİ SAN. VE TİC.	"Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînfortată din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Câmp pentru Masa Mayo cu reînfortare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbție - sa nu lase scame - 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc Câmp parte inferioara. 190 x 195 cm (+/-10cm) - 1 buc • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in țesătura, lățimea de > 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafața de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistenta lichide > 50 cm H20/cm2 Câmp parte superioare. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in țesătura, lățimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafața de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de poziționare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc	"Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînfortată din SMS 150x190cm - 1 buc Câmp pentru Masa Mayo cu reînfortare SMS 80x145 cm - 1 buc Servetel pentru absorbție - sa nu lase scame - 40x40 cm - 2 buc Câmp parte inferioara. 200 x 200 cm - 1 buc • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in țesătura, lățimea de > 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafața de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistenta lichide > 50 cm H20/cm2 Câmp parte superioare. 160x270 - 1 buc • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in țesătura, lățimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafața de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de poziționare 10*50 - 1 buc DM000396730	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Administrator**

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**