

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1667554412830 din 14 nov 2022, 10:00 - 21 nov 2022, 10:00

Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 22)

Co d CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
331 000 0-1	1	Ultrasonograf General, Multidisciplinar performanță obișnuită (finanțat de proiectul Kusanone	Arietta 65	Japonia	Fujifilm (Hitachi)	Ultrasonograf General, Multidisciplinar performanță obișnuită Cod APLICAȚII CLINICE General, Multidisciplinar PROBE PORTURI 4 Transductoare cu care este necesar sa fie dota Ultrasonogrful Linear banda de frecvențe de lucru acoperă in totalitate intervalul: nu mai mare de 2 MHz – nu mai mic de 11 MHz câmp vizual de nu mai mic de 50 mm aplicatii: abdominale, vasculare, neonatale/pediatrice si parti moi. Possibilitate de atasare a unui ghid de biopsie Compatibil cu elastografi de compresie sau strain Convex banda de frecvențe de lucru acoperă in totalitate intervalul: nu mai mare de 1 MHz – nu mai mic de 6 MHz câmp vizual nu mai mic de 65° aplicatii: abdomen, obstetrica, ginecologie, musculoscheletal, pediatric, urologie, vascular Tehnologia aplicabila pentru acest transductor obligatoriu XDClear/Matricial / Single cristala Compatibil cu elastografi de compresie sau strain si shearwai sau elastografia hepatica Edocavitar Banda de frecvente de lucru acopera in totalitatea intervalul Nu mai mare de 3 MHz – nu mai mic de 10 MHz câmp vizual nu mai mic de 175° aplicatii:, obstetrica, ginecologie, urologie Compatibil cu elastografi de compresie sau strain NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥380.000,00 GAMA DINAMICA ≥ 350dB Gama de fregventa a ecografului ≥ 2 - 22 MHz Adincimea de scanare ≥ 45 cm Prezenta obligatoriilor a fregventilor armonice si filtrelor care po fi reglate de utilizator pentru imagine, pentru contur. da prezentarea listei POSTPROCESARE da Compatibil cu transductoarele Liniar, Liniar Matriciale/XDClera/ Single Cristal, Liniar ≥ 20 Mhz, Convex, Convex matriciale/XDClear/ Single Cristal, Convex pediatric, Convex 4D (3D/4D), Endocavitar, Endocavitar 4D (3D/4D), Cardiac adult si cardiac pediatric si neodant, sonda CW si Sonda TEE prezentare listei compelte de sonde disponibile pe ecograf. Aplicatii/Moduri disponibile pe echipament minim Cardiologie, Obstetrica, Ginecologie, Musculoscheletal, Abdomen, Vascular, Parti moi, Urologie, Pediatrie, Preseturi standard, Cord adult, Adnexa, Aorta, Arc aortic, Arterial, Abdomen, Vezica urinara, Intestine, Sin, Carotida, Penetrare, OB Trim 1, OB Trim 2, OB Trim 3, Coloana, Uter, Venos, Prostata, Renal, Tiroida, Testicul, Doppler transcranial, Cord fetal, Cap (neonatalogie), Translucenta nucala, Abdomen pediatric, Cord pediatric,Sold pediatric . IMAGINE MODURI INCLUSE 2D/B-mode da Dopper color da Doppler Pulsat da M-mode da	Conform anexei nr. 1 la Specificatii Tehnice, conform broșurii anexate	CE/ISO

						Dual life da Triplex life da Quat life da IMAGINE MODURI OPTIONALE Doppler Tisular da Doppler Continuu da Anatomic M-Mode da FUNCȚIONALITĂȚI INCLUSE Măsurători digitale da Măsurători pe reluarea video da Posibilitate de inversare a imaginii - Sus/jos - Stanga/dreapta da Rotire a imaginii cu 90/180/270 grade necesara da Mod de compunere a frecventelor da Disponibil Baza de date a pacienților da Posibilitatea salvării bazei de date da Posibilitate de editare a meniului de pe ecranul tactil da Harti in scara gri minim 11 harti Posibilitatea reglării nivelului gain-ului da Posibilitatea reglării nivelului gamei dinamice da Posibilitatea reglării nivelului puterii da Read zoom de minim 8 ori in dependeta de adincime si sonda sa specifice sonda obligatoorii sibilitatea maririi imaginii 2D intr-un interval de 75-100% da Gama PRF minim 0.2 KHz – 19 KHz da Inclinarea ferestrei doppler cu minim ±30° da Control Unghiul pentru regimul PW si M-Mode da Control latime poarta sau SV in regimul PW si M-mode da Masuratori atuoamte in regium PW da prezentarea listei FUNCȚIONALITĂȚI OPTIONALE Mod 3D da Mod 4D da Softuri de prelucrare a volumul cu control al grosimi slice-urilor da Sitem de reconstructia de rezolutie inalta cu control a unghiului de iluminare si bioblioteca de textura pentru fetusul reconstruit. da Masurarea automata a translucenței nucleale da prezentarea modului de masurare Masurarea autoamta a foliculilor avariane in regim 3D da Unelte pentru prelucrarea imaginilor volumetrice sau reconstruite. da Prezenta ergimului STIC da Mod CWD Doppler Continuu da Mod Doppler Tisular da Strain (cardiac) da Ecografie Stress da EF fractie de ejectie in regim semi-automat in Mod B da Velocitate a tesutlui cardiac a analiza Q da Masurarea autoama a intimi medii da Regim de diagnostic hepatic UGAP -folosit in determinarea gradului de stenoza. Cu clasificarea de la prododucator pentru ecograf da Elastografie Share wave hepatica, cu prezenta indiciei de calitatea pentru zona de diagnostic. da Soft de detectie autoamta a zonei cu problema disponibila pentru glanda mamara da prezentarea imagenii cu descriere Modul ECG da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine inghetată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥500GB tip SSD Cine da Memoria minima 700 MB Popsibilitare de navigare pe imaginea CINE in timp DICOM 3.0 COMPLIANT da Posibilitatea de conectare la orce printer extern format minim A4 da PACHETE DE ANALIZĂ GENERAL, Multidisciplinar da Elastografie prin compresie Strain da Elastografie prin compresie cu analiza in timp da Regim de studiere a circulati sagvine non-Doppler (Exemplu B-Flow) da prezentarea imaginilor pentru demonstrarea posibilitatilorin preseturile disponibile. MONITOR Diagonala ≥ 23 inch Rezolutie inalta da TIP LCD LED CONTROL Butonae da Minim 5 programele la necesitate utilizatorului Tastiera Minim tip digitala Optional diponibilitate tip glisanta		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						Display pentru control Tip touch screen Diagonala minima 10 inch Imprimanta termica integrata tip alb/negru da Incalzitor de gel inclus da Suporturi pentru sonde inclus minim 4 uniati Brat articulata a monitorului cu posibilitate reglare pe inaltime stinga dreapta Platforma ecografului mobila da prezenta minim a 4 roti cu frina pentru fiecare roata reglabila pe inaltime Reglabila stinga/dreapta pentru partea zonei de control si monitor fara a deplsa baza ecografului. Alimentare elctrica 220-230 V la 50-60 Hz Garantie 36 luni Declaratie de conformitate da La cererea cumparatorului va fi prezentat utilajul pentru aprobare de catre medici care vor utiliza dispozitivul pentru 14 zile lucratoare. da		
331 000 0-1	2	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L (proiect finantat de CNAM)	EKT-A 100 Pharmacy refrigerator(wi th glass door)	Turcia	Emsas	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr- o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea 100 - 200 l da Număr de rafturi ≥ 3 Ușa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Lumină interior da Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coșuri tip sertar, da Se acceptă dispozitive medicale sau echipamente electrice. Pentru dispozitive medicale declarație cu privire la înregistrare sau dovada înregistrării. Pentru echipamente electrice se va prezenta Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Delarație de la producător prin care se confirmă că dispozitivul medical/ echipamentul electric este destinat pentru stocarea și păstrarea reagenților .	Conform anexei nr. 1 la Specificatii Tehnice, conform broșurii anexate	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**