

Specificații tehnice

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1773322741472/21580097				Data: „01” aprilie 2026	
Denumirea licitației:		Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a Dispozitivelor medicale, pentru anul 2026					
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
3310 0000-1	11	Mentenanța preventivă și corectivă la Dispozitiv de ventilare pulmonară artificială	SV300	China	Mindray	<p>Mentenanță preventivă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea și calibrarea senzorilor de debit și presiune. • Testarea modurilor ventilatorii și alarmele. • Verificarea supapelor, valvei expiratorii și circuitelor. • Curățarea filtrului antibacterian și verificarea integrității sale. • Verificarea compresorului intern (dacă este instalat). • Testarea bateriei interne și a autonomiei. • Actualizarea software-ului și verificarea istoricului de erori. • Verificarea porturilor de comunicație (LAN, USB etc.). <p>Mentenanță corectivă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înlocuirea senzorilor, valvelor sau modulului de alimentare. • Repararea sistemului pneumatic sau electronic. • Reinstalarea firmware-ului dacă este necesar. • Testarea finală pe simulator pulmonar. 	<p>Mentenanță preventivă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea și calibrarea senzorilor de debit și presiune. • Testarea modurilor ventilatorii și alarmele. • Verificarea supapelor, valvei expiratorii și circuitelor. • Curățarea filtrului antibacterian și verificarea integrității sale. • Verificarea compresorului intern (dacă este instalat). • Testarea bateriei interne și a autonomiei. • Actualizarea software-ului și verificarea istoricului de erori. • Verificarea porturilor de comunicație (LAN, USB etc.). <p>Mentenanță corectivă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înlocuirea senzorilor, valvelor sau modulului de alimentare. • Repararea sistemului pneumatic sau electronic. • Reinstalarea firmware-ului dacă este necesar. • Testarea finală pe simulator pulmonar. <p>NOTĂ: Accesoriile, consumabilele și piesele de schimb nu sunt incluse în prețul serviciilor!</p>
3310 0000-1	12	Mentenanța preventivă și corectivă la ventilator pulmonar	SV600	China	Mindray	<p>Proceduri identice cu SV300, plus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea rampei de gaze și senzorilor suplimentari. • Testarea modurilor avansate (APRV, PRVC, adaptive modes). 	<p>Mentenanță preventivă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea și calibrarea senzorilor de debit și presiune. • Testarea modurilor ventilatorii și alarmele. • Verificarea supapelor, valvei expiratorii și circuitelor. • Curățarea filtrului antibacterian și verificarea integrității sale. • Verificarea compresorului intern (dacă este instalat). • Testarea bateriei interne și a autonomiei. • Actualizarea software-ului și verificarea istoricului de erori.

							<ul style="list-style-type: none"> Verificarea porturilor de comunicație (LAN, USB etc.). <p>Mentenanță corectivă</p> <ul style="list-style-type: none"> Înlocuirea senzorilor, valvelor sau modului de alimentare. Repararea sistemului pneumatic sau electronic. Reinstalarea firmware-ului dacă este necesar. Testarea finală pe simulator pulmonar. <p>NOTĂ: Accesoriile, consumabilele și piesele de schimb nu sunt incluse în prețul serviciilor!</p>
3310 0000- 1	13	Mentenanța preventivă și corectivă la ventilator pulmonar	SV650	China	Mindray	<p>Proceduri identice cu SV600, plus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificarea modului de monitorizare integrat. Verificarea compatibilității circuitelor speciale (HFNC, NIV). 	<p>Mentenanță preventivă</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificarea și calibrarea senzorilor de debit și presiune. Testarea modurilor ventilatorii și alarmele. Verificarea supapelor, valvei expiratorii și circuitelor. Curățarea filtrului antibacterian și verificarea integrității sale. Verificarea compresorului intern (dacă este instalat). Testarea bateriei interne și a autonomiei. Actualizarea software-ului și verificarea istoricului de erori. Verificarea porturilor de comunicație (LAN, USB etc.). <p>Mentenanță corectivă</p> <ul style="list-style-type: none"> Înlocuirea senzorilor, valvelor sau modului de alimentare. Repararea sistemului pneumatic sau electronic. Reinstalarea firmware-ului dacă este necesar. Testarea finală pe simulator pulmonar. <p>NOTĂ: Accesoriile, consumabilele și piesele de schimb nu sunt incluse în prețul serviciilor!</p>
3310 0000- 1	18	Mentenanța preventivă și corectivă la Ultrasonograf	DC-40	China	Mindray	<p>Mentenanță preventivă</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificări funcționale ale sondelor și porturilor. Testarea modurilor Doppler și 3D (dacă sunt incluse). Curățarea sistemului de ventilație și filtrelor. Evaluarea calității imaginii. Testarea conexiunilor la rețea. Raport tehnic. <p>Mentenanță corectivă</p> <ul style="list-style-type: none"> Diagnostic complet. Reparație modul procesor / alimentare / afișaj. Înlocuire sonde. 	<p>Mentenanță preventivă</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificări funcționale ale sondelor și porturilor. Testarea modurilor Doppler și 3D (dacă sunt incluse). Curățarea sistemului de ventilație și filtrelor. Evaluarea calității imaginii. Testarea conexiunilor la rețea. Raport tehnic. <p>Mentenanță corectivă</p> <ul style="list-style-type: none"> Diagnostic complet. Reparație modul procesor / alimentare / afișaj. Înlocuire sonde. <p>NOTĂ: Accesoriile, consumabilele și piesele de schimb nu sunt incluse în prețul serviciilor!</p>

3310 0000- 1	30	Mentenanța preventivă și corectivă la Stație de anestezie	WATO EX-65 PRO	China	Mindray	Activități obligatorii: <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea integrității fizice a tuturor componentelor și conexiunilor. • Testarea funcționalității sistemelor de livrare a gazelor medicale. • Verificarea și calibrarea vaporizatoarelor. • Verificarea și curățarea sistemului de absorbție CO₂. • Controlul sistemelor de alarmă și siguranță. • Verificarea debitmetrelor și a senzorilor de presiune. • Schimbarea filtrelor, garniturilor și materialelor consumabile conform recomandărilor producătorului. • Testarea etanșeității sistemului. • Test de funcționare completă (self-test + test clinic simulare). • Înregistrarea parametrilor mășurați și emiterea raportului tehnic. 	Activități obligatorii: <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea integrității fizice a tuturor componentelor și conexiunilor. • Testarea funcționalității sistemelor de livrare a gazelor medicale. • Verificarea și calibrarea vaporizatoarelor. • Verificarea și curățarea sistemului de absorbție CO₂. • Controlul sistemelor de alarmă și siguranță. • Verificarea debitmetrelor și a senzorilor de presiune. • Schimbarea filtrelor, garniturilor și materialelor consumabile conform recomandărilor producătorului. • Testarea etanșeității sistemului. • Test de funcționare completă (self-test + test clinic simulare). • Înregistrarea parametrilor mășurați și emiterea raportului tehnic. <p>NOTĂ: Accesoriile, consumabilele și piesele de schimb nu sunt incluse în prețul serviciilor!</p>
3310 0000- 1	33	Mentenanța preventivă și corectivă la masa de operație	HyBase 6100 Plus	China	Mindray	Mentenanță preventivă <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea sistemului electro-hidraulic de ridicare și poziționare. • Controlul motoarelor, cilindrilor și mecanismelor de blocare. • Verificarea funcționării comenzilor manuale și a telecomenzii. • Inspecția suprafeței mesei, segmentelor mobile și accesoriilor. • Verificarea stabilității și a sistemelor de siguranță mecanică. • Testarea acumulatorilor și a alimentării de rezervă. • Verificarea conexiunilor electrice și a unității de control. • Lubrifierea și reglarea mecanismelor conform specificațiilor producătorului. Mentenanță corectivă <ul style="list-style-type: none"> • Diagnosticarea defecțiunilor mecanice, electrice sau hidraulice. • Înlocuirea motoarelor, cilindrilor, unităților de control, cablurilor sau telecomenzii. • Testare funcțională completă și verificarea siguranței în exploatare. 	Mentenanță preventivă <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea sistemului electro-hidraulic de ridicare și poziționare. • Controlul motoarelor, cilindrilor și mecanismelor de blocare. • Verificarea funcționării comenzilor manuale și a telecomenzii. • Inspecția suprafeței mesei, segmentelor mobile și accesoriilor. • Verificarea stabilității și a sistemelor de siguranță mecanică. • Testarea acumulatorilor și a alimentării de rezervă. • Verificarea conexiunilor electrice și a unității de control. • Lubrifierea și reglarea mecanismelor conform specificațiilor producătorului. Mentenanță corectivă <ul style="list-style-type: none"> • Diagnosticarea defecțiunilor mecanice, electrice sau hidraulice. • Înlocuirea motoarelor, cilindrilor, unităților de control, cablurilor sau telecomenzii. • Testare funcțională completă și verificarea siguranței în exploatare. <p>NOTĂ: Accesoriile, consumabilele și piesele de schimb nu sunt incluse în prețul serviciilor!</p>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sveatoslav Prodan

În calitate de: Director

Ofertantul: I.M. "Dutchmed-M" S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, str. Grenoble 21, of. S108