

S.R.L.”AZICA-GRUP”

mun. Chişinău, str. Independenţei 10/4,ap 97 telmobil+373/69215630,email:dorinbreahna@gmail.com

n/o	SPECIFICATII TEHNICE						
	Numărul licitaţiei: LP nr. În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru nr. ocds...57402 din 02.01.2025 încheiat prin procedura de achiziţie publică nr. ocds-b3wdp1-MD1733487957402 privind încheierea acordului-cadru - Achiziţionarea Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga” pentru anii 2025-2027 (repetat)						
Cod CPV	Denumirea poziţiei	Modelul articolului	Ţara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificaţia tehnică propusă de operatorul economic	Stand arte de referinţe
3310 0000 -1	Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei	Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei	China	Sichuan Nigale Biotechnology Co., LTD	.Cerinţe specifice a componentelor obligatorii a setului de consumabile, compatibile cu dispozitivul medical: • Sistem de unică folosinţă. Tubulaturile de conexiune la soluţia NaCl şi soluţia anticoagulantă fiind asigurate cu clame; • Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator în eprubetă vacuum, dotată cu holder şi ac tip 16 G, cu fisură laterală: *integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; *asigurat cu clamă; *amplasat pe tubulatura de recoltare până la ramificarea racordului Y. • Sistemul de capitonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. • Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent; • Soluţie anticoagulantă – conţinut de citrat de natriu 4%, steril, apirogen, volum de 250 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport. • Container dublu (2 x 1000 ml) pentru colectarea plasmăi în volum 2000 ml, adaptat pentru	.Cerinţe specifice a componentelor obligatorii a setului de consumabile, compatibile cu dispozitivul medical: • Sistem de unică folosinţă. Tubulaturile de conexiune la soluţia NaCl şi soluţia anticoagulantă fiind asigurate cu clame; • Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator în eprubetă vacuum, dotată cu holder şi ac tip 16 G, cu fisură laterală: *integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; *asigurat cu clamă; *amplasat pe tubulatura de recoltare până la ramificarea racordului Y. • Sistemul de capitonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. • Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent; • Soluţie anticoagulantă – conţinut de citrat de natriu 4%, steril, apirogen, volum de 250 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport. • Container dublu (2 x 1000 ml) pentru colectarea plasmăi în volum 2000 ml, adaptat pentru fixarea la bol şi cu ac polimer pentru conectarea la	DOC, CE, DM00 02019 82

					fixarea la bol și cu ac polimer pentru conectarea la recipientul din plastic cu soluție NaCl; Eticheta de fond și marcajul containerului pentru colectarea plasmă – inviolabilă, rezistentă la temperatură joasă și umiditate sporită, cu inscripțiile obligatorii despre tipul, volumul containerului, lot/serie, termenii de valabilitate, producătorul și notificarea “STERIL”. Forma de ambalare: toate componentele setului să fie integrate într-un sistem închis, în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termeni de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor „DE UNICĂ FOLOSINȚĂ”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare set sau componentă a acestuia.	recipientul din plastic cu soluție NaCl; Eticheta de fond și marcajul containerului pentru colectarea plasmă – inviolabilă, rezistentă la temperatură joasă și umiditate sporită, cu inscripțiile obligatorii despre tipul, volumul containerului, lot/serie, termenii de valabilitate, producătorul și notificarea “STERIL”. Forma de ambalare: toate componentele setului să fie integrate într-un sistem închis, în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termeni de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor „DE UNICĂ FOLOSINȚĂ”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare set sau componentă a acestuia.	

Data completării 28/01/2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Breahna Dorin Funcția: Director

Denumirea operatorului economic Azica Grup SRL

IDNO al operatorului economic 1006600028430