

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1645449489272 din: 22 febr 2022, 15:30 - 2 mart 2022, 8:00

Obiectul achiziției: Mentenanța C-arm Vision Vario 3D

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
310000 0-1	Mentenanța C-arm Vision Vario 3D	-	-	-	1 Inspecția vizuală a tuturor componentelor 2 Testarea aparatului pentru a afla cauza greselilor. Ajustarea, reparatia aparatului fara schimbarea pieselor. 3 Mentenata anuala conform proceduri, stabilite de producator: Curatirea aparatului, ungerea, verificarea rejimelor, franelor, schimbarea acumuloarelor 4 Testarea funcțiilor de securitate : Securitatea mecanica - frine, butoane; securitatea electrica- verificare cablurilor, miscari motorizate, etc. Semanlizatore de tensiune inalta. 5 Testarea Image quality (IQ) quick test Evaluarea calitatii imaginii. Verificarea reconstructiei 3D si calibrare in cazul necesar 6 Verificarea UPS la sistem de imagine si schimbarea acumuloarelor 7 Evaluarea rapoartelor : Error log 8 Instalarea Update de tip SW, licentiat, si HW, licentiat, de la uzina (in caz de necesitate) 9 Alte servicii necesare: Chemarile, diagnostica, reparatii curente fără piese de schimb 10 Dezmembrare parti laterale ale instalatiei 11 Curatare de praf componente interne 12 Completare actelor si documentelor 13 Prezența autorizației de la producător. 14 Existența personalului specializat în acest gen de dispozitive.	1 Inspecția vizuală a tuturor componentelor 2 Testarea aparatului pentru a afla cauza greselilor. Ajustarea, reparatia aparatului fara schimbarea pieselor. 3 Mentenata anuala conform proceduri, stabilite de producator: Curatirea aparatului, ungerea, verificarea rejimelor, franelor, schimbarea acumuloarelor 4 Testarea funcțiilor de securitate : Securitatea mecanica - frine, butoane; securitatea electrica- verificare cablurilor, miscari motorizate, etc. Semanlizatore de tensiune inalta. 5 Testarea Image quality (IQ) quick test Evaluarea calitatii imaginii. Verificarea reconstructiei 3D si calibrare in cazul necesar 6 Verificarea UPS la sistem de imagine si schimbarea acumuloarelor 7 Evaluarea rapoartelor : Error log 8 Instalarea Update de tip SW, licentiat, si HW, licentiat, de la uzina (in caz de necesitate) 9 Alte servicii necesare: Chemarile, diagnostica, reparatii curente fără piese de schimb 10 Dezmembrare parti laterale ale instalatiei 11 Curatare de praf componente interne 12 Completare actelor si documentelor 13 Prezența autorizației de la producător. 14 Existența personalului specializat în acest gen de dispozitive.	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**