

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: "15" noiembrie 2021

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdpl-MD-1636381936609/21046482

Denumirea obiectului de achiziții: "Paturi medicale".

Către: Spitalul Clinic Militar Central

"Endo-Chirurgie" SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. nu se aplică.
- b) "Endo-Chirurgie" SRL se angajează să furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri: "Paturi medicale".
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: 155 400.00 (una sută cincizeci și cinci mii patru sute lei, 00 bani) lei MD.
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: 186 480.00 (una sută optzeci și șase mii patru sute optzeci lei, 00 bani) lei MD.
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, "Endo-Chirurgie" SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

Nume: Pavel DUBALARI

În calitate de: Specialist achiziții publice, Jurisconsult

Ofertantul: "Endo-Chirurgie" SRL

Adresa poștală: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 9.

Data: "15" noiembrie 2021

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1636381936609/21046482 din 15.11.2021</u>										
Denumirea procedurii de achiziție: <u>Paturi medicale</u>										
Cod CPV	Nr lot	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bunuri								
33100000-1	1	Pat multifuncțional	2	Buc.	77,700.00	93,240.00	155,400.00	186,480.00	15 zile lucratoare de la solicitare	
TOTAL							155 400.00	186 480.00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Pavel DUBALARI În calitate de: Specialist achizitii publice, Jurisconsult

Ofertantul: SRL Endo-Chirurgie

Adresa: str. Meșterul Manole, 9 mun. Chișinău

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1636381936609/21046482 din 15.11.2021								
Denumirea procedurii de achiziție: <u>Paturi medicale</u>								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33100000-1	1	Pat multifuncțional	Eleganza 1 1GTP4927- 252	Cehia	Linet	Conform specificațiilor tehnice solicitate din anunțul de participare.	<p>Dimensiunea externă : 218 x 99.5 cm.</p> <p>Înălțimea patului cu role de 125 mm (reglare Hi-Lo) : 37.5 - 74 cm</p> <p>Dimensiune interioară / (compatibil cu lățimea saltelei) : 200 x 90 cm/ (90 and 86 cm).</p> <p>Saltea: Saltea antidecubit destinată îngrijirii spitalicești standard. Spumă PU, profilare în partea superioară + husă impermeabilă la lichide, permeabil la vapori, cu fermoar la 180° .</p> <p>Capacitate maxima de greutate :200 kg.</p> <p>Greutatea patului : 135 kg.</p> <p>SWL - Sarcină de lucru sigură : 250 kg.</p> <p>Max. Greutatea pacientului : 185 kg.</p> <p>Ergoframe : 10 + 6 cm.</p> <p>Unghiul TR / RTR : 15°/ 15°</p> <p>Protecție IP - IP X4: Da.</p> <p>Protecție la suprasarcină : da</p>	CE, ISO

							<p>Capetele patului - Plastic, detaşabile cu Încuietoare de siguranță: Da.</p> <p>Suport pentru Stativ de perfuzie 4x în colțul patului: Da.</p> <p>Material : Polipropilenă.</p> <p>Conceptul Gap minim care reduce riscul de rănire : Da.</p> <p>Control integrat pe barele de protecție laterală a capului : Da.</p> <p>Platformă saltea 4 secțiuni: DA.</p> <p>Unghi maxim de spătar : 70°.</p> <p>Spătar reglabil : Da, electric.</p> <p>Unghiul maxim de odihnă a coapsei : 35°.</p> <p>Restul coapsei reglabil electric: Da.</p> <p>Suport pentru gambe reglabil mecanic : mecanic.</p> <p>Platformă saltea: Polipropilenă.</p> <p>Activare sigură : Activare cu butonul GO pe toate telecomenzile.</p> <p>Plug and play (pentru telecomanda manuala): Da.</p> <p>Scaun cardiac: preprogramat un buton de pe panoul de supraveghere.</p> <p>Poziția examinării : preprogramat un buton de pe panoul de supraveghere.</p> <p>Panoul de supraveghere (ACP) pe cablu flexibil: Da.</p> <p>Blochează funcțiile prin panoul de supraveghere (ACP): Da.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							Comenzi integrate în barele de protecție laterale din plastic divizat :Da. Telecomanda (pe cablu flexibil) : Da. Reglarea electrică a înălțimii patului, spătarului, coapsei, picioare : Da Role cu acționare individual: Da. Role cu acționare centrală, pârgurile de frână pozitionate la roțile din partea picioarelor : Da. 4 role Tente Integral 125 mm: Da. Număr de servomotoare 4: 4 servomotoare liniare, spătar cu eliberare mecanică CPR. Baterie de rezervă (tip; capacitate): 1,2 Ah, semnalizare stare	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Pavel DUBALARI** În calitate de: **Specialist achizitii publice, Jurisconsult**

Ofertantul: SRL Endo-Chirurgie

Adresa: str. Meșterul Manole, 9 mun. Chișinău