

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1750255607628 din 30 iun 2025, 12:00 - 21 iul 2025, 12:30

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.16)

Co d CP V	N r. d/ o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/servic iului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33 10 00 00 -1	5 1	Videobronhoscop / videolaringoscop flexibil cu afișor LCD extern	VS100 + BF58	China	ZHUHAI VISION MEDICAL TECHNOL OGY CO., LTD	Descriere Videobronhoscop / videolaringoscop flexibil destinat pentru examenul endotraheal / endobronhial și pentru intubație; intubație nazotraheală video; examinarea poziției tubului dublu-lumen; secvența secreției traheale video; anestezie locală pentru laringofaringe; Parametrul Specificația Dispozitiv cu chip CMOS sau CCD, cu afișarea imaginii pe un afișor extern mărime LCD extern ≥7" Troleu cu roțile și coș pentru suportul afișorului extern, inclusiv suport pentru videobronhoscop / videolaringoscop flexibil da Troleu să fie echipat cu minim 4 roțile dintre care cel puțin una cu frână da Cablu de interconexiune afișor LCD și dispozitiv da Manetă pentru deviere Sus/Jos "sus minim 150° jos minim 120°" câmp de vizualizare minim 90° adâncimea de vizualizare minim diapazonul 4-45mm lungimea de lucru minim 60cm diametru canal instrumental / de aspirație Ø ≥ 2.7mm diametrul exterior distal Ø maxim 5.9mm Bateria reincarcabila cu posibilitatea de lucru continuu ≥ 3 ore încărcător pentru bateria internă da afișorul extern să fie dotat cu butoane pentru setarea parametrilor da Iluminare LED a câmpului de examinare da să fie incluse valve biopsie / aspirație, dacă dispozitivul este prevăzut cu acestea da Posibilitate de stocare imagini / secvențe video în memoria internă a dispozitivului sau pe o unitate de	Da VS100 + BF58 Da, CMOS, 10", vs100.pdf Da, trolley.pdf Da, trolley.pdf Da Da, 180/130 grade, pag 2, BF58.pdf Da, 120grade, pag 2, BF58.pdf Da, 3-200, pag 2, BF58.pdf Da, 60, pag 2, BF58.pdf Da, 3.0mm, pag 2, BF58.pdf Da, 5.8, pag 2, BF58.pdf Da, 3 ore, vs100.pdf Da Da Da Da Da, USB si sd card	DM000836760 DM000835413

						stocare SD / microSD, etc. da Sa fie prevăzut pentru intubatii / bronhoscopie / lavaj bronsic / injectarea medicamentelor / etc. da Trusă de transport sau pentru stocare da	Da Da	
33 10 00 00 -1	5 2	Videobronhoscop / videolaringoscop flexibil cu afișor LCD	BF58 + VS50	China	ZHUHAI VISION MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	endotraheal / endobronhial și pentru intubație; intubație nazotraheală video; examinarea poziției tubului dublu-lumen; secvența secreției traheale video; anestezie locală pentru laringofaringe; Parametrul Specificația Dispozitiv cu chip CMOS sau CCD, cu afișarea imaginei direct pe afișorul LCD atașat pe dispozitiv mărime LCD ≥3,5" Posibilitate de a fi conectat la un afișor extern da Manetă pentru deviere Sus/Jos "sus minim 150° jos minim 120°" câmp de vizualizare minim 90° adâncimea de vizualizare minim diapazonul 4- 45mm lungimea de lucru minim 60cm diametru canal instrumentar / de aspirație Ø ≥ 2.7mm diametrul exterior distal Ø maxim 5.9mm Bateria reincarcabila cu posibilitatea de lucru continuu ≥ 3 ore încărcător pentru bateria internă da afișorul atașat la dispozitiv să fie rotativ, în stânga cât și în dreapta, sus și jos da Iluminare LED a câmpului de examinare da să fie incluse valve biopsie / aspirație, dacă dispozitivul este prevăzut cu acestea da Posibilitate de stocare imagini / secvențe video în memoria internă a dispozitivului sau pe o unitate de stocare SD / microSD, etc. da Sa fie prevăzut pentru intubatii / bronhoscopie / lavaj bronsic / injectarea medicamentelor / etc. da Trusă de transport sau pentru stocare da	Da, MINDSION BF58+VS50, bronho.pdf, pag. 1-2 Da, CMOS, vs50.pdf, pag 1 Da, LCD 5", vs50.pdf, pag 1 Da, miniHDMI -> HDMI Da, 180/130 grade, pag 2, BF58.pdf Da, 120grade, pag 2, BF58.pdf Da, 3-200, pag 2, BF58.pdf Da, 60, pag 2, BF58.pdf Da, 3.0mm, pag 2, BF58.pdf Da, 5.8, pag 2, BF58.pdf Da, 4 ore, vs50.pdf, pag 1 Da Da, sus/jos – 60/160 grade; dreapta/stanga – 170 grade Da Da Da, imagini, video pe stick USB sau card SD Da Da	DM000836760 DM000835397

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**