

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1709624671815 din: 11.03.2024 conform SIARSAP Mtender

Obiectul achiziției: Teste Indicatoare - Repetat (3)

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
2. Test indicator 134°C - (5 min. universal)	TVP 134/5	Rusia	Medikon	134°C (5 min. Universal),test indicator utilizat atât în interiorul cât și exteriorul ambalajului în sterilizarea cu abur compatibil cu autoclavul MATACHANA S1000,indicatorul de culoare se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu și să-și mențină mult timp culoarea dată(să nu revină la culoarea inițială) .Indicatorul de vapori chimici permite utilizatorului final să evalueze corectitudinea sterilizării și timpul de sterilizare.Testele să fie ambalate în pachet de polietilenă,să fie prezentă instrucțiunea de folosire,registru de evidență a controlului sterilizării și ambalajul cu marca producătorului și termenul de valabilitate al testelor.	134°C (5 min. Universal),test indicator utilizat atât în interiorul cât și exteriorul ambalajului în sterilizarea cu abur compatibil cu autoclavul MATACHANA S1000,indicatorul de culoare se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu și să-și mențină mult timp culoarea dată(să nu revină la culoarea inițială) .Indicatorul de vapori chimici permite utilizatorului final să evalueze corectitudinea sterilizării și timpul de sterilizare.Testele să fie ambalate în pachet de polietilenă,să fie prezentă instrucțiunea de folosire,registru de evidență a controlului sterilizării și ambalajul cu marca producătorului și termenul de valabilitate al testelor.	CE, ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei

În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51