

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1696409290224 din 06.11.2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor, reagenților de laborator și alte produse de uz medical pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Național de control al Tuberculozei pentru anul 2024

Cod CPV	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
3310000-1	63 Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml pentru izolarea M. tuberculosis*	63 Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml pentru izolarea M. tuberculosis*	LowensteinJensen LJ-8-TG	Turcia	Innomed	Conform caietului de sarcini	Mediu Lowenstein-Jensen pentru izolarea M. tuberculosis. Tub cu 8,0ml mediu gata pentru utilizare, lungime tub 150 mm, diametrul extern al tubului 17mm, diametrul intern al gâtului tubului - 12 mm. Capac din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală. Produsele vor fi acceptate doar după efectuarea controlului calității și apariția vizibilă a creșterii în decurs de 14 zile din momentul incubării. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. DM000440674 Nota : specificațiile tehnice în documentul Brochure LJM	CE

3310000-1	64 Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu antibiotice*	64 Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu antibiotice*	LowensteinJensen medim + antibiotics (LJIA-8-TG, LJIB-8-TG, LJR- 8-TG, LJEB-8- TG, LJAA-8-TG, LJCA-8-TG, LJEA-8-TG, LJLA-8-TG, LJMA-8-TG, LJMB-8-TG, LJS-8-TG, LJCC- 8-TG)	Turcia	Innomed	Conform caietului de sarcini	Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către preparatele antituberculoase. Tub cu 8,0 ml mediu cu un antibiotic, specific, după cum urmează Isoniasid 1,0 µg/ml – 400 tuburi, DM000440675 Isoniasid 0,2 µg/ml – 400 tuburi, DM000440676 Rifampicin 40,0 µg/ml – 400 tuburi, DM000440677 Ethambutol 2,0 µg/ml – 400 tuburi, DM000440678 Amikacin 30,0 µg/ml – 400 tuburi, DM000440679 Capreomycin 40,0 µg/ml – 400 tuburi, DM000440686 Ethionamide 40,0 µg/ml – 400 tuburi, DM000440681 Levofloxacin 2,0 µg/ml – 400 tuburi, DM000440682 Moxifloxacin 1,0 µg/ml – 400 tuburi, DM000440683 Moxifloxacin 0,25 µg/ml – 400 tuburi; DM000440684 PAS 1,0 µg/ml – 500 tuburi, DM000440685 Cicloserina 30 µg/ml-400 tuburi DM000440686 Lungimea tubului 150 mm, diametrul extern al tubului 17mm, diametrul intern al gâtului tubului de 12 mm. Capacul din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală. Produsele vor fi acceptate doar după efectuarea controlului calității. declarație de conformitate, anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. Nota : specificatiile tehnice in documentul Brochure LJM	
-----------	---	--	---	--------	---------	------------------------------------	---	--

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau