

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție <u>21000787</u> din 28.11.2018
Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	Lot 4						EN ISO 13485:2003 AC:2009
	Fiziodispenser	KI-20	Korea	Sae Yang	<p>Fiziodispenser – dispozitiv special de electrochirurgie pentru implantologie. Este echipat cu o pompă peristaltică ce livrează lichidul de răcire. Dispozitivul este echipat cu vârful speciale, ghid de lumină, permite efectuarea controlului asupra efortului, puterii, numărului de rotații. Ecran cu control 1ertical1. Securitate la supraîncălzire. Posibilitatea calibrării. Alarmer – acustică / vizuală. Posibilitatea sterilizartii. Iluminare cu tehnologie LED. Reglarea luminozitatii. Setarea de catre utilizator a modului de lucru 1erti. Cel puțin 6 programe Pompa de irigare. Unitate de control cu funcție de calibrare.</p> <p>Pedala multifunctionala. Schimbarea programei de lucru.</p>	<p>Fiziodispenser – dispozitiv special de electrochirurgie pentru implantologie. Este echipat cu o pompă peristaltică ce livrează lichidul de răcire. Dispozitivul este echipat cu vârful speciale, ghid de lumină, permite efectuarea controlului asupra efortului, puterii, numărului de rotații. Ecran cu control 1ertical1. Securitate la supraîncălzire. Posibilitatea calibrării. Alarmer – acustică / vizuală. Posibilitatea sterilizartii. Iluminare cu tehnologie LED. Reglarea luminozitatii. Setarea de catre utilizator a modului de lucru 1erti. Cel puțin 6 programe Pompa de irigare. Unitate de control cu funcție de calibrare.</p> <p>Pedala multifunctionala. Schimbarea programei de lucru.</p>	

					<p>Reglarea debitului lichidului de răcire. Selectarea direcției de rotație. Înregistrator date – USB. Memorie interna. Micromotor Carcasă din titan Cablu de conectare cel puțin 2 m. Cu iluminare LED prin fibra optica. Momentul de rotație de la 5 pînă la 80Ncm. Viteza motorului de la 200 pînă la 40 000 rpm. Piesa contra unghi Carcasă din titan cu acoperire anti-zgârieturi. Cap detașabil . Cu iluminare LED prin fibra optica Răcirea externă și internă (Kirscher și Meyer.) Conectorul Y inclus. Sistem dublu de ermetizare. Viteză maximă: 2.000 rpm. Momentul maxim de rotație de 80Ncm Complectare Furtunuri pentru irigare cel puțin 5 seturi/10buc. Valiza pentru transportare. Tensiune 220-240V. Frecvența 50-60 Hz.</p>	<p>Reglarea debitului lichidului de răcire. Selectarea direcției de rotație. Înregistrator date – USB. Memorie interna. Micromotor Carcasă din titan Cablu de conectare cel puțin 2 m. Cu iluminare LED prin fibra optica. Momentul de rotație de la 5 pînă la 80Ncm. Viteza motorului de la 200 pînă la 40 000 rpm. Piesa contra unghi Carcasă din titan cu acoperire anti-zgârieturi. Cap detașabil . Cu iluminare LED prin fibra optica Răcirea externă și internă (Kirscher și Meyer.) Conectorul Y inclus. Sistem dublu de ermetizare. Viteză maximă: 2.000 rpm. Momentul maxim de rotație de 80Ncm Complectare Furtunuri pentru irigare cel puțin 5 seturi/10buc. Valiza pentru transportare. Tensiune 220-240V. Frecvența 50-60 Hz.</p>
--	--	--	--	--	--	--

Semnat _____ Numele, Prenumele Trofimov Iuri, în calitate de director

Ofertantul, "MedTehFarm" SRL, Adresa, Chișinău, Bul.negruzzi 3/2.

