

Specificații tehnice (F4.1)									
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]									
Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1620308448517							Data: „7” iunie 2021		Alternativa nr.:
Denumirea licitației: Achiziționarea- implanturi traumatologico - ortopedice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2021							Lot: 43,48		Pagina: din
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	43	Tija Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, cîmulată tip PFN	PFN 130 grade inox	PFNA Long Main Nail (05.5758-29)	China	Suzhou Youbetter Medical Apparatus Co., Ltd	marimea 10X36 L - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnici de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie cîmulată cu design, care să permită implantarea fără aleraj; - Să poată fi introdusă anterograd/variantă standard (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,variante de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție cîmulate de diametru 6,5 mm în solul femural); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Să fie integrat în fiecare set șuruburile de zăvorăre proximală și distală; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital sau instrumentariu cu ochire distala electromagnetica; - Instrumentariul să conțină aleatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin	marimea 10X36 L - Prezentam tehnica de aplicare a tijei centromedulare. - Tija cîmulată cu design, care permite implantarea fără aleraj; - Poate fi introdusă anterograd/variantă standard (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), poate fi introdusă anterograd,variante de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție cîmulate de diametru 6,5 mm în solul femural); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare titan - În partea proximală cu 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție sunt la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Integrat în fiecare set șuruburile de zăvorăre proximală și distală; - Obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Cu găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizează în 2 planuri perpendiculare și are o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar cu poziții bine definite în trusă; - Instrumentariu este de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile au marcajul producătorului; - Instrumentariul contine elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital sau instrumentariu cu ochire distala electromagnetica; - Instrumentariul contine aleatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentariul contine tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul contine elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea se realizeaza cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj sunt cu vîrf tăietor (self tapping); - Acceptam schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare PAGINA DIN CATALOG 13	CE, ISO
33100000-1	43	Tija Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, cîmulată tip PFN	PFN 130 grade inox	PFNA Long Main Nail (05.5758-36)	China	Suzhou Youbetter Medical Apparatus Co., Ltd	marimea 10X36 R - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnici de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie cîmulată cu design, care să permită implantarea fără aleraj; - Să poată fi introdusă anterograd/variantă standard (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,variante de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție cîmulate de diametru 6,5 mm în solul femural); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Să fie integrat în fiecare set șuruburile de zăvorăre proximală și distală; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital sau instrumentariu cu ochire distala electromagnetica; - Instrumentariul să conțină aleatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin	marimea 10X36 R - Prezentam tehnica de aplicare a tijei centromedulare. - Tija cîmulată cu design, care permite implantarea fără aleraj; - Poate fi introdusă anterograd/variantă standard (permite zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), poate fi introdusă anterograd,variante de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție cîmulate de diametru 6,5 mm în solul femural); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare titan - În partea proximală cu 2 găuri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție sunt la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Integrat în fiecare set șuruburile de zăvorăre proximală și distală; - Obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Cu găuri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizează în 2 planuri perpendiculare și are o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar cu poziții bine definite în trusă; - Instrumentariu este de același producător cu tijele; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile au marcajul producătorului; - Instrumentariul contine elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital sau instrumentariu cu ochire distala electromagnetica; - Instrumentariul contine aleatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentariul contine tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul contine elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea se realizeaza cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj sunt cu vîrf tăietor (self tapping); - Acceptam schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare PAGINA DIN CATALOG 13	CE, ISO

33100000-1	43	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, camulată tip PFN	PFN 130 grade inox	PFNA Long Main Nail (05.5758-42)	China	Suzhou Youbetter Medical Apparatus Co., Ltd	marimea 11X34 L - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnici de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă să fie camulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterograd/variantă standard (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție camulate de diametru 6,5 mm în colul femural); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter; - Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 gluri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Să fie integrat în fiecare set șuruburile de zăvorire proximală și distală; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte gluri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentaria cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru glurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital sau instrumentariu cu ochire distala electromagnetica; - Instrumentariul să conțină alazoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonssau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin	marimea 11X34 L - Prezentam tehnica de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă camulată cu design, care permite implantarea fără alezaj; - Poate fi introdusă anterograd/variantă standard (permite zăvorirea cu șuruburi de 4.5 mm), poate fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție camulate de diametru 6,5 mm în colul femural); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter; - Material de confecționare titan - În partea proximală cu 2 gluri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție sunt la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Integrat în fiecare set șuruburile de zăvorire proximală și distală; - Obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Cu gluri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizează în 2 planuri perpendiculare și are o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar cu poziții bine definite în trusă; - Instrumentariul este de același producător cu tijele; - Instrumentaria cit și tijele și șuruburile au marcajul producătorului; - Instrumentariul conține elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru glurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital sau instrumentariu cu ochire distala electromagnetica; - Instrumentariul conține alazoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul conține tub de teflonssau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Zăvorirea se realizează cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj sunt cu vîrf tăietor (self tapping); - Acceptam schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare PAGINA DIN CATALOG 13	CE, ISO
33100000-1	43	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, camulată tip PFN	PFN 130 grade inox	PFNA Long Main Nail (05.5758-49)	China	Suzhou Youbetter Medical Apparatus Co., Ltd	marimea 11X34 R - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnici de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă să fie camulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterograd/variantă standard (să permită zăvorirea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (să permită zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție camulate de diametru 6,5 mm în colul femural); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter; - Material de confecționare inox - În partea proximală să prezinte 2 gluri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Să fie integrat în fiecare set șuruburile de zăvorire proximală și distală; - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte gluri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijele; - Instrumentaria cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru glurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital sau instrumentariu cu ochire distala electromagnetica; - Instrumentariul să conțină alazoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonssau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin	marimea 11X34 R - Prezentam tehnica de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă camulată cu design, care permite implantarea fără alezaj; - Poate fi introdusă anterograd/variantă standard (permite zăvorirea cu șuruburi de 4.5 mm), poate fi introdusă anterograd,varianta de reconstrucție (permite zăvorirea cu șuruburi de reconstrucție camulate de diametru 6,5 mm în colul femural); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorire și către micul trohanter; - Material de confecționare titan - În partea proximală cu 2 gluri pentru zăvorire orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție sunt la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Integrat în fiecare set șuruburile de zăvorire proximală și distală; - Obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Cu gluri distale la cel mult 5 mm de virful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală se realizează în 2 planuri perpendiculare și are o gaură ovală de dinamizare; - Fixatoarele livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar cu poziții bine definite în trusă; - Instrumentariul este de același producător cu tijele; - Instrumentaria cit și șuruburile au marcajul producătorului; - Instrumentariul conține elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru glurile din plan orizontal cit și pentru cele din plan sagital sau instrumentariu cu ochire distala electromagnetica; - Instrumentariul conține alazoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul conține tub de teflonssau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Zăvorirea se realizează cu șuruburi de zăvorire de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj sunt cu vîrf tăietor (self tapping); - Acceptam schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare PAGINA DIN CATALOG 13	CE, ISO
33100000-1	48	Fixatoare pentru stabilizarea ligamentului incruciat anterior	Implant femural	Femoral limited locked plate A (05.5834-04)	China	Suzhou Youbetter Medical Apparatus Co., Ltd	Implant femural: - implant femural din titan de forma dreptunghiulara, prevazut cu o bucla continua de poliester/polietilenă; - implant prevazut cu 4 orificii de sutura, doua dintre ele pentru fixarea buclei chirurgical iar celelalte doua pentru firele de tractie; - implantul din titan sa se pozitioneze pe corticala latero – externa; - sa fie prevazut cu bucla continua din poliester/polietilenă, cu dimensiune multipla, ajustabila sau dimensiune unica; - sa asigure fixarea pe un canal de minim 4.0 mm; - implantul femural sa se autoblocheze la iesirea din femur; - sa fie disponibil in mai multe variante : pentru varianta semitendinos, pentru variantaos – tendon – os, pentru tunele femurale scurte (tip potcava) care sa asigure umplerea completa a canalului femural cu grefa; - supasta fi livrat si in varianta de extensie a suprafetei de contact cu corticala externa sa poata fi livrată si in variant de extensie a suprafetei de contact cu corticala femurală; - sa se livreze steril impreuna cu cel puțin 2 fire de sutura din fibra de polietilena UHMWPE : un fir pentru tractie si un fir pentru pozitionare;" CATALOG 47	Implant femural: - implant femural din titan de forma dreptunghiulara, prevazut cu o bucla continua de poliester/polietilenă; - implant prevazut cu 4 orificii de sutura, doua dintre ele pentru fixarea buclei chirurgical iar celelalte doua pentru firele de tractie; - implantul din titan sa se pozitioneze pe corticala latero – externa; - sa fie prevazut cu bucla continua din poliester/polietilenă, cu dimensiune multipla, ajustabila sau dimensiune unica; - sa asigure fixarea pe un canal de minim 4.0 mm; - implantul femural sa se autoblocheze la iesirea din femur; - sa fie disponibil in mai multe variante : pentru varianta semitendinos, pentru variantaos – tendon – os, pentru tunele femurale scurte (tip potcava) care sa asigure umplerea completa a canalului femural cu grefa; - supasta fi livrat si in varianta de extensie a suprafetei de contact cu corticala externa sa poata fi livrată si in variant de extensie a suprafetei de contact cu corticala femurală; - sa se livreze steril impreuna cu cel puțin 2 fire de sutura din fibra de polietilena UHMWPE : un fir pentru tractie si un fir pentru pozitionare;" PAGINA DIN CATALOG 47	CE, ISO
33100000-1	48	Fixatoare pentru stabilizarea ligamentului incruciat anterior	Implant tibial	Tibia limited locked plate A (05.5832-04)	China	Suzhou Youbetter Medical Apparatus Co., Ltd	Implant tibial : - suruburi de interferenta bioresorbabile, osteoinductive sau neresorbabile, filet rotunjit, filetul din potatolungimeasurubului; - confectionate din PLLA, Fosfat tricalcic cu PLLA sau PEEK; - Suncamulate cu diametrul de minim 1 mm; - suruburile sunt disponibile in cel puțin 3 diametre; - lungimi cuprinse intre cel puțin 20-35mm; - sunt sterile, de unicafolosintasi in ambalaj individual; - se livreaza impreuna cu surubelnita speciala cu profil in forma hexagonala, care va intra in surub in toata adancimea acestuia.	Implant tibial : - suruburi de interferenta bioresorbabile, osteoinductive sau neresorbabile, filet rotunjit, filetul din potatolungimeasurubului; - confectionate din PLLA, Fosfat tricalcic cu PLLA sau PEEK; - Suncamulate cu diametrul de minim 1 mm; - suruburile sunt disponibile in cel puțin 3 diametre; - lungimi cuprinse intre cel puțin 20-35mm; - sunt sterile, de unicafolosintasi in ambalaj individual; - se livreaza impreuna cu surubelnita speciala cu profil in forma hexagonala, care va intra in surub in toata adancimea acestuia. PAGINA DIN CATALOG 48	CE, ISO

Specificații tehnice (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: LP nr.

Denumirea licitației:

Achiziționarea- implanturi traumatologice - ortopedice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2021

Data: 7 iunie 2021

Lot: 43,48

Alternativa nr.: _____

Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
33100000-1	43	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN	PFN 130 grade inox	bucata	3	3369,6	3369,6	10 108,80	10 108,80	pînă la 45 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1	43	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN	PFN 130 grade inox	bucata	3	3369,6	3369,6	10 108,80	10 108,80	pînă la 45 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1	43	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN	PFN 130 grade inox	bucata	2	3369,6	3369,6	6 739,20	6 739,20	pînă la 45 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1	43	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN	PFN 130 grade inox	bucata	2	3369,6	3369,6	6 739,20	6 739,20	pînă la 45 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
TOTAL LOT 43								33 696,00	33 696,00	
33100000-1	48	Fixatoare pentru stabilizarea ligamentului incrucisat anterior	Implant femural	bucata	10	3214,8	3214,8	32 148,00	32 148,00	pînă la 45 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1	48	Fixatoare pentru stabilizarea ligamentului incrucisat anterior	Implant tibial	bucata	10	2394	2394	23 940,00	23 940,00	pînă la 45 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
TOTAL LOT 48								56 088,00	56 088,00	
TOTAL OFERTA								89 784,00	89 784,00	