

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1739945637268
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță și deservire tehnică a dispozitivelor medicale pentru anul 2025.	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii Lotul 6						
6.1	Defibrilator Primedic XD30			Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	
6.2	Defibrilator Mindray Beneheart D3					
Bunuri/servicii Lotul 8						
8.1	Mașină de anestezie Mindray Wato Ex-65 Pro			Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	
8.2	Mașină de anestezie Mindray Wato Ex-65					
8.3	Mașină de anestezie Lowenstein Leon Plus					
8.4	Mașină de anestezie Safer 100					

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Druță Andrei În calitate de: Director
Ofertantul: MiaMedical” S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. Gh. Cojbuș 11 of.45