

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)
pentru CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1622534534295	Data: 08.07.2021	Alternativa:
Denumirea Licitației: Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021	Lot: 14, 21, 24	Pagina __ din __

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	33100000-1	Analizator automat, cu chemoluminiscenta	CL-1000i	China	Mindray	Analizator automat, cu chemoluminiscentă Cod 150300 Parametru Specificație Descriere- Analizator automat care utilizează tehnici imunologice care implică interacțiunea unui anticorp cu un antigen și hapten Tip sistem- complet automat Tip probă urină, ser, plasmă, sînge integru Capacitate de lucru ≥ 60 probe/h Posibilitatea integrării într-un sistem informational centralizat (LIS) da Posibilitatea sincronizării cu un analizator de chemoluminiscentă de o capacitate mai mare da Randoom acces da Metoda chemoluminiscentă amplificată enzimatic Nr. Probe ≥ 60 probe la bord Reagenți ≥ 25 la bord Stabilitate reagent ≥ 28 zile Afîșaj alfanumeric, color Printer da Cititor cod bare da Interfață PC bidirecțională Analizatorul va fi livrat cu reagenți conform listelor de reagent solicitați da Sistem de purificare și deionizare a apei cu productivitatea conform cerințelor analizatorului (sî se indice prețul separate) Teste anti CPP, -TSH, FT4, T4, FT3, Free PSA, PSA total, CEA, AFP, CA 19-9, CA 125, CA 15-3, Prolactina, Progesteronul, FSH, LH, Estradiol, Cortizol, Testosteron, Alergeni specifici IgE, Alergeni specifici IgG, Anti- TG Ab, Anti-TPO Ab, Produse degradabile țesut osos (β cross lass au Pylirink-D), Calcitonina, Osteocalcina, Hormonul paratiroid, Hormoni reproductive (de indicat), Alergeni Limba de comunicare rom/rus Alimentarea 220 V, 50 Hz	Analizator automat, cu chemoluminiscentă Cod 150300 Parametru Specificație Descriere- Analizator automat care utilizează tehnici imunologice care implică interacțiunea unui anticorp cu un antigen și hapten Tip sistem- complet automat Tip probă urină, ser, plasmă, sînge integru Capacitate de lucru 180 probe/h Posibilitatea integrării într-un sistem informational centralizat (LIS) da Avînd capacitate înaltă de lucru 180 probe/h nu necesită un alt analizator de chemoluminiscentă mai mare da Randoom acces da Metoda chemoluminiscentă amplificată enzimatic Nr. Probe 60 probe la bord Reagenți 25 la bord Stabilitate reagent ≥ 28 zile Afîșaj alfanumeric, color Printer da Cititor cod bare da Interfață PC bidirecțională Analizatorul va fi livrat cu reagenți conform listelor de reagent solicitați da Analizator nu necesită apă Teste FT3, FT4, T3, T4, TSH, Anti-TG, Anti-TPO, Tg, rT3; HIV Combo, HBsAg, Anti-HBs, HBeAg, Anti-HBe, Anti-HBc, Anti-HCV, Anti-TP (Syphilis); Total β-HCG, FSH, LH, Prolactin, E2, E3, TESTO, PROG, AMH; CEA, AFP, CA125, CA15-3, CA19-9, FPSA, TPSA, NSE, CYFRA 21-1, CA72-4, PG I, PG II, SCCA, HE4, ProGRP, CA50, CA242; Intact PTH, Calcitonin, Vitamin D total; CK-MB, Myoglobin, Troponin I, BNP; Insulin, C-peptide; DHEA-S, Cortisol, ACTH; LN, HA, PIINP, CIV; Ferritin, Vitamin B12, Folate, RBC Folate; Renin, Aldosterone; PCT; SARS-CoV-2 IgM, SARS-CoV-2 IgG Limba de comunicare rus Alimentarea 220 V, 50 Hz	CE, ISO

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	33100000-1	Analizator ionoselectiv Na, K, Cl	Humalyte Plus 3	Germania	Human	Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod 150610 Descriere Analizatoarele de electroliți testează unul sau mai multi electroliți folosind electrozi iono-selectivi. Parametrul Specificația Tip probă Ser da Urină da Plasmă da Singe integru da Tip analize Na da K da Cl da Spălare automată da Display LCD sau LED da Printer da Data management da Interfața PC da Reagenți Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari cît și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare" ≥ 1000 analize Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării ≥ 6 luni	Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod 150610 Descriere Analizatoarele de electroliți testează unul sau mai multi electroliți folosind electrozi iono-selectivi. Parametrul Specificația Tip probă Ser da Urină da Plasmă da Singe integru da Tip analize Na da K da Cl da Spălare automată da Display LCD sau LED da Printer da Data management da Interfața PC da Reagenți Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari cît și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare" ≥ 1000 analize Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării ≥ 6 luni	CE, ISO

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	33100000-1	Analizator automat ale gazelor si electrolitilor în sange	ABL90 FLEX	Danemarca	Radiometer	Analizator automat ale gazelor si electrolitilor în sange Cod 150700 Descriere Analizator de gaze si electrolitilor în sange complet automat, utilizat în secția de reanimare pentru diagnosticarea rapidă a stării pacienților în stare critică Parametrul Specificația Tip analizator sistem de tip deschis da complet automat da Tip probă Ser da, Plasmă da, Sînge arterial da, venos da, capilar da, mixt da Volum probă Seringă ≤ 200 µL, Capilar ≤ 100 µL Tip analize Gaze în sange pH da pCO2 da, pO2 da, HCO3 da, HCO3 act da, HCO3 std da, BE(B) da, BE(ecf) da, TCO2 / ctCO2 da, Electroliti Na+ da, K+ da, Ca++ da, Ca++(7.4) da, Cl- da, Anion gap da, Metaboliti Glucoza da, Lactat da, CO-oximetrie Hct da, tHb da, sO2 da, O2Hb da, OHb da, MetHb da, HHb da, Spălare automată da, Detector de cheag de sange da "Calibrare pentru toți parametrii măsurați" Automat da Manual da "Printarea rezultatelor de calibrare la necesitate" da "Controlul intern (QC)" Automat da, Manual da Analiza Durata analizei ≤ 2 min. Stocarea datelor Date analize "min. 1000 înregistrări" Date calibrări Reagenți Forma de reagenți cartuş Valabilitatea de la deschidere min. 27 zile Numarul de teste disponibile într-un singur cartuş ≥ 450 teste Display Touchscreen da, LCD sau LED da Cititor de bar cod da, Imprimantă termică da Data management da, Interfața PC da Conexiune la rețea informațională / Comunicare cu LIS da UPS inclus, pentru menținerea funcționării analizatorului în caz de întrerupere accidentată a luminii cîți protecție în cazul fluctuației de lumină ≥ 30 min. Reagenți: Cartușe necesare pentru ≥ 1500 teste / pacienți Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării. ≥ 3 luni Hirtie termică 5 buc.	Analizator automat ale gazelor si electrolitilor în sange Cod 150700 Descriere Analizator de gaze si electrolitilor în sange complet automat, utilizat în secția de reanimare pentru diagnosticarea rapidă a stării pacienților în stare critică Parametrul Specificația Tip analizator sistem de tip deschis da, complet automat da Tip probă Ser da, Plasmă da, Sînge arterial da, venos da, capilar da, mixt da Volum probă Seringă 65 µL, Capilar 45 µL Tip analize Gaze în sange pH da pCO2 da, pO2 da, cHCO3 -(P, st) da, cBase(B) sau ABE, cBază(B, ox) da, cBase(Ecf) sau SBE, cBase (Ecf, ox) da, TCO2, ctCO2(P), ctCO2(B) da, Electroliti Na+ da, K+ da, Ca++ da, Ca++(7.4) da, Cl- da, Anion gap da, Metaboliti Glucoza da, Lactat da, CO-oximetrie Hct da, tHb da, sO2 da, O2Hb da, COHb da, MetHb da, HHb da Spălare automată da, Detector de cheag de sange da "Calibrare pentru toți parametrii măsurați" Automat da Manual da "Printarea rezultatelor de calibrare la necesitate" da "Controlul intern (QC)" Automat da, Manual da Analiza Durata analizei 35 sec. Stocarea datelor Date analize "min. 1000 înregistrări" Date calibrări Reagenți Forma de reagenți cartuş Valabilitatea de la deschidere min. 27 zile Numarul de teste disponibile într-un singur cartuş ≥ 450 teste Display Touchscreen da, LCD sau LED da Cititor de bar cod da, Imprimantă termică da Data management da, Interfața PC da Conexiune la rețea informațională / Comunicare cu LIS da UPS inclus, pentru menținerea funcționării analizatorului în caz de întrerupere accidentată a luminii cîți protecție în cazul fluctuației de lumină ≥ 30 min. Reagenți: Cartușe necesare pentru ≥ 1500 teste / pacienți Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării. ≥ 3 luni Hirtie termică 5 buc.	CE, ISO

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Semnăt: _____

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**