

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1711106465064 din 07.04.2024

Obiectul achiziției: Kituri și utilaj pentru metode screening din domeniul siguranță alimentară(LÎPA)

N/o lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
17	LOT 17 Cartuse strata X-33u, 200mg/6ml	HLB-100.S.6.200.HR	Franta	AFFINISEP	Conform caietului de sarcini	Similar Strata X RP C18, 200mg/6mL, Phase: Surface modified styrenedivinybenzene Specificatie produs: AttractSPE® HLB HLB SPE cartridges 6mL/200mg - 33µm, Phase: Surface modified styrenedivinybenzene	
19	LOT 19 Tuburi de digestie pentru cuptorul de digestie cu microunde Master Sineo 16	TFM digestion tubes	China	DECHENGWANG	Conform caietului de sarcini	Tub intern Tip GP-100, Compozitie – material TFM, volum 100ml, 16 buc in set (15 tuburi standard cu capac standard+1 tub de control cu capac de control)	
21	LOT 21 Frigider delaborator	EKT 250	Turcia	Emsas	Conform caietului de sarcini	Frigider de laborator avand domeniul de temperatura cuprins intre + 2 °C si + 8 °C Volum net: 300 litri. O ușă cu posibilitatede încuiere. 4 rafturi din plasa. Decongelare automata. Agent de răcire R134a, Afisaj - LCD Alarmer audio/vizuale pentru următorii parametri: Alarma pentru temperaturi ridicate si scazute Alarma pentru intreruperea alimentarii Alarma pentru eroare a termostatului Alarma pentru usa deschisa Accesorii incluse: Microprocesor, Display LED, Lampa LED, Port USB	

						<p>Accesorii optionale: Dispozitiv de inregistrarea temperaturilor :se poate comanda optional, ne inclus in pretul standard.</p> <p>Port de acces la sonda Alimentare: 230V, 50/60Hz.</p>
24	LOT 24 Combinafrigorifica	EKT-D 50	Turcia	Emsas	Conform caietului de sarcini	<p>Domeniu de temperatură:</p> <p>Frigider: reglabil între 0 °C si +15 °C</p> <p>Congelator: reglabil între -5 °C si -30 °C</p> <p>Capacitate</p> <p>Frigider bruta: 390 lit.</p> <p>Congelator: min. 160 lit.Sistem de racire:</p> <p>2 circuite separate</p> <p>Nr. de usi: 2</p> <p>Nr. de compartimente: 2</p> <p>Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz</p> <p>Compartiment / frigider: 4 rafturi inox ușor detașabile și reglabile în înălțime.</p> <p>Compartiment / Congelator: 3 rafturi inox de depozitare, care sunt prevăzute cu o parte frontală din inox.</p> <p>Sistem de decongelare:Frigider si Congelator: complet automat; apa condensată este canalizată automat într-o tavă încălzită, pentru evaporarea automată a apei condensate Panou de control unic pentru frigider si congelator.</p>

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau