

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1604047237031	Data: 10 nov 2020, 12:00 - 23 nov 2020, 9:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Achiziționarea filmelor radiologice, articolelor parafarmaceutice conform necesităților IMSP Spitalul de Stat pentru anul 2021	Lot:	Pagina: 1 din 2

NR. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	3312413 0-5	Ansă Dormia (standart) Ø 2-2,5 cm deschis	BK1-B22-35-23-200	China	Micro-Tech	(coșulet pentru extragerea corpurilor străini)	Conform broșurii anexate	CE/ISO
4	3312413 0-5	Ansă p/u polipectomie forma ovală L 180 – 200 cm	PFS01-0xxx	China	Micro-Tech	-	Conform broșurii anexate	CE/ISO
5	3312413 0-5	Ansă p/u polipectomie forma hexagonală L180 – 200 cm	PFS01-12423230	China	Micro-Tech	-	Conform broșurii anexate	CE/ISO
19	3314120 0-2	Cateter p/u pancreato-colangiografie retrogradă Ø 2mm lungimea 180-200 mm	GER-07-18-035	Germania	Medi-Globe	-	Conform broșurii anexate	CE/ISO
21	3314112 2-1	Filtru antibacterial/viral luer	MN136	Turcia	Morton	Pentru aparatul de anestezie și ventilare artificială .	Conform broșurii anexate	CE/ISO
22	3316900 0-2	Forceps pentru biopsie pentru gastroscop lungimea 160-180 cm, cuve ovale , fenestrabile cu / fără ac	EBF33-110(1)23180	China	Micro-Tech	pentru gastroscop lungimea 160180 cm, cuve ovale , fenestrabile cu / fără ac	Conform broșurii anexate	CE/ISO
23	3316900 0-2	Forceps pentru biopsie pentru colonoscop lungimea 180-200 cm, cuve ovale , fenestrabile cu / fără ac	EBF53-11123230	China	Micro-Tech	biopsie pentru colonoscop lungimea 180-200 cm, cuve ovale , fenestrabile cu / fără ac	Conform broșurii anexate	CE/ISO
24	3314000 0-3	Gel pentru ultrasunet 250 g	33272	Italia	Gima	-	Conform broșurii anexate	CE/ISO
27	3316900 0-2	Injectoare pentru endoscopie lungimea 180cm-200 cm	IN2-255232302	China	Micro-Tech	-	Conform broșurii anexate	CE/ISO
28	3368000 0-0	Manjetă pentru monitor MEC 2000	CF004A+BP12	China	GreatMade	-	Conform broșurii anexate	CE/ISO
30	3316900 0-2	Papilotom arcuat L 180-200 mm	DSP-30525-111211	China	Micro-Tech	-	Conform broșurii anexate	CE/ISO
31	3316900 0-2	Papilotom cu ac L 180-200 mm	DSP-30507-121111	China	Micro-Tech	-	Conform broșurii anexate	CE/ISO
34	3368000	Robinet cu 3 ieșiri (3-way stop cock)	KT-002	Polonia	Zarys	-	Conform broșurii anexate	CE/ISO

	0-0	pentru perfuzomat 360° , steril					anexate	
35	3314131 0-6	Seringa pentru pompa de injecție tip P (perfuzor, perfuject) 50-60 ml , cu ac înșurubat	050ML-3CZ-LL-BL	Polonia	Zarys	În ambalaj individual	Conform broșurii anexate, fără ac	CE/ISO
52	3314120 0-2	Canula nazala oxigenoterapie pentru adulti cu tub 1,8 m	CTND-200	Polonia	Zarys	-	Conform broșurii anexate	CE/ISO
60	3368000 0-0	Masca oxigenoterapie pentru adulti concentratie medie tub O2	MTS-L	Polonia	Zarys	-	Conform broșurii anexate	CE/ISO
67	3360000 0-6	Tub endotrahial cu manjetă N 7 ; 7,5 ; 8,0	RIM-70/75/80	Polonia	Zarys	-	Conform broșurii anexate	CE/ISO
71	3368000 0-0	Inele p/u ligaturare endoscopică a varicelor esofagiene cu cord de tractue dublu cu 10 inele	MBL-10	SUA	Cook Medical	Inele p/u ligaturare endoscopică a varicelor esofagiene cu cord de tractue dublu cu 10 inele	Conform broșurii anexate	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**