

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1705679471268 / 21156722 din: 08.02.2024 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Policlinica de Stat (lista suplimentară nr. 2)

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Dovada înregistrării în Regitru	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii							
1	Ultrasonograf general, cardiac, performanță înaltă	XBit 80	China	CHISON	DM000553715	Consolă cu mișcări independente: sus/jos, dreapta/stânga Probe porturi active:3...5 Probe tip: Liniar monocristal 4...16 MHz, Elemente fizice: 128...192. Convex Mono Cristal 1,5...7 MHz, Elemente fizice: 128...192. Phased/Vector Mono Cristal 1...5 MHz, Elemente fizice: 80...128. Frecvența maximă a sistemului: 16...22 MHz. Nivele de gri: 256. Preprocesare, canale digitale: 6 000 000...8 000 000. Gama dinamică: 250...270 dB. Adâncimea de scanare: 40 cm. Post procesare: Amplificare generală - da. TGC - da. Corecție de unghi Doppler - da. Reglarea gamei dinamice - da. Hărți de gri și de culoare - da. Reducerea zgomotului de fond - da. Formatul afișat - da. Ajustarea liniei de bază în Doppler spectral - da. Zoom - da. Optimizarea automată a imaginii - da. Multifrecvențe: minim 5...10. Moduri de scanare: 2D - da, M-mod - da, Color M mode - da, B mode - da, Anatomical M mode - da, Mod panoramic - da, Mod trapezoidal - da, Compunere spațială: minim 4...7 trepte, Mod de procesare adaptivă pentru eliminarea artefactelor și zgomotelor de imagine: minim 5...10 trepte. Investigarea velocităților tisulare (TVI) - da. Harmonic Imaging - da, Curved Anatomical M mode - da. Doppler: CWD - da, PWD - da, PDI - da, Color Doppler - da, TDI - da, Directional PDI - da, Viteza înregistrată a fluxului sanguin în CWD: minim 5...20m/s, Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sanguin - da, Duplex - da, Triplex - da, Metode de măsurare: manual, semi-automat, automat, automat în timp real - da, Moduri de vizualizare: 2D/PW - da, 2D/Color Doppler - da, 2D/M mode - da, 2D/PW/Color Doppler sau PDI - da, Dual, 2D/2D+Color Doppler sau PDI - da. Funcționalități: Măsurători digitale - da, Auto-optimizare prin acționarea unui singur buton - Optimizare 2D mode, Modulurile Doppler, Doppler Baseline. Auto IMT - da, Auto EF - da, Speckle Tracking - da, Rapoarte - da. PAN/ZOOM: Imagine în timp real - da, Stop cadru - da. Stocare imagini: Spațiu stocare minim 500...1000 GB, Butare rapidă (SSD): 120...240 GB, Cine - da, DICOM 3.0 - da, Ecran integrat de control tactil: minim 10...15 inch, Ecran plat cu rezoluție înaltă de afișaj, diagonală: minim 21,5...24 inch, rezoluție: 1920x1080 - da Pachete de analiză: Cardiac - da, Strain Rate - da, Stress Echo - da. Periferice: Bloc ECG - da, Încălzitor gel - da, Imprimantă Alb/Negru încorporată - da.	Consolă cu mișcări independente: sus/jos, dreapta/stânga Probe porturi active:3...5 Probe tip: Liniar monocristal 4...16 MHz, Elemente fizice: 128...192. Convex Mono Cristal 1,5...7 MHz, Elemente fizice: 128...192. Phased/Vector Mono Cristal 1...5 MHz, Elemente fizice: 80...128. Frecvența maximă a sistemului: 16...22 MHz. Nivele de gri: 256. Preprocesare, canale digitale: 6 000 000...8 000 000. Gama dinamică: 250...270 dB. Adâncimea de scanare: 40 cm. Post procesare: Amplificare generală - da. TGC - da. Corecție de unghi Doppler - da. Reglarea gamei dinamice - da. Hărți de gri și de culoare - da. Reducerea zgomotului de fond - da. Formatul afișat - da. Ajustarea liniei de bază în Doppler spectral - da. Zoom - da. Optimizarea automată a imaginii - da. Multifrecvențe: minim 5...10. Moduri de scanare: 2D - da, M-mod - da, Color M mode - da, B mode - da, Anatomical M mode - da, Mod panoramic - da, Mod trapezoidal - da, Compunere spațială: minim 4...7 trepte, Mod de procesare adaptivă pentru eliminarea artefactelor și zgomotelor de imagine: minim 5...10 trepte. Investigarea velocităților tisulare (TVI) - da. Harmonic Imaging - da, Curved Anatomical M mode - da. Doppler: CWD - da, PWD - da, PDI - da, Color Doppler - da, TDI - da, Directional PDI - da, Viteza înregistrată a fluxului sanguin în CWD: minim 5...20m/s, Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sanguin - da, Duplex - da, Triplex - da, Metode de măsurare: manual, semi-automat, automat, automat în timp real - da, Moduri de vizualizare: 2D/PW - da, 2D/Color Doppler - da, 2D/M mode - da, 2D/PW/Color Doppler sau PDI - da, Dual, 2D/2D+Color Doppler sau PDI - da. Funcționalități: Măsurători digitale - da, Auto-optimizare prin acționarea unui singur buton - Optimizare 2D mode, Modulurile Doppler, Doppler Baseline. Auto IMT - da, Auto EF - da, Speckle Tracking - da, Rapoarte - da. PAN/ZOOM: Imagine în timp real - da, Stop cadru - da. Stocare imagini: Spațiu stocare minim 500...1000 GB, Butare rapidă (SSD): 120...240 GB, Cine - da, DICOM 3.0 - da, Ecran integrat de control tactil: minim 10...15 inch, Ecran plat cu rezoluție înaltă de afișaj, diagonală: minim 21,5...24 inch, rezoluție: 1920x1080 - da Pachete de analiză: Cardiac - da, Strain Rate - da, Stress Echo - da. Periferice: Bloc ECG - da, Încălzitor gel - da, Imprimantă Alb/Negru încorporată - da.	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei
În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL
Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 12