

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1770979379276 din 06.04.2026

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice PARTEA I

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Încălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile caracteristici medii 130651	Dispozitiv pentru încălzirea sângelui, substituenților și soluțiilor de perfuzie AMPİR-01 cu stativ SUIR-01	Belorusia	"TahatAksi" ALC	"Încălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile caracteristici medii" Cod 130651 Descriere Dispozitiv destinat pentru încălzirea soluțiilor în procesul de infuzare la pacient pentru evitarea hipotermiei Parametrul Specificația Destinat pentru utilizarea la pacienți Adult, pediatric Temperatura maximă preselectată 34-41°C Pasul de incrementare a temperaturi ≤ 0.1°C Timp necesar pentru încălzire la temperatura setată ≤ 2 min Display LED, LCD obligatoriu Monitorizarea temperaturi de încălzire obligatoriu Compatibil cu toate circuitele de infuzie existente obligatoriu Clasa de protecție minim IP22 Alarmă temperatură înaltă obligatoriu temperatură joasă obligatoriu Regim de autotestare internă obligatoriu Sistem de fixare a dispozitivului de stativ de infuzie obligatoriu Alimentare de la rețea 220V 50 Hz Stativ de infuzie fabricat din oțel inoxidabil obligatoriu mobil pe minim 5 roți obligatoriu frână pentru fixarea stativului minim 2 roți tablă mică pentru manipulare da, fixată de stativ "posibilitatea de fixare a minim 2 sticle sau pachete de soluții pentru infuzie" obligatoriu	"Încălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile caracteristici medii" Cod 130651 Descriere Dispozitiv destinat pentru încălzirea soluțiilor în procesul de infuzare la pacient pentru evitarea hipotermiei Parametrul Specificația Destinat pentru utilizarea la pacienți Adult, pediatric Temperatura maximă preselectată 34-41,5 °C Pasul de incrementare a temperaturi ≤ 0.1°C Timp necesar pentru încălzire la temperatura setată ≤ 2 min Display LED Monitorizarea temperaturi de încălzire da Compatibil cu toate circuitele de infuzie existente da Clasa de protecție IP23 Alarmă temperatură înaltă da temperatură joasă da Regim de autotestare internă da Sistem de fixare a dispozitivului de stativ de infuzie da Alimentare de la rețea 220V 50 Hz Stativ de infuzie fabricat din oțel inoxidabil da mobil pe minim 5 roți da frână pentru fixarea stativului 2 roți tablă mică pentru manipulare da, fixată de stativ "posibilitatea de fixare a minim 2 sticle sau pachete de soluții pentru infuzie" da	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Levița Alexandru În calitate de: Manager proiect

Ofertantul: SRL "Dialab Solutions" Adresa: str. Serghei Lazo 40, et.4, of.2