

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1751379964124 din 01.07.2025
Obiectul achiziției:	Achiziționarea dispozitivelor de reabilitare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr. 4 Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, laseroterapie, magnetoterapie și ultrasunet						
Lot nr. 4 Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, laseroterapie, magnetoterapie și ultrasunet	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, laseroterapie, magnetoterapie și ultrasunet Model MULTITRONIC MT-8 AMDM DM000674828	Polonia	ELEKTRO NIKAI ELEKTROME DYCYNA M. LEWAN DOWSKI SP.J.	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, laseroterapie, magnetoterapie și ultrasunet Electroterapie: Parametrii electrici disponibili (minim): Curenți galvanici Curenți diadinamici Curenți interferențiali Curenți faradici sau neofaradici Curenți Trabert (Ultra Reiz) TENS (Stimulare electrică nervoasă transcutanată) Stimulare Kotz (curenți de medie frecvență modulați) Electroforeză (ionoforeză) Laseroterapie: Clasa dispozitivului cu laser: 3B Laser roșu obligatoriu Laser infraroșu obligatoriu Magnetoterapie: Cîmpuri magnetice cu forme de undă: sinusoidală, dreptunghiulară, triunghiulară	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, laseroterapie, magnetoterapie și ultrasunet Electroterapie: Parametrii electrici disponibili (minim): Curenți galvanici - DA, pag 4 Catalog Curenți diadinamici - DA, pag 4 Catalog Curenți interferențiali - DA, pag 4 Catalog Curenți faradici sau neofaradici - DA, pag 4 Catalog Curenți Trabert (Ultra Reiz) - DA, pag 4 Catalog TENS (Stimulare electrică nervoasă transcutanată) - DA, pag 4 Catalog Stimulare Kotz (curenți de medie frecvență modulați) - DA, pag 4 Catalog Electroforeză (ionoforeză) - DA, pag 4 Catalog Laseroterapie: Clasa dispozitivului cu laser: 3B - DA, pag 5 Catalog Laser roșu obligatoriu - DA, pag 5 Catalog Laser infraroșu obligatoriu - DA, pag 5 Catalog Magnetoterapie:	

				Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Ultrasunet: Frecventa de lucru, diapazon minim 1-3 MHz Notă Se vor evalua doar valorile nominale, fără a lua în considerare eventuale abateri procentuale (precum acuratețea, eroarea etc.). Moduri de operare: continuu și pulsatoriu Funcționalități: Protocoloale de lucru presetate obligatoriu Protocoloale de lucru personalizate obligatoriu Cronometru obligatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii incluse: Set de electrozi pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de electrozi pentru electroforeză (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Sondă laser roșu: ≥ 1 bucată Sondă laser infraroșu: ≥ 1 bucată Sondă ultrasunet (~1 cm²): ≥ 1 bucată Sondă ultrasunet (~4 cm²): ≥ 1 bucată Aplicatoare pentru magnetoterapie: ≥ 1 bucată	Cîmpuri magnetice cu forme de undă: sinusoidală, dreptunghiulară, triunghiulară - DA, pag 5 Catalog Magnetoterapie cu impulsuri - DA, pag 5 Catalog Ultrasunet: Frecventa de lucru, diapazon minim 1-3 MHz - DA, pag 5 Catalog Notă Se vor evalua doar valorile nominale, fără a lua în considerare eventuale abateri procentuale (precum acuratețea, eroarea etc.). Moduri de operare: continuu și pulsatoriu - DA, pag 5 Catalog Funcționalități: Protocoloale de lucru presetate - DA, pag 4 Catalog Protocoloale de lucru personalizate - DA, pag 4 Catalog Cronometru - DA, pag 4 Catalog Alimentare 220 V, 50 Hz - DA, pag 4 Catalog Accesorii incluse: Set de electrozi pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) - DA Set de electrozi pentru electroforeză (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) – DA Sondă laser roșu - 1 buc S-2N, Catalog pag 5, 17 Sondă laser infraroșu - 1 buc S-3N , Catalog pag 5, 17 Sondă ultrasunet - 1 buc de 1 cm² - SU-1, Catalog pag 5, 21-23 Sondă ultrasunet - 1 buc de 5 cm² - SU-5, Catalog pag 5, 21-23 Aplicatoare pentru magnetoterapie - 1 buc APE-1, Catalog pag 5, 29.	
Lot nr. 6 Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet						
Lot nr. 6 Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet	Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet Model SONOTRONIC US-2 AMDM DM000674819	Polonia	ELEKTRO NIKA I ELEKTROME DYCYNA M. LEWAN DOWSKI SP.J.	Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet Parametru Specificație Ecran dimensiune Minim 4 inch, color, tactil Frecvența de lucru, diapazon Minim 1–3 MHz	Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet Parametru Specificație Ecran grafic color mare (4,3") cu panou tactil Frecvența de lucru, diapazon 1 - 3MHz - DA, Catalog pag 20	

				Notă Se vor evalua doar valorile nominale, fără a lua în considerare eventuale abateri procentuale (precum acuratețea, eroarea etc.). Moduri de operare Continuu sau pulsatoriu Timpul de tratament $\geq 1-30$ minute Programe presetate Obligatoriu Programe personalizate Obligatoriu Tensiune 220 V, 50 Hz Accesorii: Sonda cu suprafață de $\sim 1 \text{ cm}^2$: ≥ 1 bucată Sonda cu suprafață de $\sim 4-5 \text{ cm}^2$: ≥ 1 bucată Gel de contact: ≥ 1 litru	Notă Se vor evalua doar valorile nominale, fără a lua în considerare eventuale abateri procentuale (precum acuratețea, eroarea etc.). Moduri de operare Continuu și pulsatoriu - DA, Catalog pag 20 Timpul de tratament 30s - 30 minute - DA, Catalog pag 20 Programe presetate - DA, Catalog pag 20 Programe personalizate - DA, Catalog pag 20 Tensiune 220 V, 50 Hz - DA, Catalog pag 20 Accesorii: Sondă ultrasunet - 1 buc de 1 cm² - SU-1, Catalog pag 5, 21-23 Sondă ultrasunet - 1 buc de 5 cm² - SU-5, Catalog pag 5, 21-23 Gel de contact - 1 litru - DA	
Lot nr. 11 Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B și ultrasunet						
<u>Lot nr. 11</u> Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B și ultrasunet	Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B și ultrasunet Model SOLATRONIC SL-3 AMDM DM000674820	Polonia	ELEKTRO NIKA I ELEKTROME DYCYNA M. LEWAN DOWSKI SP.J.	Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B și ultrasunet Laser: Clasa dispozitivului cu laser 3B Tipuri de laser obligatorii Laser roșu Laser infraroșu Ultrasunet: Frecvența de lucru, diapazon Minim 1–3 MHz Notă Se vor evalua doar valorile nominale, fără a lua în considerare eventuale abateri procentuale (precum acuratețea, eroarea etc.). Moduri de operare Continuu și pulsatoriu Funcționalități: Parametru Specificație Protocoloale de lucru presetate Obligatoriu Protocoloale de lucru personalizate Obligatoriu Cronometru Obligatoriu Tip Portabil, obligatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii incluse: Sonda roșu: ≥ 1 bucată	Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B și ultrasunet <u>Laser:</u> Clasa dispozitivului cu laser 3B - DA, Catalog pag 19 Tipuri de laser - Laser roșu - DA, Catalog pag 19 Laser infraroșu - DA, Catalog pag 19 <u>Ultrasunet:</u> Frecvența de lucru, diapazon 1 - 3 MHz - DA, Catalog pag 19 Notă Se vor evalua doar valorile nominale, fără a lua în considerare eventuale abateri procentuale (precum acuratețea, eroarea etc.). Moduri de operare Continuu și pulsatoriu - DA, Catalog pag 19 Funcționalități: Parametru Specificație Protocoloale de lucru presetate - DA, Catalog pag 19 Protocoloale de lucru personalizate - DA, Catalog pag 19 Cronometru - DA, Catalog pag 19 Tip Portabil - DA, Catalog pag 19	

				Sonda infraroșu: ≥ 1 bucată Sondă ultrasunet ($\sim 1 \text{ cm}^2$): ≥ 1 bucată Sondă ultrasunet ($\sim 4\text{-}5 \text{ cm}^2$): ≥ 1 bucată	Alimentare 220 V, 50 Hz - DA, Catalog pag 19 Accesorii incluse: Sonda roșu - 1 buc Model S-2N - DA, Catalog pag 17, 19 Sonda infraroșu - 1 buc Model S-3N - DA, Catalog pag 17, 19 Sondă ultrasunet - 1 buc de 1 cm^2 - SU-1, Catalog pag 5, 21-23 Sondă ultrasunet - 1 buc de 5 cm^2 - SU-5, Catalog pag 5, 21-23	
Lot nr. 12 Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie de clasa 3B și magnetoterapie						
Lot nr. 12 Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie de clasa 3B și magnetoterapie	Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie de clasa 3B și magnetoterapie Model MULTITRONIC MT-8 AMDM DM000674828	Polonia	ELEKTRO NIKAI ELEKTROME DYCYNAM. LEWAN DOWSKI SP.J.	Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie de clasa 3B și magnetoterapie Clasa dispozitivului laser: 3B Laser roșu: Obligatoriu Laser infraroșu: Obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri: Obligatoriu Protocoale de lucru: Presetate: Obligatoriu Personalizate: Obligatoriu Cronometru: Interval reglabil 1–99 minute Portabilitate: Obligatoriu Alimentare: 220 V, 50 Hz Accesorii incluse (minim): Sondă laser roșu: Putere minimă 20 mW, ≥ 1 buc. Sondă laser infraroșu: Putere minimă 400 mW, ≥ 1 buc. Aplicator linear: Dimensiuni $\geq 50 \times 25 \text{ cm}$ (sau echivalent), ≥ 1 buc.	Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie de clasa 3B și magnetoterapie Clasa dispozitivului laser - 3B DA, Catalog pag 5 Laser roșu - S-2N Laser infraroșu - S-3N Magnetoterapie cu impulsuri - DA, Catalog pag 5 Protocoale de lucru: Presetate - DA, Catalog pag 4 Personalizate - DA, Catalog pag 4 Cronometru: Interval reglabil 1 s - 99 min DA, Catalog pag 5 Portabilitate - DA, Catalog pag 4 Alimentare: 220 V, 50 Hz - DA, Catalog pag 4 Accesorii incluse (minim): Sondă laser roșu: Putere 40mW - 1 buc - S-2N, Catalog pag 5, 17 Sondă laser infraroșu - Putere 400 mW - 1 buc - S-3N, Catalog pag 5, 17 Aplicator linear - AP2, dimensiuni 44x70 cm - 1 buc, Catalog pag 5, 29	
Lot nr. 19 Electroterapie cu 4 canale						
Lot nr. 19 Electroterapie cu 4 canale	Electroterapie cu 4 canale Model MULTITRONIC MT-6 AMDM	Polonia	ELEKTRO NIKAI ELEKTROME DYCYNAM. LEWAN DOWSKI SP.J.	Electroterapie cu 4 canale Electroterapie: Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform. Ecran color Canale independente ≥ 4 buc.	Electroterapie cu 4 canale Electroterapie: Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform. Catalog Multitronic MT6 : Ecran color touchscreen 4.3inch Pag. 6	

	DM000674826		Tipuri de curenti: TENS – obligatoriu Minim alte 10 tipuri de forme de unde – (de ex.Galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert) Calcul automat al reobazei, cronaxiei - obligatoriu Semnal stimulare CC si CV Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratemant obligatoriu Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu Port USB sau analogic Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii (., să se indice codurile produselor oferite) Cabluri bipolare 4 buc. Electrod electroterapie 4 buc. Troleu dispozitiv 1 buc. Cerințe: Anul producerii minim 2024 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defectiunilor minore, parole de acces după caz. Ghid rapid de utilizare în limba română	Canale independente - 4 buc. Pag. 3 Tipuri de curenti: TENS - Da Pag. 6 Minim alte 10 tipuri de forme de unde - (de ex.Galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert) - Catalog pag 6 Calcul automat al reobazei, cronaxiei - User manual pag 68 Semnal stimulare CC si CV Da User manual pag 35 Timpul de tratament diapazon 1sec - 99 min Da, Catalog pag 7 Alarma finalizare tratament Da, User Manual 37 Librarie de protocoale interne de tratemant obligatoriu Pag.6 Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu Pag.6 Port USB sau analogic Da Tensiune 220V, 50 HZ Pag.6 Accesorii Cabluri bipolare 8 buc. Da Cod produs: K-2L cable Catalog pag 13 Electrod electroterapie 4 buc. Da Catalog pag 13 E-A 50 electrode pereche E-A 75 electrode pereche E-S 50 electrode pereche E-S 75 electrode pereche Troleu dispozitiv 1 buc. Da Cod produs: SM-1 Catalog pag 32 Cerințe: Anul producerii minim 2024 Da Garanție minim 24 luni Da Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Da Manuale de utilizare limba romana sau rusa Da Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Da Training pentru personal tehnic Da	
--	-------------	--	---	---	--

					Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecţiunilor minore, parole de acces după caz. Da Ghid rapid de utilizare în limba română Da	
Lot nr. 20 Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică						
Lot nr. 20 Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică	Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică Model MULTITRONIC MT-3 AMDM DM000674816	Polonia	ELEKTRO NIKA I ELEKTROME DYCYNA M. LEWAN DOWSKI SP.J.	Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică Descriere Dispozitivul de fizioterapie este destinat tratamentului cu curenţi electrici de frecvenţă joasă, medie şi înaltă. Parametru Specificaţie Aplicaţii Stimulare nervoasă şi stimulare musculară; opţional: tratament pentru afecţiuni venoase Canale pentru electroterapie Minim 2 Programe presetate de lucru: * Curenţi diadinamici * Curenţi interferenţiali * Curenţi galvanici * Electroforeză (ionoforeză) * Curenţi faradici sau neofaradici * Curenţi de frecvenţă medie * Curenţi sinusoidali * Stimulare de înaltă tensiune * TENS * Stimulare Kotz * Curenţi Trabert (Ultra Reiz) * Tonoliză * EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei Obligatoriu Timpul de tratament, diapazon Minim 1–60 minute Semnal acustic finalizare tratament Obligatoriu Tip Portabil Alimentare 220–230 V, 50/60 Hz Accesorii Set de electrozi cu cabluri pentru electroterapie (adulţi): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche)	Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică Descriere Dispozitivul de fizioterapie este destinat tratamentului cu curenţi electrici de frecvenţă joasă, medie şi înaltă. Parametru Specificaţie Aplicaţii Stimulare nervoasă şi stimulare musculară; opţional: tratament pentru afecţiuni venoase - DA, Catalog pag 12 Canale pentru electroterapie 2- DA, Catalog pag 12 Programe presetate de lucru DA, Catalog pag 12 * Curenţi diadinamici * Curenţi interferenţiali * Curenţi galvanici * Electroforeză (ionoforeză) * Curenţi faradici sau neofaradici * Curenţi de frecvenţă medie * Curenţi sinusoidali * Stimulare de înaltă tensiune * TENS * Stimulare Kotz * Curenţi Trabert (Ultra Reiz) * Tonoliză * EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei - DA, user manual pag 68 Timpul de tratament, diapazon 1-60 min, DA, Catalog pag 12 Semnal acustic finalizare tratament - DA, Catalog pag 12 Tip Portabil - DA, Catalog pag 12 Alimentare 220–230 V, 50/60 Hz - DA, Catalog pag 12 Accesorii	

				Set de electrozi cu cabluri pentru electroforeză (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de accesorii standard: obligatoriu	Set de electrozi cu cabluri pentru electroterapie (adulți) - 1 set (1 set = 1 pereche) - DA Set de electrozi cu cabluri pentru electroforeză (adulți) - 1 set (1 set = 1 pereche) - DA Set de accesorii standard - DA	
Lot nr. 24 Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet						
Lot nr. 24 Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet	Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet Model SONOTRONIC US-2 AMDM DM000674819	Polonia	ELEKTRO NIKAI ELEKTROME DYCYNA M. LEWAN DOWSKI SP.J.	Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet Parametru Specificație Ecran dimensiune Minim 4 inch, color, tactil Frecvența de lucru, diapazon Minim 1–3 MHz Notă Se vor evalua doar valorile nominale, fără a lua în considerare eventuale abateri procentuale (precum acuratețea, eroarea etc.). Moduri de operare Continuu sau pulsatoriu Timpul de tratament ≥ 1–30 minute Programe presetate Obligatoriu Programe personalizate Obligatoriu Tensiune 220 V, 50 Hz Accesorii: Sonda cu suprafață de ~1 cm²: ≥ 1 bucată Sonda cu suprafață de ~4-5 cm²: ≥ 1 bucată Gel de contact: ≥ 1 litru	Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet Parametru Specificație Ecran grafic color mare (4,3") cu panou tactil - DA, Catalog pag 20 Frecvența de lucru, diapazon 1 - 3MHz - DA, Catalog pag 20 Notă Se vor evalua doar valorile nominale, fără a lua în considerare eventuale abateri procentuale (precum acuratețea, eroarea etc.). Moduri de operare Continuu și pulsatoriu - DA, Catalog pag 20 Timpul de tratament 30s - 30 min - DA, Catalog pag 20 Programe presetate - DA, Catalog pag 20 Programe personalizate - DA, Catalog pag 20 Tensiune 220 V, 50 Hz - DA, Catalog pag 20 Accesorii: Sondă ultrasunet - 1 buc de 1 cm² - SU-1, Catalog pag 5, 21-23 Sondă ultrasunet - 1 buc de 5 cm² - SU-5, Catalog pag 5, 21-23 Gel de contact - 1 litru - DA	
Lot nr. 26 Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică						
Lot nr. 26 Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică	Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică Model MULTITRONIC MT-3 AMDM DM000674816	Polonia	ELEKTRO NIKAI ELEKTROME DYCYNA M. LEWAN DOWSKI SP.J.	Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică Aparat de tip "Radius" SAU Descriere Dispozitivul de fizioterapie este destinat tratamentului cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă. Parametru Specificație	Descriere Dispozitivul de fizioterapie este destinat tratamentului cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă. Parametru Specificație Aplicații Stimulare nervoasă și stimulare musculară; opțional: tratament pentru afecțiuni venoase Canale pentru electroterapie - 2 DA, Catalog pag 12	

				Aplicații Stimulare nervoasă și stimulare musculară; opțional: tratament pentru afecțiuni venoase Canale pentru electroterapie Minim 2 Programe presetate de lucru: * Curenți diadinamici * Curenți interferențiali * Curenți galvanici * Electroforeză (ionoforeză) * Curenți faradici sau neofaradici * Curenți de frecvență medie * Curenți sinusoidali * Stimulare de înaltă tensiune * TENS * Stimulare Kotz * Curenți Trabert (Ultra Reiz) * Tonoliză * EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei Obligatori Timul de tratament, diapazon Minim 1–60 minute Semnal acustic finalizare tratament Obligatori Tip Portabil Alimentare 220–230 V, 50/60 Hz Accesorii Set de electrozi cu cabluri pentru electroterapie (aduți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de electrozi cu cabluri pentru electroforeză (aduți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de accesorii standard: obligatori	Programe presetate de lucru: DA, Catalog pag 12 - Curenți diadinamici (Bernard): DF, MF, RS, MM, CP, LP, CPiso, LPiso (cu secvență ajustabilă) - Curenți interferențiali: static (clasic), izoplanar (dinamic), 2-pole (premodulat), întrerupt - Curenți galvanici (galvanizare/iontoforeză): curent continuu galvanic + ionoforeză - Electroforeză (ionoforeză): inclusă împreună cu galavanticul - Curenți faradici sau neofaradici: sunt suportate atât curenții faradici cât și neofaradici - Curenți de frecvență medie: stimulare pentru pareza flască (medium frequency pulsed currents) cu modulații diverse - Curenți sinusoidali: suportă modulații în formă de undă sinusoidală (inclusiv în modularea medii frecvențe) - Stimulare de înaltă tensiune (HVS/HV stimulation): prezentă ca opțiune terapeutică - TENS (incluzând modulație „iritantă” și TENS BURST): standard, asimetric, alternativ, Burst, etc. - Stimulare Kotz (curent de tip Russian): - Curenți Träbert (Ultra Reiz) - Tonoliză: stimulare a parezei spastice în modul cu două canale, conform Hufschmidt & Jantsch - EMS (Stimulare electrică musculară): inclus sub „neuromuscular stimulation / electro-gymnastics” și wave modulations cu reglaje pentru stimularea musculară Calcul automat al reobazei, cronaxiei - DA, user manual pag 68 Timul de tratament, diapazon 1-60 minute , DA, Catalog pag 12 Semnal acustic finalizare tratament -, DA, Catalog pag 12 Tip Portabil , DA, Catalog pag 12	
--	--	--	--	---	---	--

					Alimentare 220–230 V, 50/60 Hz , DA, Catalog pag 12 Accesorii Set de electrozi cu cabluri pentru electroterapie (aduți) - 1 set (1 set = 1 pereche) - DA Set de electrozi cu cabluri pentru electroforeză (aduți) - 1 set (1 set = 1 pereche) - DA Set de accesorii standard - DA	
Lot nr. 29 Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B						
Lot nr. 29 Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B	Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B Model LASERTRONIC LT-3 + SK 1 AMDM DM000674823	Polonia	ELEKTRO NIKA I ELEKTROME DYCYNA M. LEWAN DOWSKI SP.J.	Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B Parametru Specificație Clasa dispozitivului cu laser 3B Tipuri de laser obligatorii Laser roșu Laser infraroșu Proceduri de lucru presetate Obligatoriu Proceduri de lucru personalizate Obligatoriu Cronometru, diapazon 1–99 minute Tip Portabil, obligatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii incluse: Sonda roșu: ≥ 1 bucată Sonda infraroșu: ≥ 1 bucată Scanner Roșu + Infraroșu ≥ 1 buc Puterea pentru roșu cu puterea min. 50 mW Puterea pentru infraroșu cu puterea min. 400mW Ochelari de protecție: ≥ 1 bucată	Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B Parametru Specificație Clasa dispozitivului cu laser 3B - DA, Catalaog pag 16 Tipuri de laser obligatorii - Laser roșu - S-2B, DA, Catalaog pag 16, 17 - Laser infraroșu - S-3N, Catalaog pag 16, 17 Proceduri de lucru presetate - DA, Catalaog pag 16 Proceduri de lucru personalizate - DA, Catalaog pag 16 Cronometru, diapazon 1 - 99 min - DA, Catalaog pag 16 Tip Portabil - DA, Catalaog pag 16 Alimentare 220 V, 50 Hz - DA, Catalaog pag 16 <u>Accesorii incluse:</u> Sonda roșu - 1 buc S-2B - 80mW, Catalog pag 17 Sonda infraroșu - 1 buc S-3N - 400mW, Catalog pag 17 Scanner Roșu + Infraroșu - 1 buc SK-1, Catalog pag 18 Puterea pentru roșu cu puterea 80 mW Puterea pentru infraroșu cu puterea 400mW Ochelari de protecție - 1 buc Catalog, pag 17	
TOTAL						

Semnăt: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Aelo Grup SRL
Adresa: mun. Chișinău, str. Ialoveni 107, bl. 6