




Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

IMSP Spitalul raional Orhei

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1733384658770 / 21319867 din 26.12.2024						
Denumirea procedurii de achiziție: Necesarul de reagenți și consumabile medicale de laborator pentru anul 2025						
Denumirea pozitie	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 4 Teste rapide (metoda calitativă)						
4.1. Identificarea sangelui în mase fecale (sange ocult)	FOB - Cartus, nr.catalog TFO-402	China	ALLTEST	Cartuș, sensibilitate maximă, metoda cromatografic, marca CE	FOB - rapid test Cartuș , sensibilitate maximă, metoda cromatografic, marca CE. <i>Cerințelor generale pentru Lotul 4.</i> CE 1272/2008; ISO 13485:2016; ISO 14971:2019. Nr.inregistrarii la AMDM-DM000377344	<i>Conform</i> ISO, CE.
4.2. Identificarea substanțelor narcotice în urina, 5-8 parametri	Multi-Drug 8 Casetă, nr.catalog DOA-185	China	ALLTEST	Cartuș, sensibilitate maximă, metoda cromatografic, marca CE	Multi-Drug 8 Drugs Rapid Test Cassette (Urine)COC300/ AMPIO OO/MET1000/THC50/MTD30 O/MDMA500/MOP300/BAR300 . <i>C onform Cerințelor generale pentru Lotul 4.</i> CE 1272/2008; ISO 13485:2016; ISO 14971:2019.	ISO, CE.
LOT 9 Regeți pentru aparatul Analizatorul FIA Meter Plus (sistem închis)						
9.1. Vit D	Vit D test rapid cantitativ, nr.catalog W241P0002	China	WONDFO BIOTEH CO.,LTD	Conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plazma, singe integru, pe substrat Heparina și sodium citrat pentru plazma sau singe. Metoda imunofluorescentă. Marca CE	Vit.D - test cantitativ compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus(sistem închis) , conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/ plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe. Reagenți încorporați în casete sau cărțușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. Conform Cerințelor specifice pentru lotul 9:	ISO, CE. 
9.2. cTni	cTni test rapid cantitativ, nr.catalog W203	China	WONDFO BIOTEH CO.,LTD	Conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plazma, singe integru, pe substrat Heparina și sodium citrat și EDTA pentru plazma sau singe. Metoda imunofluorescentă. Marca CE.	cTni test cantitativ compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus(sistem închis) , conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/ plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe. Reagenți încorporați în casete sau cărțușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. <i>Conform Cerințelor specifice pentru lotul 9.</i> Nr.inregistrării la AMDM-DM000372764	ISO, CE.
9.3. AFP	AFP test rapid cantitativ , nr.catalog W208	China	WONDFO BIOTEH CO.,LTD	Conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plazma, singe integru, pe substrat Heparina și sodium citrat pentru plazma sau singe. Metoda imunofluorescentă. Marca CE.	AFP test cantitativ compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus(sistem închis) , conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/ plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe. Reagenți încorporați în casete sau cărțușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. <i>Cerințelor specifice pentru lotul 9.</i> Nr.inregistrării la AMDM-DM000372779	ISO, CE. <i>Conform</i> 
9.4. PSA	PSA. test rapid cantitativ, nr.catalog W209	China	WONDFO BIOTEH CO.,LTD	Conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plazma, singe integru, pe substrat Heparina și sodium citrat pentru plazma sau singe. Metoda imunofluorescentă.	PSA test cantitativ. Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus(sistem închis) , conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/ plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe. Reagenți încorporați în casete sau cărțușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. <i>Conform Cerințelor specifice pentru lotul 9.</i>	ISO, CE. <i>Conform</i> 
9.5. CK-MB/cTnI/Myo, test cardiac cantitativ	CK-MB/cTnI/Myo, <i>test cardiac cantitativ test rapid cantitativ ,</i> nr.catalog W216	China	WONDFO BIOTEH CO.,LTD	Conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plazma, singe integru, pe substrat Heparina și sodium citrat pentru plazma sau singe. Metoda imunofluorescentă. Marca CE	CK-MB/cTnI/Myo, test cardiac cantitativ. Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus(sistem închis) , conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/ plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe. Reagenți încorporați în casete sau cărțușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. <i>Cerințelor specifice pentru lotul 9.</i> Nr.inregistrării la AMDM-DM000372763.	ISO, CE. <i>Conform</i>

Nume: Varman Irina **În calitate de:** Administrator

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL **Adresa:** mun. Chisinău, Dokuceaev 6, of.61
 semnat electron