

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1725610129207 din 27.09.2024						
Obiectul de achiziție: Achiziționarea reagenților, seturilor pentru diagnostic , materialelor consumabile de laborator , accesoriilor conform necesităților IMSP Spitalul de Stat pentru anul 2025						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri:						
Lot nr.18 Expres teste la glucoza, cetone, ph	U031-031 (3G)	SUA	ACON LABORATORIE S INC	teste	teste. Broșura și instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat CE, Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot nr.19 Teste pentru determinarea singelui occult în materialul biologic	GEFOB-602b	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Teste rapide pentru determinarea singelui occult din materiile fecale. Sensibilitatea testului 50ng/ml și mai mult sau 6,0 mg/g de fecale	Teste rapide pentru determinarea singelui occult din materiile fecale. Sensibilitatea testului 50ng/ml sau 6,0 mg/g de fecale. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație.
Lot nr.20 Teste pentru determinarea Clostridium difficile GDH+ToxinaA+ToxinaB	GCCD-602a	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Teste rapide (casetă combo) pentru determinarea Clostridium Difficile, Toxina A, Toxina B și GDH din materiile fecale. Kitul sa concinta tuburi de colectare proba cu bufer și sa includa separate controale pozitive pentru GDH și toxina A+B. Valorile limită de detecție pentru GDH cel puțin 1 ng / ml, 2 ng / ml pentru Toxin A și 1 ng / ml pentru Toxin B. Sensibilitate și specificitate minim 98 % atit pentru GDH cit și pentru Toxina A, B	Teste rapide (casetă combo) pentru determinarea Clostridium Difficile, Toxina A, Toxina B și GDH din materiile fecale. Kitul conține tuburi de colectare proba cu bufer și include separate controale pozitive pentru GDH și toxina A+B. Valorile limită de detecție pentru GDH = 1 ng / ml, 2 ng / ml pentru Toxin A și 1 ng / ml pentru Toxin B. Sensibilitatea = 100%, specificitatea = 98,0 % pentru GDH, pentru Toxina A, B sensibilitatea = 100%, specificitatea = 98,6 % . Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, certificat ISO, Autorizație.
Lot nr.21 Teste pentru determinarea Antigenului H.pylori	GCHP-602a	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Teste rapide pentru determinarea Antigenului H. pylori din materiile fecale. Sensibilitatea testului rapid > 99.9 % , iar specificitatea de 98.1% in raport cu metode bazate pe endoscop. Limita de detecție : maxim 5ng/ml.	Teste rapide pentru determinarea Antigenului H. pylori din materiile fecale. Sensibilitatea testului rapid - 98.8 % , iar specificitatea de 100% in raport cu metode bazate pe endoscop. Limita de detecție : maxim 5ng/ml. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, certificat ISO, Autorizație.
Lot nr.46 Eprubete conice pentru sedimentul urinar din masa plastică	318159	Italia	SYNTESYS S.R.L	Eprubete conice pentru sedimentul urinar din masa plastică	Eprubete conice pentru sedimentul urinar, din masa plastică, 12ml. Catalogul producătorului se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație.

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chişinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9