

# OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;  
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90  
tel. 022 808 002, 022 808 003  
e-mail: [oxivit.medical@gmail.com](mailto:oxivit.medical@gmail.com)

Anexa nr. 7  
la Documentația standard  
conform Ordin MF Nr. 115  
din 15.09.2021

## CERERE DE PARTICIPARE

**Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**  
**adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-**  
**2005, bd. Grigore Vieru, 22/2**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1743167998360 din 07.04.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025

noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 04.04.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L \_\_\_\_\_

*(semnătura autorizată)*

# OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;  
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90  
tel. 022 808 002, 022 808 003  
e-mail: [oxivit.medical@gmail.com](mailto:oxivit.medical@gmail.com)

Anexa nr. 7  
la Documentația standard  
conform Ordin MF Nr. 115  
din 15.09.2021

## DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

**Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**  
**adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.**  
**Grigore Vieru, 22/2**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:  
"Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform  
necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025"

prin procedura de achiziție - Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) Nr. ocds-  
b3wdp1-MD-1743167998360 din 07.04.2025

pentru o durată de 160 ( una sută șaiszeci ) zile, respectiv până la data de  
14.09.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând  
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 04.04.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L \_\_\_\_\_

*(semnătura autorizată)*

## Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1743167998360 din 07.04.2025			
Obiectul achiziției:					Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025			
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 13	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 13	12001 SUCTION 12001 LV VENT 13FR	SUA	Medtronic	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 13	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 13 -Da, Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag 74.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397487
3	Canula aortica pentru copii, 10F	Canula aortica pentru copii, 10F	77010 CANNULA 77010 ART ONE PIECE 10FR 5PK 17L	SUA	Medtronic	Mărimea internă (Fr) - 10 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire . Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	Brosura "Cannula Catalog Interactive, pag.9:" Mărimea internă (Fr) - 10 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subțire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da,kin-king rezistente Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000397233

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90

## Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:				ocds-b3wdp1-MD-1743167998360 din 07.04.2025								
Obiectul achiziției:				Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 13	Vent cardiac fără conductor pentru copii. Mărimea internă(Fr) - 13	bucată	15	461.53	553.83	6 922.95	8 307.45	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	33100000-1	-	-
3	Canula aortica pentru copii, 10F	Canula aortica pentru copii, 10F	bucată	40	1 383.53	1 494.21	55 341.20	59 768.40			-	-
<b>TOTAL Oferta</b>							<b>62 264.15</b>	<b>68 075.85</b>				

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

# OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;  
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90  
tel. 022 808 002, 022 808 003  
e-mail: [oxivit.medical@gmail.com](mailto:oxivit.medical@gmail.com)

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea  
Procedurii de achiziție Nr:  
ocds-b3wdp1-MD-1743167998360 din 07.04.2025  
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

## DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

-Termen restant al sterilizării va fi stabilit conform condițiilor producătorului

- Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.

Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.

Vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj va coincide cu eticheta produsului.

- Produsele sunt înregistrate la AMDM, codul înregistrării este indicat în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"

Data completării: 04.04.2025

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L \_\_\_\_\_

(semnătura )