

Certificat de Calitate Nr.109 din 30.01.2026
GOST 10157-79
Gaseous and liquid argon.

Gaz: **Argon**

Livrat în : **Butelie 5L**

Presiune îmbuteliere : **150 bar**

Continutul gaz / butelie : **0.75m3**

Termen de valabilitate : **2 ani**

Societatea Furnizoare : **SC DIROVE-NORD SRL**

Beneficiar : **IMSP Institutul Mamei și Copilului**

Denumirea parametrului	Norma	
	Alitate superioara	Fact
1 Volum argon %,nu mai putin	99,993	99,996
2 Volum de oxigen %, nu mai putin	0,0007	0,0007
3 Volum de azot, %, nu mai putin	0,005	0,005
4Fracția de volum a vaporilor de apă, % nu mai mult de care corespunde temperaturii de saturație argon cu vaporii de apă la presiune 101,3 kPa (760 mm Hg), °C, nu mai mare	-61	-63
5 Fracția de volum din cantitatea de carbon pe care o conține Compuși în termeni de CO2,%, nu mai mult	0,0005	0,0005

Gazul argon îndeplinește cel mai înalt grad

Inginer principal

Bulban V.

