

Lot	Denumire lot	Specificatia tehnica	Specificatia tehnica propusa
65	Set chirurgical mare pentru intervenții cu risc sporit de lichide	1.Câmp Mayo pentru masă de instrumente 145x80cm (+/-10cm) – 1 buc. Minim 2 straturi: 1 impermeabil, 1 absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75cm(+/-5cm) – 2 buc. Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p. 1 Strat: Material SMS nețesut (spunbond-meltblown-spunbond) polypropilen; 2 Strat: Absorbent cu higroscopicitate mare (celuloză/viscoză etc); 3 strat: Rezistent la lichide (polyethylen sau polyurethan); 4 Strat: Strat de bază (material nețesut din polyester spunlace cu adeziv sensibil la presiune de bază de acrilat, grosime maxim 50μm. Cearșaf impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 3.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 4.Panglica de operație minim 10x50cm (±5cm) – 1 buc. impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175cm (+/-10cm) – 1 buc. Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p. 1 Strat: Material SMS nețesut (spunbond-meltblown-spunbond) polypropilen; 2 Strat: Absorbent cu higroscopicitate mare (celuloză/viscoză etc); 3 strat: Rezistent la lichide (polyethylen sau polyurethan); 4 Strat: Strat de bază (material nețesut din polyester spunlace cu adeziv sensibil la presiune de bază de acrilat, grosime	Prodicator: Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI) Tara de origine: SUA Model: IMU-MD14532 1.Câmp Mayo pentru masă de instrumente 145x80cm (+/-10cm) – 1 buc. Minim 2 straturi: 1 impermeabil, 1 absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75cm(+/-5cm) – 2 buc. Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p. 1 Strat: Material SMS nețesut (spunbond-meltblown-spunbond) polypropilen; 2 Strat: Absorbent cu higroscopicitate mare (celuloză/viscoză etc); 3 strat: Rezistent la lichide (polyethylen sau polyurethan); 4 Strat: Strat de bază (material nețesut din polyester spunlace cu adeziv sensibil la presiune de bază de acrilat, grosime maxim 50μm. Cearșaf impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 3.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 4.Panglica de operație minim 10x50cm (±5cm) – 1 buc. impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175cm (+/-10cm) – 1 buc. Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p. 1 Strat: Material SMS nețesut (spunbond-meltblown-spunbond) polypropilen; 2 Strat: Absorbent cu higroscopicitate mare (celuloză/viscoză etc); 3 strat: Rezistent la lichide (polyethylen sau polyurethan); 4 Strat: Strat de bază (material nețesut din polyester spunlace cu adeziv sensibil la presiune de bază de acrilat, grosime

	maxim 50µm. Cearşaf impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbţiei majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 6.Cearşaf steril cu bord adeziv şi câmp absorbant 240x150cm (+/-10cm) – 1 buc. Material neţesut minim 4 straturi, nu mai puţin de 42 g/m.p. 1 Strat: Material SMS neţesut (spunbond-meltblown-spunbond) polypropilen; 2 Strat: Absorbent cu higroscopicitate mare (celuloză/viscoză etc); 3 strat: Rezistent la lichide (polyethylen sau polyurethan); 4 Strat: Strat de bază (material neţesut din polyester spunlace cu adeziv sensibil la presiune de bază de acrilat, grosime maxim 50µm. Cearşaf impermeabil, absorbant, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbţiei majorat. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor şi firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7.Cearşaf absorbant pentru pacient 150x190cm (+/-10cm) – 1 buc., zona de absorbţie minim 75x190cm (+/-5cm). Minim 2 straturi: 1 impermeabil, 1 absorbant. 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 2ani; 9.Marcaj CE, certificat EN13795;	maxim 50µm. Cearşaf impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbţiei majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 6.Cearşaf steril cu bord adeziv şi câmp absorbant 240x150cm (+/-10cm) – 1 buc. Material neţesut minim 4 straturi, nu mai puţin de 42 g/m.p. 1 Strat: Material SMS neţesut (spunbond-meltblown-spunbond) polypropilen; 2 Strat: Absorbent cu higroscopicitate mare (celuloză/viscoză etc); 3 strat: Rezistent la lichide (polyethylen sau polyurethan); 4 Strat: Strat de bază (material neţesut din polyester spunlace cu adeziv sensibil la presiune de bază de acrilat, grosime maxim 50µm. Cearşaf impermeabil, absorbant, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbţiei majorat. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor şi firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7.Cearşaf absorbant pentru pacient 150x190cm (+/-10cm) – 1 buc., zona de absorbţie minim 75x190cm (+/-5cm). Minim 2 straturi: 1 impermeabil, 1 absorbant. 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 2ani; 9.Marcaj CE, certificat EN13795; <i>Conform fisierului [TDS_IMU-MD14532.pdf]</i>
--	--	---

Cu stimă,

Semnat: _____

Numele, prenumele: Petru Bolea

În calitate de: Şef Departament Comercial

S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L. Confirmarea parametrilor tehnici solicitati
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L.

ANEXA Nr. 65

Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova