

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1740148347507 din 3 mart 2025, 9:30 - 11 mart 2025, 9:30

Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2025 (repetat)

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
3310000-1	2	Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale	Ryurei™ PTCA Dilatation Catheter DC-RR1205HH DC-RR1210HH DC-RR1215HH DC-RR1220HH DC-RR1505HH DC-RR1510HH DC-RR1515HH DC-RR1520HH DC-RR2010HHW DC-RR2015HHW DC-RR2020HHW DC-RR2030HHW DC-RR2210HHW DC-RR2215HHW DC-RR2220HHW DC-RR2510HHW DC-RR2515HHW DC-RR2520HHW DC-RR2530HHW DCRR2710HHW DC-RR2715HHW DC-RR2720HHW DC-RR3010HHW DC-RR3015HHW DC-RR3020HHW DC-RR3210HHW DC-RR3215HHW DC-RR3220HHW DC-RR3510HHW DC-RR3515HHW DC-RR3520HHW DC-RR3530HHW DC-RR3710HHW DC-RR3715HHW	Japonia	TERUMO CORPORATIONS	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Monorail si over the wire, semicompliant, cu acoperire hidrofilica. Material balon-pebax. cateterul cu hypotube. Compatibil cu ghid 0,014". Presiune nominala-8 atm., RBP:12- 14 atm. Marcheri:1 pentru diametrul 1,2-1,5 mm și 2 pentru diametrele 2,0-4,0 mm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungime shaft 145 cm-150cm Dimensiuni disponibile -1.2 pana la 5.0 mm, lungimea 6 pina la 30 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Monorail, semicompliant, cu acoperire hidrofilica. Material balon-pebax. cateterul cu hypotube. Compatibil cu ghid 0,014". Presiune nominala - 6 atm., RBP:12- 14 atm. Marcheri:1 pentru diametrul 1,00-1,5 mm și 2 pentru diametrele 2,0-4,0 mm. Cerințe minime obligatorii: Dimesiuni obligatorii Lungime shaft 145 cm. Dimensiuni disponibile -1.0 pana la 4.0 mm, lungimea 5 pina la 40 mm.	DM000240594 DM000240596 DM000240607 DM000240618 DM000240595 DM000240597 DM000240608 DM000240619 DM000240598 DM000240609 DM000240620 DM000240629 DM000240599 DM000240610 DM000240621 DM000240600 DM000240611 DM000240622 DM000240630 DM000240601 DM000240612 DM000240623 DM000240602 DM000240613 DM000240624 DM000240603 DM000240614 DM000240625 DM000240604 DM000240615 DM000240626 DM000240632 DM000240605 DM000240616 DM000240627 DM000240617 DM000240628 DM000240593

			DC-RR3720HHW DC-RR4010HHW DC-RR4015HHW DC-RR4020HHW DC-RR1005HH DC-RR2040HHW DC-RR2540HHW DC-RR3040HHW DC-RR3540HHW					DM000240633 DM000240634 DM000240635 DM000240636
331 000 00-1	6	Microghid 0.014” acoperit cu polimer	Asahi Chikai Black Asahi Chikai black 18/soft tip WAIN-CKI-18- 200-BS AIN-CKI-18-200- SFT ASAHI CHIKAI black, Angle 90° WAIN-CKI-200- BA WAIN-CKI-200-BS AIN-CKI-200-B- SFT	Japonia	ASAHI INTECC CO., LTD.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Microghiduri ce confera suport sporit, fara frictiune cu microcateterul, dedicate pentru traversarea zonelor tortuoase; constructie speciala „dublu-spiralata” cu acoperire hidrofilica pe un segment de 170 cm si cu o jacheta din polimer pe 150 de cm; varf distal atraumatic, angulat la 90 °sau angulat cu posibilitatea de a fi format in angulatia dorita, in varianta cu varf moale sau standard; diametre disponibile - 0.014”, 0.018”. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: lungime totala 200cm;	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Microghiduri ce confera suport sporit, fara frictiune cu microcateterul, dedicate pentru traversarea zonelor tortuoase; constructie speciala „dublu-spiralata” cu acoperire hidrofilica pe un segment de 170 cm si cu o jacheta din polimer pe 150 de cm; varf distal atraumatic, angulat la 90 °sau angulat cu posibilitatea de a fi format in angulatia dorita, in varianta cu varf moale sau standard; diametre disponibile - 0.014”, 0.018”. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: lungime totala 200cm;	DM000816037 DM000816051 DM000816040 DM000816039 DM000816046
331 000 00-1	26	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	Legflow OTW 0.014 L 2.0-40 OTW L 2.5-40 OTW L 3.0-40 OTW L 3.5-40 OTW L 2.0-80 OTW L 2.5-80 OTW L 3.0-80 OTW L 3.5-80 OTW L 2.0-120 OTW L 2.5-120 OTW L 3.0-120 OTW L 3.5-120 OTW L 2.0-150 OTW L 2.5-150 OTW L 3.0-150 OTW L 3.5-150 OTW Legflow OTW 0.035 LS 4.0-20 OTW L 4.0-20 OTW	Germania	Cardionovum	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si infrapopliteale. Balon OTW compatibilitate cu ghid 0.014” și 0.035”. Presiune nominala: 6 atm. RPB: 12-14 atm. Compatibile cu introducător de 5-7 Fr (in functie de diametrele balonului). Markeri radioopaci platina-iridiu. Substanta activa Paclitaxel doza de 3.0 μg/mm² pentru inhibitie neointimala. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni), Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014”) si 4-8 mm (0.035”). Lungimi disponibile: 40-150 mm. Lungimi disponibile cateter: 80, 135, 150 cm.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si infrapopliteale. Balon OTW compatibilitate cu ghid 0.014” și 0.035”. Presiune nominala: 6 atm. RPB: 12-14 atm. Compatibile cu introducător de 5-7 Fr (in functie de diametrele balonului). Markeri radioopaci platina-iridiu. Substanta activa Paclitaxel doza de 3.0 μg/mm² pentru inhibitie neointimala. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni), Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014”) si 4-8 mm (0.035”). Lungimi disponibile: 40-150 mm. Lungimi disponibile cateter: 80, 135, 150 cm.	DM000659522 DM000659526 DM000659530 DM000659534 DM000659523 DM000659527 DM000659531 DM000659535 DM000659524 DM000659528 DM000659532 DM000659536 DM000659525 DM000659529 DM000659533 DM000659537 DM000659395 DM000659396 DM000659397 DM000659398 DM000659399 DM000659400 DM000659401

			LS 4.0-40 OTW				DM000659402
			L 4.0-40 OTW				DM000659403
			LS 4.0-60 OTW				DM000659404
			L 4.0-60 OTW				DM000659405
			LS 4.0-80 OTW				DM000659406
			L 4.0-80 OTW				DM000659407
			LS 4.0-100 OTW				DM000659408
			L 4.0-100 OTW				
			LS 4.0-120 OTW				DM000659409
			L 4.0-120 OTW				DM000659410
			LS 4.0-150 OTW				DM000659411
			L 4.0-150 OTW				DM000659412
							DM000659413
			LS 5.0-20 OTW				DM000659414
			L 5.0-20 OTW				DM000659415
			LS 5.0-40 OTW				DM000659416
			L 5.0-40 OTW				DM000659417
			LS 5.0-60 OTW				DM000659418
			L 5.0-60 OTW				DM000659419
			LS 5.0-80 OTW				DM000659420
			L 5.0-80 OTW				DM000659421
			LS 5.0-100 OTW				DM000659422
			L 5.0-100 OTW				
			LS 5.0-120 OTW				DM000659423
			L 5.0-120 OTW				DM000659424
			LS 5.0-150 OTW				DM000659425
			L 5.0-150 OTW				DM000659426
							DM000659427
			LS 6.0-20 OTW				DM000659428
			L 6.0-20 OTW				DM000659429
			LS 6.0-40 OTW				DM000659430
			L 6.0-40 OTW				DM000659431
			LS 6.0-60 OTW				DM000659432
			L 6.0-60 OTW				DM000659433
			LS 6.0-80 OTW				DM000659434
			L 6.0-80 OTW				DM000659435
			LS 6.0-100 OTW				DM000659436
			L 6.0-100 OTW				
			LS 6.0-120 OTW				
			L 6.0-120 OTW				
			LS 6.0-150 OTW				DM000659437
			L 6.0-150 OTW				DM000659438
							DM000659439
			LS 7.0-20 OTW				DM000659440
			L 7.0-20 OTW				DM000659441
			LS 7.0-40 OTW				DM000659442
			L 7.0-40 OTW				DM000659443
			LS 7.0-60 OTW				DM000659444
			L 7.0-60 OTW				DM000659445
			LS 7.0-80 OTW				DM000659446
			L 7.0-80 OTW				DM000659447
			LS 7.0-100 OTW				DM000659448
			L 7.0-100 OTW				DM000659449
			LS 7.0-120 OTW				DM000659450

			L 7.0-120 OTW LS 7.0-150 OTW L 7.0-150 OTW					DM000659451 DM000659452 DM000659453 DM000659467 DM000659468 DM000659469 DM000659470 DM000659471 DM000659472 DM000659473 DM000659474 DM000659475 DM000659476 DM000659477 DM000659479 DM000659480 DM000659481 DM000659482 DM000659483 DM000659484 DM000659485 DM000659486 DM000659487 DM000659488 DM000659489 DM000659490
331 000 00- 1	58	Balon farmacologic activ (Periferie)	Legflow OTW 0.018 L 18 2.0-40 L 18 2.0-60 L 18 2.0-80 L 18 2.0-100 L 18 2.0-120 L 18 2.0-150 L 18 3.0-40 L 18 3.0-60 L 18 3.0-80 L 18 3.0-100 L 18 3.0-120 L 18 3.0-150 L 18 4.0-40 L 18 4.0-60 L 18 4.0-80 L 18 4.0-100 L 18 4.0-120 L 18 4.0-150 L 18 5.0-40	Germania	Cardionovum	Balon Farmacologic activ tip OTW pentru periferie cu paclitaxel , Concentrație medicamentoasă: 2 (ug/mm2). Compatibil cu ghid de 0.018 inch. Lungime shaft (cm) 90 , 130, 150. Compatibil cu teacă (F) : 4, 5, 6. Diametre balon (mm) : 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0. Lungime balon (cm) : 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20.	Balon Farmacologic activ tip OTW pentru periferie cu paclitaxel , Concentrație medicamentoasă: 2 (ug/mm2). Compatibil cu ghid de 0.018 inch. Lungime shaft (cm) 150. Compatibil cu teacă (F) : 4, 5, 6. Diametre balon (mm) : 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0. Lungime balon (cm) : 4, 6, 8, 10, 12, 15,	DM000659491 DM000659492 DM000659493 DM000659494 DM000659495 DM000659496 DM000659497 DM000659498 DM000659499 DM000659500 DM000659501 DM000659502 DM000659503 DM000659504 DM000659505 DM000659506 DM000659507 DM000659508 DM000659509 DM000659510 DM000659511

			L 18 5.0-60 L 18 5.0-80 L 18 5.0-100 L 18 5.0-120 L 18 5.0-150 L 18 6.0-40 L 18 6.0-60 L 18 6.0-80 L 18 6.0-100 L 18 6.0-120 L 18 6.0-150 L 18 7.0-40				DM000659512 DM000659513 DM000659514 DM000659515 DM000659516 DM000659517 DM000659518 DM000659519 DM000659520 DM000659521
331 000 00-1	62	Dispozitiv indicat pentru embolizarea anevrismelor cerebrale intrasaculare	W2-8-3 W2-8-4 W2-8-5 W2-8-6 W2-8-S W2-9-4 W2-9-5 W2-9-6 W2-9-7 W2-9-8 W2-9-S W2-10-5 W2-10-6 W2-10-7 W2-10-8 W2-10-S W2-11-6 W2-11-7 W2-11-8 W2-11-9 W2-11-S W4-4-3 W4-4-4 W4-4-S W4-5-3 W4-5-4 W4-5-5 W4-5-S W4-6-3 W4-6-4 W4-6-5		Caracteristici: - varf distal atraumatic ce asigura protectie in timpul livrarii - varf distal atraumatic cu marker distal asezat in interiorul cosului - livrare controlata: cosul cu doua straturi permite un dispozitiv mai conformabil, asigurand un varf atraumatic chiar si atunci cand dispozitivul nu este complet desfasurat - dispozitiv mai conformabil: cosul cu doua straturi si forma evazata permit dispozitivului sa umple si sa ia forma anevrismului, oferind in acelasi timp forta radiala optima - marker distal din aliaj platina-iridiu pentru vizibilitate sporita - cos din plasa cu 2 straturi: 72 de fire pentru o forta radiala echilibrata - forma evazata confera conformabilitate stabilitate si forta radiala optima pentru implantare controlata in anevrisme cu colet larg - marker proximal din aliaj platina-iridiu pentru vizibilitate sporita - proeminente care ajuta la reconstructia fluxului in vasele bifurcate - zona de detasare cu sistem de detasare fiabil in proportie de 100% - detasare electrolitica - aliaj auto-expandabil cu celula inchisa din nichel-titanium cu tehnologie DFT pentru vizibilitate sporita Dimensiuni : impingator din nitinol: 185 cm latime: 4.5 mm – 8 mm inaltime: 3 mm, 4 mm, 5 mm compatibilitate microcateter: 0.021”	Caracteristici: - varf distal atraumatic ce asigura protectie in timpul livrarii - varf distal atraumatic cu marker distal asezat in interiorul cosului - livrare controlata: cosul cu doua straturi permite un dispozitiv mai conformabil, asigurand un varf atraumatic chiar si atunci cand dispozitivul nu este complet desfasurat - dispozitiv mai conformabil: cosul cu doua straturi si forma evazata permit dispozitivului sa umple si sa ia forma anevrismului, oferind in acelasi timp forta radiala optima - marker distal din aliaj platina-iridiu pentru vizibilitate sporita - cos din plasa cu 2 straturi: 72 de fire pentru o forta radiala echilibrata - forma evazata confera conformabilitate stabilitate si forta radiala optima pentru implantare controlata in anevrisme cu colet larg - marker proximal din aliaj platina-iridiu pentru vizibilitate sporita - proeminente care ajuta la reconstructia fluxului in vasele bifurcate - zona de detasare cu sistem de detasare fiabil in proportie de 100% - detasare electrolitica - aliaj auto-expandabil cu celula inchisa din nichel-titanium cu tehnologie DFT pentru vizibilitate sporita Dimensiuni : impingator din nitinol: 185 cm latime: 3 mm – 11 mm inaltime: 2 mm la 9,6 mm compatibilitate microcateter: 0.021” Sistem de detaşare inclus in pret	DM000765012 DM000765013 DM000765014 DM000765015 DM000765016 DM000765017 DM000765018 DM000765019 DM000765020 DM000765021 DM000765022 DM000765023 DM000765024 DM000765025 DM000765026 DM000765027 DM000765028 DM000765029 DM000765030 DM000765031 DM000765032 DM000765033 DM000765034 DM000765035 DM000765036 DM000765037 DM000765038 DM000765039 DM000765040 DM000765041 DM000765042

			W4-6-6 W4-6-S				DM000765043 DM000765044
			W4-7-3 W4-7-4 W4-7-5 W4-7-6 W4-7-7 W4-7-S				DM000765045 DM000765046 DM000765047 DM000765048 DM000765049 DM000765050
			W5-3-2 W5-3.5-2				DM000765051 DM000765052
			W5-4.5-2 W5-4.5-3				DM000765053 DM000765054
			W5-4-2 W5-4-3 W5-4-S				DM000765055 DM000765056 DM000765057
			W5-5-2 W5-5-3 W5-5-4 W5-5-S				DM000765058 DM000765059 DM000765060 DM000765061
			W5-6-2 W5-6-3 W5-6-4 W5-6-5 W5-6-S				DM000765062 DM000765063 DM000765064 DM000765065 DM000765066
			W5-7-2 W5-7-3 W5-7-4 W5-7-5 W5-7-6 W5-7-S				DM000765067 DM000765068 DM000765069 DM000765070 DM000765071 DM000765072
331 000 00-1	67	Dispozitiv Embolizare Intrasacular	WEB SL & WEB SLS W2-8-3 W2-8-4 W2-8-5 W2-8-6 W2-8-S W2-9-4 W2-9-5 W2-9-6 W2-9-7 W2-9-8 W2-9-S W2-10-5		Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv dedicat tratamentului intrasacular a anevrismelor cu gat larg, rupte sau nerupte (inclusiv a anevrismelor de bifurcatie), neabordabile prin embolizare simpla. Construit dintr-o mesa foarte densa din Nitinol (multe fire extrem de fine cu diverse diametre) - tehnologie microbraid - ce asigura o suprafata poroasa si confera complianta la sacul anevrismal pentru o serie de dimensiuni diverse. Dispozitivul este complet retractabil si detasabil. Produce staza rapida periprocedurala. Permite refacerea endoteliului pe suprafata	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv dedicat tratamentului intrasacular a anevrismelor cu gat larg, rupte sau nerupte (inclusiv a anevrismelor de bifurcatie), neabordabile prin embolizare simpla. Construit dintr-o mesa foarte densa din Nitinol (multe fire extrem de fine cu diverse diametre) - tehnologie microbraid - ce asigura o suprafata poroasa si confera complianta la sacul anevrismal pentru o serie de dimensiuni diverse. Dispozitivul este complet retractabil si detasabil. Produce staza rapida periprocedurala. Permite refacerea endoteliului pe suprafata	DM000765012 DM000765013 DM000765014 DM000765015 DM000765016 DM000765017 DM000765018 DM000765019 DM000765020 DM000765021 DM000765022 DM000765023 DM000765024

		W2-10-6 W2-10-7 W2-10-8 W2-10-S		gatului anevrismal. Incurajeaza reconstructia vasului. Minimizeaza nevoia de tratament antiplachetar medicamentos dupa implantare. Sistem compus din: dispozitiv intrasaccular implantabil intracerebral impreuna cu sistemul sau de livrare. Microcateter de livrare ce permite plasarea, retragerea si navigarea unui dispozitiv intrasacular deviant de flux. Detasator manual cu controler, asigura detasare electro-termica extrem de facila.	gatului anevrismal. Incurajeaza reconstructia vasului. Minimizeaza nevoia de tratament antiplachetar medicamentos dupa implantare. Sistem compus din: dispozitiv intrasaccular implantabil intracerebral impreuna cu sistemul sau de livrare. Microcateter de livrare ce permite plasarea, retragerea si navigarea unui dispozitiv intrasacular deviant de flux. Detasator manual cu controler, asigura detasare electro-termica extrem de facila.	DM000765025 DM000765026 DM000765027
		W2-11-6 W2-11-7 W2-11-8 W2-11-9 W2-11-S				DM000765028 DM000765029 DM000765030 DM000765031 DM000765032
		W4-4-3 W4-4-4 W4-4-S				DM000765033 DM000765034 DM000765035
		W4-5-3 W4-5-4 W4-5-5 W4-5-S		Cerinte minime obligatorii: (oferta poate contine suplimentare la cerintele minime obligatorii si alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre: de la 3 mm la 11 mm cu Inaltimi de la 2 mm la 9,6 mm Microcateter de livrare disponibil cu diametrele interne: 0.017'', 0.021'', 0.027'' si 0.033''(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte minime obligatorii: (oferta poate contine suplimentare la cerintele minime obligatorii si alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre: de la 3 mm la 11 mm cu Inaltimi de la 2 mm la 9,6 mm Microcateter de livrare disponibil cu diametrele interne: 0.017'', 0.021'', 0.027'' si 0.033''(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000765036 DM000765037 DM000765038 DM000765039
		W4-6-3 W4-6-4 W4-6-5 W4-6-6 W4-6-S				DM000765040 DM000765041 DM000765042 DM000765043 DM000765044
		W4-7-3 W4-7-4 W4-7-5 W4-7-6 W4-7-7 W4-7-S				DM000765045 DM000765046 DM000765047 DM000765048 DM000765049 DM000765050
		W5-3-2 W5-3.5-2				DM000765051 DM000765052
		W5-4.5-2 W5-4.5-3				DM000765053 DM000765054
		W5-4-2 W5-4-3 W5-4-S				DM000765055 DM000765056 DM000765057
		W5-5-2 W5-5-3 W5-5-4 W5-5-S				DM000765058 DM000765059 DM000765060 DM000765061
		W5-6-2 W5-6-3 W5-6-4 W5-6-5 W5-6-S				DM000765062 DM000765063 DM000765064 DM000765065 DM000765066
						DM000765067

			W5-7-2 W5-7-3 W5-7-4 W5-7-5 W5-7-6 W5-7-S					DM000765068 DM000765069 DM000765070 DM000765071 DM000765072
331 000 00-1	68	Dispozitiv de revascularizare cerebrală în cazuri dificile	PSR3D, + VEL160STR+ PNML6F088904/ PNML6F088904M + RED 72/ 5MAXJET7+PST2	SUA/ Germania	Penumbra	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil indicat pentru extragerea trombilor duri (fibrinosi) și revascularizare rapidă intracraniană Structura din nitinol cu dublu design Facilitează angrenarea trombului și fixarea lui prin întrepătrundere, pentru revascularizarea rapidă a vasului Structura dispozitivului: - zona proximală cu diametru 2.25mm, formată din celule largi, flexibile și articulate, poziționate în spirală, care facilitează angrenarea trombului și fixarea lui pentru extragere în siguranță - zona distală stent 3D cu celule largi, ghidează trombul în interiorul dispozitivului și fixează atraumatic a dispozitivului în vas, oferă stabilitate în timpul extracției trombului Dimensiune unică 4.5mm diametru cu lungime utilă 28mm Indicat pentru vase cu diametrul de la 1.5 mm la 5.0 mm Compatibil cu microcateter cu diametru intern de 0.021; Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime maxim 193 cm (suplimentar la cele obligatorii se acceptă și alte dimensiuni)	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil indicat pentru extragerea trombilor duri (fibrinosi) și revascularizare rapidă intracraniană Structura din nitinol cu dublu design Facilitează angrenarea trombului și fixarea lui prin întrepătrundere, pentru revascularizarea rapidă a vasului Structura dispozitivului: - zona proximală cu diametru 2.25mm, formată din celule largi, flexibile și articulate, poziționate în spirală, care facilitează angrenarea trombului și fixarea lui pentru extragere în siguranță - zona distală stent 3D cu celule largi, ghidează trombul în interiorul dispozitivului și fixează atraumatic a dispozitivului în vas, oferă stabilitate în timpul extracției trombului Dimensiune unică 4.5mm diametru cu lungime utilă 28mm Indicat pentru vase cu diametrul de la 1.5 mm la 5.0 mm Compatibil cu microcateter cu diametru intern de 0.021; Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime maxim 193 cm (suplimentar la cele obligatorii se acceptă și alte dimensiuni)	DM000360571 DM000361568 DM000226557 DM000226556 DM000376950 DM000376945 DM000363182
331 000 00-1	83	Cateter-ghid intracranial	Neuronmaxx 088 PNML6F088804 PNML6F088804M PNML6F088904 PNML6F088904M	SUA	Penumbra	Cateter ghid intracranian este construit având rigiditate variabilă, diametru intern 0.088' (0.224 cm), reforșat cu strat de oțel inoxidabil împletit, acoperire internă din PTFE și construcție polimerică multi-stratificată. Constituit din mai multe straturi (2 straturi de-a lungul shaft-ului și 3 straturi la capătul distal) de polimeri care sunt lăminați deasupra porțiunii reforșate pentru a realiza o tranziție treptată în rigiditate de la shaft-ul proximal la cel distal, fiind optimizat pentru rezistența la îndoire, ovalizare minimă, și flexibilitate sporită. Segmentul distal al cateterului este format	Cateter ghid intracranian este construit având rigiditate variabilă, diametru intern 0.088' (0.224 cm), reforșat cu strat de oțel inoxidabil împletit, acoperire internă din PTFE și construcție polimerică multi-stratificată. Constituit din mai multe straturi (2 straturi de-a lungul shaft-ului și 3 straturi la capătul distal) de polimeri care sunt lăminați deasupra porțiunii reforșate pentru a realiza o tranziție treptată în rigiditate de la shaft-ul proximal la cel distal, fiind optimizat pentru rezistența la îndoire, ovalizare minimă, și flexibilitate sporită. Segmentul distal al cateterului este format	DM000359221 DM000226554 DM000226557 DM000226556

					din trei polimeri diferiți cu caracteristici radioopace și acoperire hidrofilă. Segmentul distal are, de asemenea o bandă radioopacă încapsulată. Disponibil în forme dreaptă și MP. Cateterul are o bandă de identificare cu o descriere a produsului pe capătul proximal.fiind disponibil în trei configurații de ambalare. Poate fi utilizat ca teacă vasculară 6F independent sau utilizat în combinație cu o teacă de 8F ca un cateter de ghidare. Confectionat din PTFE, coil din stainless steel, acoperit cu SRDX Harmony sau echivalent; marker format din platina si iridiu.	din trei polimeri diferiți cu caracteristici radioopace și acoperire hidrofilă. Segmentul distal are, de asemenea o bandă radioopacă încapsulată. Disponibil în forme dreaptă și MP. Cateterul are o bandă de identificare cu o descriere a produsului pe capătul proximal.fiind disponibil în trei configurații de ambalare. Poate fi utilizat ca teacă vasculară 6F independent sau utilizat în combinație cu o teacă de 8F ca un cateter de ghidare. Confectionat din PTFE, coil din stainless steel, acoperit cu SRDX Harmony sau echivalent; marker format din platina si iridiu.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**