

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1729693103546 din 23.10.2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă (repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr. 7 Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare						
Lot nr. 7 Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare Model RBI 200 AMDM DM000564967	R. Moldova	"Caravan Express" SRL	Descriere: Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăperea prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor. Parametru Specificație: Volum efectiv de prelucrare 250 m3/oră, ±50 m3/oră. Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme. Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului. Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar. Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore. Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții. Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil. Nivelul maximal de zgomot ≤ 56 dB. Număr ventilatoare pentru recirculare aer min 1. Consum de energie ≤ 1200 W/oră. Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz.	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare - Model RBI 200 Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăperea prin distrugerea: virușilor, bacteriilor - da ; Parametru Specificație: Volum efectiv de prelucrare 250 m3/h - da ; Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme - da ; Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului - da ; Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) + plasmă - da ; Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV - 10 800 ore ; Permite aflarea în încăperea a persoanelor. Fără restricții - da ; În timpul funcționării dispozitivului nu se emite ozon sau alte produse secundare - da ; Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil - da ; Nivelul maximal de zgomot - 42 dB ;	

				Metoda de montare/fixare pe perete vertical sau tavan. Se vor prezenta dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare (altele decât cele ale producătorului). Prezentarea eşantioane (mostre) în termen de 10 zile de la deschiderea ofertelor în sistemul electronic în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată.	Număr ventilatoare pentru recirculare aer - 2buc; Consum de energie nu mai mult de 90 W/oră; Tensiunea de alimentare - 220VAC, 50Hz; Metoda de montare/fixare pe perete vertical, orizontal sau tavan - da; Prezentarea testărilor eficacității dispozitivului medical - da; Prezentarea eşantioane (mostre) în termen de 10 zile de la deschiderea ofertelor în sistemul electronic - da; A se vedea date tehnice	
Lot nr. 8 Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate medie						
<u>Lot nr. 8 Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate medie</u>	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate medie <u>Model RBI 100V</u> AMDM DM000564964	R. Moldova	"Caravan Express" SRL	Descriere: Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăpere prin distrugerea: virusilor, bacteriilor, fungilor. Parametru Specificație: Volum efectiv de prelucrare 100 m3/oră, ±20 m3/oră. Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme. Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului. Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar. Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore. Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții. Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil. Nivelul maximal de zgomot ≤ 56 dB. Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1. Consum de energie ≤ 1200 W/oră. Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz. Metoda de montare / fixare pe perete vertical sau tavan. Se vor prezenta dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare (altele decât cele ale	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate medie: <u>Model RBI 100V</u> Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăpere prin distrugerea: virusilor, bacteriilor, fungilor Parametru Specificație Volum efectiv de prelucrare - 120m3/h; Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme - da; Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului - da; Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) + plasmă - da; Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV - 10800h; Permite aflarea în încăpere a persoanelor. Fără restricții - da; În timpul funcționării dispozitivului nu se emite ozon sau alte produse secundare - da; Carcasa dispozitivului - Oțel inoxidabil- da; Nivelul maximal de zgomot - 40 dB; Număr ventilatoare pentru recirculare aer – 1; Consum de energie - 50W/h Tensiunea de alimentare 220VAC, 50Hz; Metoda de montare fixare pe perete vertical/ orizontal sau pe tavan - da;	

				producătorului) Prezentarea eşantioane (mostre) în termen de 10 zile de la deschiderea ofertelor în sistemul electronic în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată.	Prezentarea testărilor eficacității dispozitivului medical - da ; Prezentarea eşantioane (mostre) în termen de 10 zile de la deschiderea ofertelor în sistemul electronic - da ; A se vedea date tehnice	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Aelo Grup” SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Movila 23/5, ap (of)3