

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1746687450793 / 21415759 din 26.05.2025

Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 REPETAT 4

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 174						
Plasă (implant) pentru hernioplastie Siliconata (bifațetată) (1319)	PM 0303	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o	Plasă dual mesh (dublu strat / neaderentă /IPOM). - plasă chirurgicală compozită pentru hernie sau eventrație - stratul 1: » polipropilenă (PP) - aderent » macroporos (porozitate: 2, 76mm sau 91%) » diametrul monofilamentului: 0, 12mm » stimulează un răspuns fibroblastic rapid - stratul 2: » film transparent - neaderent » grosime: 0,05mm » conceput pt. contactul cu viscerele - grosimea totală a plasei: 0, 6mm - gramaj mediu (ambele straturi): 93 g/m² - ideală pentru laparoscopic - transparentă (facilitează poziționarea corectă a plasei) - în cazul operației laparoscopice, este indicat ca firele de ancorare să fie atașate doar de stratul macroporos, fără a perfora stratul neaderent - sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu securizat) - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării - valabilitatea plasei - pe viață -dimensiuni- 20x20cm. Ambalat individual	Plasa CHIRALEN Minimizează reacțiile la corpuri străine Siguranță combinată cu confort sporit pentru pacient Formare optimizată a țesutului cicatricial Plasa chirurgicală sterilă Chiralen este fabricată din filamente de polipropilenă neabsorbabile, nevopsite. Filamentele au o suprafață netedă și hidrofobă, fiind absolut inerte din punct de vedere biologic. Elasticitatea ridicată în ambele direcții garantează o bună elasticitate și flexibilitate. Această construcție permite tăierea plasei în orice formă sau dimensiune dorită, fără a se desface. Plasa poate fi fixată în locul plăgii. În acest scop, trebuie utilizat material de sutură neabsorbabil la o distanță de cel puțin 6,5 mm de marginea plasei. Plasa Chiralen este indicată în tratamentul chirurgical al defectelor fasciale, în special al herniilor, care necesită o punte pe termen lung sau întârzierea structurilor deteriorate. Termen de validare - 3 ani în momentul livrării - validarea plasei - pe viață - dimensiuni - 30x30cm. Ambalat individual	DM000810487
Total lot 174						
Lotul 235						
Sondă Blakemore Nr. 18 (1587)	Nr. 18	RUSIA	ООО «Объединение Альфапластик»	Sondă Blakemore Nr. 18, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray	Conceput pentru a preveni aruncarea conținutului gastric în esofag și cavitatea bucală, pentru a aspira conținutul stomacului, precum și pentru a opri sângerarea stomacului și a esofagului. Numărul probei - 18 Lungime, mm - (18) 880 + -10 nu are certificat CE	Declaratie de conformitate
Total lot 235						
Lotul 240						
Sondă Blakemore Nr. 23 (1592)	Nr. 23	RUSIA	ООО «Объединение Альфапластик»	Sondă Blakemore Nr. 23, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray	Conceput pentru a preveni aruncarea conținutului gastric în esofag și cavitatea bucală, pentru a aspira conținutul stomacului, precum și pentru a opri sângerarea stomacului și a esofagului. Numărul probei - 23 Lungime, mm -(23) 880 + -10 nu are certificat CE	Declaratie de conformitate
Total lot 240						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23