

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1675859695226 din 08.02.2023
Obiectul achiziției serviciilor de reparaie externă a dispozitivelor medicale de complexitate înaltă (mentenanță corectivă externă) pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lot 9. Lucrari de testare si schimbare ventilelor la butelii de oxigen (Volum 2 L -3 L).	Robinet Oxigen 17 E (cod SMV777581)	Cehia	Gas Control Equipment Ltd	Lucrari necesare: 1. Înlocuirea ventilului: Intrare butelie E17; Ieșire din ventil 3/4; Presiune maxima de lucru 200 bar; Tip material alamă/inox. 2. Testare, certificare tehnică butelii de oxigen 3. Vopsirea buteliilor in culoarea albastră 4. Incarcare cu oxigen: Presiune 150 bar; Oxigen medical cu puritate min 99,9%. Termen de executare lucrari: 10 zile de la momentul solicitarii. Transportare buteliilor se va efectua de către agentul economic câștigător. Să se prezinte acte confirmative și aviz sanitar care permit efectuarea lucrarilor solicitate. Garanție la lucrari 3 luni.	Lucrari propuse : Robinet standart euro 1. Înlocuirea ventilului: Intrare butelie E17; Ieșire din ventil 3/4; Presiune maxima de lucru 200 bar; Tip material alamă/inox. 2. Testare, certificare tehnică butelii de oxigen 3. Vopsirea buteliilor in culoarea albastră 4. Incarcare cu oxigen: Presiune 150 bar; Oxigen medical cu puritate min 99,5%. Termen de executare lucrari: 10 zile de la momentul solicitarii. Transportare buteliilor se va efectua de către agentul	

				Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	economic câștigător. Să se prezinte acte confirmative și aviz sanitar care permit efectuarea lucrărilor solicitate. Garanție la lucrări 3 luni. Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	
Lot 10. Lucrari de testare si schimbare ventilelor la butelii de oxigen (Volum 5 L).	Robinet Oxigen 25 E	Cehia	Gas Control Equipment Ltd	Lucrari necesare: 1. Înlocuirea ventilului: Intrare butelie E25; Ieșire din ventil 3/4; Presiune maxima de lucru 200 bar; Tip material alamă/inox. 2. Testare, certificare tehnică butelii de oxigen 3. Vopsirea buteliilor in culoarea albastră 4. Incarcare cu oxigen: Presiune 150 bar; Oxygen medical cu puritate min 99,9%. Termen de executare lucrari: 10 zile de la momentul solicitarii. Transportare buteliilor se va efectua de către agentul economic câștigător. Să se prezinte acte confirmative și aviz sanitar care permit efectuarea lucrărilor solicitate. Garanție la lucrări 3 luni. Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	Lucrari propuse : Robinet standart euro 1. Înlocuirea ventilului: Intrare butelie E17; Ieșire din ventil 3/4; Presiune maxima de lucru 200 bar; Tip material alamă/inox. 2. Testare, certificare tehnică butelii de oxigen 3. Vopsirea buteliilor in culoarea albastră 4. Incarcare cu oxigen: Presiune 150 bar; Oxygen medical cu puritate min 99,5%. Termen de executare lucrari: 10 zile de la momentul solicitarii. Transportare buteliilor se va efectua de către agentul economic câștigător. Să se prezinte acte confirmative și aviz sanitar care permit efectuarea lucrărilor solicitate. Garanție la lucrări 3 luni. Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică	

Semnata: Autorizat Numele, Prenumele: Galbur Igor În calitate de: manager în comerț

Ofertantul: ICS ACSEAL GAZ SRL Adresa (sediul): mun.Chisinau str. Pădurii 13

E-mail: vanzari@acseal.md Telefon (fix și mobil): 069844223

28.02.2023