

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1756192395154 / 21470416 din 09.09.2025 _conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție:	Piese de schimb p/u X-ray mobil – 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Sensori de mișcare înainte/înapoi				1.Sensori de mișcare înainte/înapoi: FSR ASSY for MUX P/N: 563-49032-01 sau Force Sensing Resistor cu arie activă de 14,7mm – p/u X-ray mobil «Mobile Art Evolution, Shimadzu»		
2. Acumulatori interni 12V 9Ah				2.Acumulatori interni 12V 9Ah: tip Lead-Acid battery with valve regulator; Exemplu de referință: PX12090; Dimensiuni aprox.: 151x94x65mm; Conectori (+ & -): de tip F2; Anul de producere acumulatori - 2025 (se va prezenta o declarație sau scrisoare de confirmare de la producător); Garanție: minim 6 luni – p/u X-ray mobil «Mobile Art Evolution, Shimadzu»		
3. Cronă p/u placa PCB internă				3.Cronă p/u placa PCB internă: tensiune 9V, tip Alkaline, Non-rechargeable; Exemplu de referință: 1604A battery; Dimensiuni aprox.: 48x25x16mm – p/u X-ray mobil «Mobile Art Evolution, Shimadzu»		
4. Cauciuc la roata cu acțiune motorizată	-	-	-	4.Cauciuc la roata cu acțiune motorizată: Material: cauciuc ranforsat sau silicon dur; Diametru: compatibil cu roțile acționate electric din aluminiu ale X-ray mobil «Mobile Art Evolution, Shimadzu»; *Montarea se execută de către operatorul economic desemnat câștigător.	4.Cauciuc la roata cu acțiune motorizată: Material: cauciuc ranforsat; Diametru: compatibil cu roțile acționate electric din aluminiu ale X-ray mobil «Mobile Art Evolution, Shimadzu».	-
5. Tijă metalică a brațului de suspensie				5.Tijă metalică a brațului de suspensie: Tijă metalică în formă hexagonală filetată la capete p/u suspensia brațului radiologic – p/u X-ray mobil «XFM, Italray»		
Total						

Semnat:

Numele, Prenumele: Ignatov Stanislav

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ORHIDCOLOR SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 53, ap.136