



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22  
la Documentatia standard nr. 115  
din 15 Septembrie 2021

## Specificații tehnice

Numarul licitatiei: 21595850 din 11.04.2026
Denumirea licitatiei: Achiziționare servicii de întreținere (mentenanța) a sistemelor (statie de producere a oxigenului medical) la IMSP SR Hîncești

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Cantitate	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificația tehnică propusă, Standarde de referință
<b>Lot 1. Achiziționare servicii de întreținere (mentenanța) a sistemelor (statie de producere a oxigenului medical)</b>					



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

1.1	50800000-3	servicii de întreținere (mentenanța) Generator de oxigen Model POC 8300-MED. Producător - Inmatec (Germania)	1	<p>Schimbare elemente filtrante: -IPE123SMA de 0,01 micro -IPE123CA decarbon activ -IPE78FF3 de 3 micro -P-SRFO 04/20 filtru steril Verificare: Tensiune de alimentare (V) Putere consumată (W) Rezistență de izolație (MΩ) Rezistența conductorului de protecție (Ω) Curent de scurgere la pământ (μA) Curent de scurgere prin carcasă (μA) Curent de scurgere la pacient (μA) **Recomandat ≤ 10 μA (Tip CF) **Recomandat ≤ 100 μA (Tip B, BF) Testatarea funcționării purjelor de condens Testatarea valvelor de siguranță și de sens Verificarea funcționării valvelor solenoid Testatarea dispozitivelor de măsurare și afișare Verificarea funcționării presostatelor Verificarea funcționării panoului tactil Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii (Numai modul automat PSA), pornire și oprire); dacă este necesar și ajustare Curățare și remediere defecțiuni Panou tactil: număr de serie / versiune software Număr ore de funcționare.</p>	<p>Schimbare elemente filtrante:        -IPE123SMA de 0,01 micro        -IPE123CA de carbon activ        -IPE78FF3 de 3 micro        -P-SRFO 04/20 filtru steril        Verificare:        Tensiune de alimentare (V)        Putere consumată (W)        Rezistență de izolație (MΩ)        Rezistența conductorului de protecție (Ω)        Curent de scurgere la pământ (μA)        Curent de scurgere prin carcasă (μA)        Curent de scurgere la pacient (μA)        **Recomandat ≤ 10 μA (Tip CF)        **Recomandat ≤ 100 μA (Tip B, BF)        Testatarea funcționării purjelor de condens        Testatarea valvelor de siguranță și de sens        Verificarea funcționării valvelor solenoid        Testatarea dispozitivelor de măsurare și afișare        Verificarea funcționării presostatelor        Verificarea funcționării panoului tactil        Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii        (Numai modul automat PSA), pornire și oprire);</p>
-----	------------	--	---	--	---

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

					<p>dacă este necesar și ajustare          Curățare și remediere defecțiuni          Panou tactil: număr de serie / versiune software          Număr ore de funcționare</p>
1.2		<p>servicii de          întreținere          (mentenanța)          Compresor de aer          Model ASD60/12          bar. Producător -          Kaeser (Germania)</p>	1	<p>KIT B (a doua la solicitare):          -Plase filtrante 2          -Filtru de Ulei 1          -Filtru de aer 1          -Filtru separator 1          -Service Unit Eco-Drain 31F          -Ulei Sigma fluid MOL          (Canistra de 10L)          -Ulei Sigma fluid MOL          (Canistra de 5L)          Alte Lucrari:          -Gresarea rulmentilor          -Verificarea cuplajului          elastic          -Verificarea scurgerilor de          ulei          -verificarea termostatului          electronic ETC          -curatarea compresorului si          radiatorului</p>	<p>KIT B (a doua la solicitare):          -Plase filtrante 2          -Filtru de Ulei 1          -Filtru de aer 1          -Filtru separator 1          -Service Unit Eco-Drain 31F          -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L)          -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L)          Alte Lucrari:          -Gresarea rulmentilor          -Verificarea cuplajului elastic          -Verificarea scurgerilor de ulei          -verificarea termostatului electronic ETC          -curatarea compresorului si radiatorului          -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor          Admisie,          Presiune si Sens.          -Resetarea orelor de mentenanta          -Verificarea si resetarea SIGMA Control</p>

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				<p>- Demontarea/curatarea/Unger ea supapelor Admisie, Presiune si Sens.          -Resetarea orelor de mentenanta          -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).</p>	<p>-Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).</p>
1.3		<p>servicii de întreținere (mentenanța) Uscator de Aer Model ACT 55. Producător - Friulair (Italia)</p>	1	<p>1)Masina curatata: • Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. • Măsurați și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este</p>	<p>1)Masina curatata:          • Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale.          • Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific.          • Măsurați și înregistrați amperajul. Verificați dacă</p>

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				necesar. • La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. 2)Condensatorul Desfacere/Curatare	citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. • La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. 2)Condensatorul Desfacere/Curatare
1.4		servicii de întreținere (mentenanța) Sistemul de filtrare aer (NEA 226SMAx2 +NEA 242 SMA + NEA340RD). Turn carbune EVO37 + Indicator Ulei rezidual A-4000-120. Purja automata Ethadrian TRIM1. Producător - Ethafiltru (Italia)	1	Cartus cod. EAL2630SMA= 2 buc. Cartus cod. EAL2642SMA= 1 buc. Cartus cod. EAL2642RD1=1 buc. Schimbare carbune activ(cod. 74C)+ Indicatorul de ulei (2 ani sau 9000ore).cod.A-4000-121 Mentenanta/verificare/curata re purja automata (kit service purja). Producător - Ethafiltru (Italia)	Cartus cod. EAL2630SMA= 2 buc. Cartus cod. EAL2642SMA= 1 buc. Cartus cod. EAL2642RD1=1 buc. Schimbare carbune activ(cod. 74C)+ Indicatorul de ulei (2 ani sau 9000ore).cod.A-4000-121 Mentenanta/verificare/curatare purja automata (kit service purja)

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

1.5		servicii de întreținere (mentenanța) Rezervor de Aer 2000L (Model 212 Vertical) Purja automata Ethadrian TRIM1. Producător - Sicctech (Italia)	1	Verificare Scurgeri Verificare/curatare purja automata	Verificare Scurgeri Verificare/curatare purja automata
1.6		servicii de întreținere (mentenanța) Rezervor de Oxigen 1000L (Model 212 HP Vertical). Producător - Sicctech (Italia)	1	Verificare Scurgeri Schimbarea fittingurilor defecte	Verificare Scurgeri Schimbarea fittingurilor defecte
1.7		Modificare Grila admisie aer compressor Producător – Eyecon Medical	1	Conectare/Calibrare cu compresorul ASD 60	Conectare/Calibrare cu compresorul ASD 60

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

1.8		servicii de întreținere (mentenanța) Panou electric Producător – Eyecon Medica	1	Verificare Panou electric Schimbarea firelor incalzite Schimbare sigurante	Verificare Panou electric Schimbarea firelor incalzite Schimbare sigurante
-----	--	---	---	--	--

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ICS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piața Dimitrie Cantemir 1, mun. Chișinău



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23  
la Documentatia standard nr. 115  
din 15 septembrie 2021

### Specificații de preț

Numarul licitatiei: 21595850 din 11.04.2026
Denumirea licitatiei: Achiziționare servicii de întreținere (mentenanța) a sistemelor (statie de producere a oxigenului medical) la IMSP SR Hîncești

Cod CPV	Nr. d/0	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)
50800000-3	1	Achiziționare servicii de întreținere (mentenanța) a sistemelor (statie de producere a oxigenului medical)	Buc.	1	189.456,00	227.347,20	189.456,00	227.347,20
	<b>TOTAL</b>							<b>189.456,00</b>

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piața Dimitrie Cantemir 1, mun. Chișinău

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.