

Anexa No. 24 - Specificație tehnică oferată lot No.24

Descriere: stație de lucru de laborator cu curățare UV ADN/ARN, concepută pentru a crea un mediu curat și fără contaminare pentru configurarea PCR și alte fluxuri de lucru legate de acidul nucleic.	Model: UVT-S-AR Producător: Biosan SIA, Latvia
Tipul cabinetului – benchtop (de masă)	Da, corespunde
Materialul pereților:	
Spate: oțel inoxidabil.	Da, corespunde. Brochure_ UVT-S-AR. pag. 2/3
Laterale și față: sticlă	Da, corespunde. Brochure_ UVT-S-AR. pag. 2/4
Materialul suprafeței de lucru: Oțel inoxidabil	Da, corespunde. Brochure_ UVT-S-AR. pag. 2/5
Lampă UV deschisă: Da	Da, corespunde, lampă UV deschisă 2x30W Brochure_ UVT-S-AR. pag. 2/3
Nivelul radiațiilor UV: ~ 18 mW / cm ² / sec	Da, corespunde. Brochure_ UVT-S-AR. pag. 2/3
Setare digitală a orei pentru expunerea directă la UV: 1 minut–24 ore / non-stop (increment 1 minut).	Da, corespunde. Brochure_ UVT-S-AR. pag. 2/3
Recirculator UV: Da	Da, corespunde. Recirculator UV 1x30W. Brochure_ UVT-S-AR. pag. 2/3
Lampă de zi (pentru iluminarea zonei de lucru): Da	Da, corespunde. Lampă de zi 1xLED-12W. Brochure_ UVT-S-AR. pag. 2/3
Protecție UV: >96%, folie de protecție UV	Da, corespunde. Brochure_ UVT-S-AR. pag. 2/3
Zona de lucru: 1200 ±50 mm × 550÷50 mm	Da, corespunde. 1210x500 mm. Brochure_ UVT-S-AR. pag. 2/3

Caracteristici de siguranță: Opreire automată a lămpii UV atunci când ecranul este deschis	Da, corespunde. Brochure_ UVT-S-AR. pag. 2/3
Dimensiuni totale (WxDxH): 1230-1270 mm × 580-650 mm × 570-700 mm	Da, corespunde Brochure_ UVT-S-AR. pag. 2/3: T-4L (1290×600×770 mm) LF-1(300×450×705 mm)

Cerințe generale:	
Anul producerii minim 2025	Da, anul producerii va fi nu mai mic de 2025
Garanție minim 24 luni	Da, garanția va constitui nu mai puțin de 24 luni
Ghid rapid de utilizare laminat	Da, va fi asigurat
Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție	Da, servicii de mentenanță pe perioada de garanție vor fi asigurate
Manuale de utilizare limba romana	Da, la livrare
Manual de service limba engleza, romana	Da, la livrare
Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică.	Da, training pentru utilizatori va fi asigurat
Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defectiunilor minore,	Da, training pentru personalul tehnic va fi asigurat
parole de acces după caz.	Da, după caz va fi asigurat

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova