

Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis		Model: DF55
Cod	150530	Nr. Înregistrare: DM000661765 Producător: SHENZHEN DYMINDE BIOTECHNOLOGY CO. LTD, China
Descriere	Analizator hematologic automat (5 diff) cu sistem de reactivi de tip deschis destinat analizei componentei sanguine	Analizator hematologic automat (5 diff) cu sistem de reactivi de tip deschis destinat analizei componentei sanguine
Parametru	Specificația Solicitată	Specificația Ofertată
	optică (5 diff)	Da, corespunde
Procedura de curățire	automată	Da, corespunde, User manual cap.12.2.5. pag. 207
Parametri determinați și calculați:	WBC	Da, corespunde, Brochure pag.1/2
	RBC	Da, corespunde, Brochure pag.1/2
	HGB	Da, corespunde, Brochure pag.1/2
	Hct	Da, corespunde, Brochure pag.1/2
	MCV	Da, corespunde, Brochure pag.1/2
	MCH	Da, corespunde, Brochure pag.1/2
	MCHC	Da, corespunde, Brochure pag.1/2
	PLT	Da, corespunde, Brochure pag.1/2
	LYM #	Da, corespunde, Brochure pag.1/2
	LYM%	Da, corespunde, Brochure pag.1/2
	MON#	Da, corespunde, Brochure pag.1/2
	MON%	Da, corespunde, Brochure pag.1/2
	BAS#	Da, corespunde, Brochure pag.1/2
	BAS%	Da, corespunde, Brochure pag.1/2
	EOS#	Da, corespunde, Brochure pag.1/2
	EOS%	Da, corespunde, Brochure pag.1/2
	NEU#	Da, corespunde, Brochure pag.1/2
	NEU%	Da, corespunde, Brochure pag.1/2
	RDW (RDW CV + RDW SD)	Da, corespunde, Brochure pag.1/2
	PDW	Da, corespunde, Brochure pag.1/2
	MPV	Da, corespunde, Brochure pag.1/2
	PCT	Da, corespunde, Brochure pag.1/2
Capacitate (probe/oră)	≥ 60	Da, corespunde, Brochure pag.1/2
Volumul probei:	≤ 25 µL	Da, corespunde, volumul probei 20 µL Brochure pag.1/2
Diluarea	automată	Da, corespunde, user manual cap. 4.3. pag. 27
Afișaj	LED/LCD ecran, touchscreen	Da, corespunde, Display 10.4 inch. TFT touch screen, Brochure pag.1/2
Imprimantă	obligatoriu	Da, corespunde dispozitivul are imprimanta integrată și este compatibil și cu imprimante externe, Brochure pag. 1/2
Introducerea datelor	manual/automat	Da, corespunde
Interfața PC	obligatoriu	Da, corespunde
Calibrarea	automată	Da, corespunde, User manual cap.10.3.3 -10.3.4. pag. 182 - 186
Histograme:	WBC- repartizarea leucocitelor după volum	Da, corespunde, cap. 3.3. pag. 18-20
	RBC - repartizarea eritrocitelor după volum	
	PLT - repartizarea trombocitelor după volum	
Scatergrame	WBC - 5 diff	Da, corespunde, Brochure pag.1/2
Afișarea pe ecran a tuturor datelor-	histograme	Da, corespunde, în interfața de revizuire, puteți răsfoi informațiile despre probă, datele rezultatelor, mesajele de semnalizare, histogramele și diagramele de dispersie salvate și puteți căuta, compara sau exporta informațiile despre probă salvate. User manual, cap. 8.1, pag. 111
	rezultate	
	grafice	
	rezultate din arhivă	
	date de servis	
Introducere/Monitorizare a datelor pacientului	nume pacient	Da, corespunde administratorul poate seta elementele de informații despre pacient după necesitate. User manual cap. 7.6.6. pag. 103-107
	ID pacient	
	sex	
	vârsta	
Monitorizarea reactivelor	numărul lotului	Da, corespunde, administratorul poate monitoriza toate informațiile despre reactivi, User manual cap. 11.2., pag. 188
	data expirării	
	volumul rămas	
Afișarea rezultatelor pe imprimantă	Parametri determinați și calculați	Da, corespunde, User manual cap. 8.pag. 111-114
	histograme pe parametri de bază- RBC, WBC, PLT	
	date despre pacient	
Indicatori de avertizare	obligatoriu	Da, corespunde, sunt incluse steaguri de alarmă și indicatoare de avertizare
Program de control al calității	≥ 3 nivele	Da, corespunde, rularea programului QC. este cu controale de nivel scăzut, normal și ridicat (User manual, cap. 9.1, pag. 135)
	Construirea tabelelor și graficelor Levey-Janings	Da, corespunde, sunt disponibile metode QC L-J și X-B (User manual, cap. 9.2, pag 135 - 177)
Stocarea datelor, memorie internă	≥ 1000 pacienți	Da, corespunde, stocarea de date până la 100 000 pacienți
Limba de comunicare	rom/rus	Da, corespunde, disponibilă limba Rusă – declarația producătorului (Anexa No. 1 - ниссмо-Dymind.pdf)
Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului	obligatoriu	Da, corespunde, toate softurile necesare pentru funcționarea dispozitivului vor fi instalate
Interfața LIS	obligatoriu	Da, corespunde, User manual cap.2.6.5. pag. 12
Cititor de coduri de bare	obligatoriu	Da, corespunde, dispozitivul este dotat cu cititor de coduri de bare
Alimentarea	220 V, 50 Hz	Da, corespunde, alimentare 100V-240V~, 50/60Hz

Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeurii, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului	≥ 50 analize (pentru testare/insturire).	Da, corespunde, este inclus in oferta
Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului	≥ 50 analize (pentru testare/insturire).	Da, corespunde, este inclus in oferta
Note		
Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare		Da, corespunde, oferta de preț include reactivi, soluții QC și calibrare pentru cantitățile solicitate
Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.		Da, corespunde, cantitatea de soluții propuse va asigura procedurile de control al calității și calibrare, pe întreaga perioada contractata
Furnizorul va asigura:		
Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.		Da, corespunde
Înstruirea personalului.		Da, corespunde, se va asigura instruirea personalului
Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.		Da, corespunde, se va asigura mentenanță și piese de schimb gratuit pentru analizator și pentru dispozitivele auxiliare livrate (daca este cazul) pe toata perioada contractului.
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.		Da, corespunde, se va asigura seturi de mentenanță și piese de schimb gratuit pentru analizator și pentru dispozitivele auxiliare livrate (daca este cazul) pe toata perioada contractului.
Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.		Da, corespunde, v-om asigura toate consumabilele, în cazul în care acestea nu vor fi incluse în oferta inițială
Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.		Da, corespunde, în caz de defecțiune, timpul de reacție va fi în maxim 24 ore de la solicitarea telefonică
Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului		Da, corespunde, pe perioada contractului prețul pentru reactivi nu va fi modificat
Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.		Da, corespunde, valabilitatea reactivilor la momentul livrării vor constitui minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.
Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.		După deschidere, termenul de valabilitate al diluantului și soluțiilor este de 60 de zile (Anexa No. 2 - Instructions for Hematology Analyzer Reagents.pdf – pag.5/6 și 6/6)
Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:		
Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare		Da, corespunde
Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).		Da, corespunde, se va asigura efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar.
Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului		Toate piesele și kiturile de mentenanță vor fi în stare bună funcțională pe întreaga perioadă a contractului
Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.		Da, corespunde
Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.		Da, corespunde, se va asigura servicii de mentenanță pentru toată perioada contractului.
Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.		Da, corespunde

Semnăt: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova