

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21066126 din 27 noiembrie 2022
Obiectul achiziției: Consumabile medicale necesare pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 7: Glucometru, lancete și teste						
Lot 7.1: Lancete si Glucometru cu titlu gratuit	TD 4116	Taiwan	TaiDoc	Glucometru (2 buc): Cu titlu gratuit Componenta setului: 1.1. Descrierea glucometrului: a. Dispozitiv portativ pentru determinarea nivelului de glicemie; b. Toate accesoriile și consumabilele dispozitivului trebuie să fie compatibile; c. Ecran LCD; d. Proces automat de măsurare; e. Proba: sînge capilar, venos, Volumul probei ≤4μl; f. Diapazonul de măsurare: 1mmol/l - 30mmol/l; g. Indicatorul nivelului de baterie și alarma baterie descărcată; h. Timpul de măsurare ≤ 10 secunde; j.	Glucometru (2 buc): Cu titlu gratuit Componenta setului: 1.1. Descrierea glucometrului: a. Dispozitiv portativ pentru determinarea nivelului de glicemie- <i>manual pag.3</i> ; b. Toate accesoriile și consumabilele dispozitivului trebuie să fie compatibile- <i>clinical study report pag.1</i> ; c. Ecran LCD- <i>manual p.26</i> ; d. Proces automat de măsurare- <i>manual pag.15</i> ; e. Proba: sînge capilar, venos- <i>manual p.15</i> , Volumul probei =0,7μl- <i>catalog produs</i> ; f. Diapazonul de măsurare: 0,6mmol/l –	CE, ISO

				Autonomie bateriei ≥ 1000 teste; k. Calibrare automată; l. Greutate mică; m. Alimentat de la baterie (tip AAA, AA sau CR); 1.2. Dispozitiv de înțepare cu nivel reglabil de străpungere; 1.3. Geanta de transport pentru glucometru și accesorii (ace, dispozitiv de înțepare, teste) Lancete (100.000 buc) : Compatibile cu glucometrul oferit cu titlu gratuit	33.3mmol/l-catalog produs, <i>manual p.26</i> ; g. Indicatorul nivelului de baterie și alarma baterie descărcată- <i>manual p9., p.20</i> ; h. Timpul de măsurare =7 secunde- <i>catalog produs</i> ; j. Autonomie bateriei ≥ 1000 teste- <i>manual p.26</i> ; k. Calibrare automată; l. Greutate mică- <i>manual p.26</i> ; m. Alimentat de la baterie (tip AAA)- <i>manual p.26</i> ; 1.2. Dispozitiv de înțepare cu nivel reglabil de străpungere- <i>instrucțiuni de utilizare lansator de lancete</i> ; 1.3. Geanta de transport pentru glucometru și accesorii (ace, dispozitiv de înțepare, teste) Lancete (100.000 buc) : Compatibile cu glucometrul oferit cu titlu gratuit	
Lot 7.2: Teste pentru glucometru	TD 4302	Taiwan	TaiDoc	Compatibile cu glucometrul oferit cu titlu gratuit.	Compatibile cu glucometrul oferit cu titlu gratuit.	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Andronic Iola În calitate de: Director
Ofertantul: Polisoano Prim SRL Adresa: str. N.Testemițeanu 3/18