

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:							ocds-b3wdp1-MD-1619442037174 din 27 apr 2021, 17:00 - 6 mai 2021, 10:00		
Denumirea procedurii de achiziție:							Servicii de reparare și întreținere a echipamentelor medicale		
Nr. Lot	Denumire Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Analizator BC-5000 Auto Hematologic set reagent	50400000-9	Analizator BC-5000 Auto Hematologic set reagent	Deservirea utilajului medical (BC-5000)	-	-	1. Analizator BC-5000 Auto Hematologic set reagent buc 1 Servicii solicitate: Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor: - 4 revizii pe an obligatoriu; - intervenție la cerere, la necesitate Piese depistate a fi defecte se achiziționează separat Lucrări efectuate în timpul reviziei: 1. Diagnostic. 2. Curățarea sub-camerelor, camerele de măsurare, stația de spălare și ace, înlocuirea filtrelor. 3. Verificarea aportului probei. 4. Monitorizarea funcționării unității de pompare a seringii. 5. Curățarea stației de spălat. 6. Verificarea funcțiilor de pompare, evacuare și curățare. 7. Verificarea circuitului electric. 8. Verificarea ecranului senzorilor. 9. Calibrarea în caz de defecțiune 10. Înlocuirea unităților (pieselor) care nu funcționează și repararea, dacă este necesar	1. Analizator BC-5000 Auto Hematologic set reagent buc 1 Servicii solicitate: Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor: - 4 revizii pe an obligatoriu; - intervenție la cerere, la necesitate Piese depistate a fi defecte se achiziționează separat Lucrări efectuate în timpul reviziei: 1. Diagnostic. 2. Curățarea sub-camerelor, camerele de măsurare, stația de spălare și ace, înlocuirea filtrelor. 3. Verificarea aportului probei. 4. Monitorizarea funcționării unității de pompare a seringii. 5. Curățarea stației de spălat. 6. Verificarea funcțiilor de pompare, evacuare și curățare. 7. Verificarea circuitului electric. 8. Verificarea ecranului senzorilor. 9. Calibrarea în caz de defecțiune 10. Înlocuirea unităților (pieselor) care nu funcționează și repararea, dacă este necesar	-
2	Analizator automat pentru investigații biochimice A-25	50400000-9	Analizator automat pentru investigații biochimice A-25	Deservirea utilajului medical (A-25)	-	-	Servicii solicitate: Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor: - 4 revizii pe an obligatoriu; - intervenție la cerere, la necesitate Piese depistate a fi defecte se achiziționează separat Lucrări efectuate în timpul reviziei: 1. Diagnostic. 2. Curățarea sub-camerelor, camerele de măsurare, stația de spălare și ace, înlocuirea filtrelor. 3. Verificarea aportului probei. 4. Monitorizarea funcționării unității de pompare a seringii. 5. Curățarea stației de spălat. 6. Verificarea funcțiilor de pompare, evacuare și curățare. 7. Verificarea circuitului electric. 8. Verificarea ecranului senzorilor. 9. Calibrarea în caz de defecțiune 10. Înlocuirea unităților (pieselor) care nu funcționează și repararea, dacă este necesar	Servicii solicitate: Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor: - 4 revizii pe an obligatoriu; - intervenție la cerere, la necesitate Piese depistate a fi defecte se achiziționează separat Lucrări efectuate în timpul reviziei: 1. Diagnostic. 2. Curățarea sub-camerelor, camerele de măsurare, stația de spălare și ace, înlocuirea filtrelor. 3. Verificarea aportului probei. 4. Monitorizarea funcționării unității de pompare a seringii. 5. Curățarea stației de spălat. 6. Verificarea funcțiilor de pompare, evacuare și curățare. 7. Verificarea circuitului electric. 8. Verificarea ecranului senzorilor. 9. Calibrarea în caz de defecțiune 10. Înlocuirea unităților (pieselor) care nu funcționează și repararea, dacă este necesar	-

Semnat: _____ Numele, prenumele: Poiata Vitalie

Ofertantul: Biosistem-mld SRL

În calitate de: Director

Adresa: mun.Chisinau, Albisoara 16/1 of.7