

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1679057745199 din 11.05.2023							nr. 21076147				
Denumirea procedurii de achiziție: „Medii de cultură pentru anul 2023,,											
No d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cantitate a	Unitatea de masura	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Reactivi p/u hematologie											
	33600000-6	Lot 104. Test rapid imunocromatografic C. difficile GDH+Toxină A+B, card combo pentru detectarea calitativă a glutamat dehidrogenazei (GDH), a toxinei A și a toxinei B la C. difficile in mase fecale. Bucată=kit/ 20 teste	buc	16	2 128,00	2298,240	34 048,00	36 771,84	Timp de 45 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie de stat, cu transportul, descărcarea și depozitarea Vânzătorului.	MD91TRPCAA518410A01513AA	
Total:						34 048,00	36 771,84				

Suma totală: 36 771, 84 (Treizeci si sase mii sapte sute saptezeci si unu lei 84 bani) Lei, inclusiv TVA 2 723, 84 lei.

Semnat: _____ Nume: Irina Varman În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Docucaevea, 6

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Agenția Națională pentru Sănătate Publică						
Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1679057745199 din 11.05.2023					nr. 21076147	Alternativa nr.
Denumirea procedurii de achiziție: ,Medii de cultură pentru anul 2023,,						Pagina 1 din 1
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	4	5	6	7	8
Lot 104. Test rapid imunocromatografic C. difficile GDH+Toxină A+B, card combo pentru detectarea calitativă a glutamat dehidrogenazei (GDH), a toxinei A și a toxinei B la C. difficile în mase fecale.	Clostridium difficile GDH+Toxin A+ Toxin B nr.catalog-ICD-635	China	ALLTEST	Bucată=kit/ 20 teste Limita de detecție de la: 0.10 ng/mL C. difficile GDH, 0.25 ng/mL C. difficile Toxina A, 0.19 ng/mL C. difficile Toxina B Control pozitiv GDH, Tox A/B - prezent în kit. Sensibilitate >97% și specificitate >95%, rezultat în maxim 15 min.	Clostridium difficile GDH+Toxin A+ Toxin B - Test Rapid Limita de detecție de la: 0.10 ng/mL C. difficile GDH, 0.25 ng/mL C. difficile Toxina A, 0.19 ng/mL C. difficile Toxina B Control pozitiv GDH, Tox A/B - prezent în kit. Sensibilitate >97% și specificitate >95%, rezultat în maxim 15 min. Bucată=kit/ 20 teste Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377324	ISO, CE.

Semnat: _____ Nume: Irina Varman În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Docucaevea, 6