

Numărul procedurii de achiziție:

21019761 din 17 februarie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Seturi pentru operații cardiocirurgicale și Articole de uz medical pentru Anestezie și Terapie intensiva cardiocirurgie pentru an.2020								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	25	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă	100/150/055	552	Marea Britanie	Nomenclatura solicitata 5,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator	Nomenclatura solicitata 5,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator Codul Produsului: 100/150/055 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			100/150/060	Smiths	Marea Britanie	Nomenclatura solicitata 6 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator	Nomenclatura solicitata 6 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator Codul Produsului: 100/150/060 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			100/150/065	Smiths	Marea Britanie	Nomenclatura solicitata 6,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator	Nomenclatura solicitata 6,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator Codul Produsului: 100/150/065 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			100/150/070	Smiths	Marea Britanie	Nomenclatura solicitata 7,0 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator	Nomenclatura solicitata 7,0 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator Codul Produsului: 100/150/070 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			100/150/075	Smiths	Marea Britanie	Nomenclatura solicitata 7,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator	Nomenclatura solicitata 7,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator Codul Produsului: 100/150/075 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			100/150/080	Smiths	Marea Britanie	Nomenclatura solicitata 8,0 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator	Nomenclatura solicitata 8,0 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator Codul Produsului: 100/150/080 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Prođu-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
			100/150/085	Smiths	Marea Britanie	Nomenclatura solicitata 8,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator	Nomenclatura solicitata 8,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator Codul Produsului: 100/150/085 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			100/150/090	Smiths	Marea Britanie	Nomenclatura solicitata 9,0 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator	Nomenclatura solicitata 9,0 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator Codul Produsului: 100/150/090 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director
Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 87/7