

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1730896670875 din 6 nov 2024
Obiectul achiziției: Consumabile pentru neuroradiologie pentru perioada 01.12.2024-31.12.2025, COP

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1. Ghid 014 dublu angulat	Hybrid HYBRID007D HYBRID007J HYBRID008D HYBRID008J HYBRID007D.120 HYBRID1214D HYBRID1214DA HYBRID014D HYBRID10D300 HYBRID12D300	Franța	BALT EXTRUSION SAS	Ghid hidrofilic construit din miez de nitinol cu împletitură radioopacă în partea distală și oțel inoxidabil acoperit cu politetrafluoretilenă (PTFE) în partea proximală. Acoperire hidrofilică cu PTFE. Oferă acces în zonele tortuoase datorită angulației duble. Forme distale: Straight (D), Double Angle (J) și Double Angle (DA). Diametru distal OD: .007”(0.18mm), .008”(0.20mm), .010”(0.25mm), .012”(0.30mm), .014”(0.35mm). Lungime: 120, 200, 220, 310cm. Este livrat în set: 1 ghid, 1 torquer și ac introductor.	Ghid hidrofilic construit din miez de nitinol cu împletitură radioopacă în partea distală și oțel inoxidabil acoperit cu politetrafluoretilenă (PTFE) în partea proximală. Acoperire hidrofilică cu PTFE. Oferă acces în zonele tortuoase datorită angulației duble. Forme distale: Straight (D), Double Angle (J) și Double Angle (DA). Diametru distal OD: .007”(0.18mm), .008”(0.20mm), .010”(0.25mm), .012”(0.30mm), .014”(0.35mm). Lungime: 120, 200, 220, 310cm. Este livrat în set: 1 ghid, 1 torquer și ac introductor.	DM000636131 DM000636135 DM000636133 DM000636136 DM000636139 DM000636138 DM000636134 DM000636132 DM000636130 DM000636137

Lot 3. Cateter acces distal pentru aspiratie	Ballast 088 Long Sheath BALLAST80 BALLAST90 BALLAST100 BALLAST105	Franța	BALT USA, LLC	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Teaca lungă 088 este indicată pentru introducerea dispozitivelor intervenționale în sistemul vascular periferic, coronarian și neuro. Cateter cu un singur lumen, ranforsat cu impletituri și rigiditate variabilă. Include în componența sa dilatatorul, introducător peel-away, valvă hemostatică 9F și 8F, adaptor. Teaca este compusă din următoarele componente principale: - 9 trepte de suplete pe lungime - 9 cm de spirală distală înfășurată - Bandă marker distal: 1mm Platinum / Iridium - tub interior din PTFE Compatibil cu ghid de 0.038” sau combinat cu un cateter diagnostic de 6Fr. Poate fi folosit direct în vas sau printr-un introducător de 8Fr. Disponibil în 4 lungimi: 80, 90, 100 și 105 cm Proximal OD: 0.106” Distal OD: 0.100” (peste o lungime de 9 cm) Proximal ID: 0.088” Distal ID: 0.088” Acoperire hidrofilică: 20cm Lungime hub: 6cm.	Teaca lungă 088 este indicată pentru introducerea dispozitivelor intervenționale în sistemul vascular periferic, coronarian și neuro. Cateter cu un singur lumen, ranforsat cu impletituri și rigiditate variabilă. Include în componența sa dilatatorul, introducător peel-away, valvă hemostatică 9F și 8F, adaptor. Teaca este compusă din următoarele componente principale: - 9 trepte de suplete pe lungime - 9 cm de spirală distală înfășurată - Bandă marker distal: 1mm Platinum / Iridium - tub interior din PTFE Compatibil cu ghid de 0.038” sau combinat cu un cateter diagnostic de 6Fr. Poate fi folosit direct în vas sau printr-un introducător de 8Fr. Disponibil în 4 lungimi: 80, 90, 100 și 105 cm Proximal OD: 0.106” Distal OD: 0.100” (peste o lungime de 9 cm) Proximal ID: 0.088” Distal ID: 0.088” Acoperire hidrofilică: 20cm Lungime hub: 6cm.	DM000753739 DM000753741 DM000753742 DM000753740
Lot 5. Cateter ghid prevazut cu balon de ocluzie	Copernic COPERNIC10 COPERNIC15 COPERNIC20 COPERNIC30 COPERNIC8X80RC COPERNIC10X80RC SCOPERNIC10	Franța	BALT EXTRUSION SAS	Cateterile de ocluzie sunt echipate cu un balon la capătul distal. Datorită flexibilității graduale, cateterul urmează cele mai complexe curbe prin ghidul de .012” și .014”. Acoperire hidrofilă a cateterului și balonului indeflat. Sunt indicate pentru a opri temporar sau a controla fluxul sanguin, tratamentul vasospasmelor și embolizarea anevrismelor cu baloane în	Cateterile de ocluzie sunt echipate cu un balon la capătul distal. Datorită flexibilității graduale, cateterul urmează cele mai complexe curbe prin ghidul de .012” și .014”. Acoperire hidrofilă a cateterului și balonului indeflat. Sunt indicate pentru a opri temporar sau a controla fluxul sanguin,	DM000634194 DM000634195 DM000634196 DM000634197 DM000634198 DM000634199 DM000634200

	SCOPERNIC15 SCOPERNIC20 SCOPERNIC30			vasculatura periferică și neuro. Balon compliant, indicat pentru remodelare carotidă, vasospasm și test de ocluzie temporară. Tub proximal rigid, perfect pentru push&torque. 2 markeri Rx din Platinim la capătul distal și proximal al balonului. Poate fi folosit în paralel cu un microcateter pe o teacă ghid de 6Fr. Lungimea cateterului: 160 cm Lungimea balonului: 10, 15, 20, 30mm Lungimea capătului distal: 6mm Diametrul balonului: de la 3 la 5mm Volum maxim balon: 0.25, 0.35, 0.40, 0.50 ml Markeri Rx: 2	tratatamentul vasospasmelor și embolizarea anevrismelor cu baloane în vasculatura periferică și neuro. Balon compliant, indicat pentru remodelare carotidă, vasospasm și test de ocluzie temporară. Tub proximal rigid, perfect pentru push&torque. 2 markeri Rx din Platinim la capătul distal și proximal al balonului. Poate fi folosit în paralel cu un microcateter pe o teacă ghid de 6Fr. Lungimea cateterului: 160 cm Lungimea balonului: 10, 15, 20, 30mm Lungimea capătului distal: 6mm Diametrul balonului: de la 3 la 5mm Volum maxim balon: 0.25, 0.35, 0.40, 0.50 ml Markeri Rx: 2	DM000634201 DM000634202 DM000634203
Lot 7. Dispozitiv revascularizare cerebrală celule închise din nitinol	CATCHVIEW CATCHMINI 3X5 CATCHMINI 3X10 CATCHMINI 3X15 CATCHMINI 3X20 CATCHMAXI 6X20 CATCHMAXI 6X30 CATCHMAXI 6X40 CATCHVMINI 10 CATCHVMINI 15 CATCHVMINI 20 CATCHV20 CATCHV35 CATCHVMAXI30 CATCHVMAXI40 CATCHVMAXI50	Franța	BALT EXTRUSION SAS	Conceput pentru a fi utilizat în restabilirea fluxului la pacienții cu AVC ischemic în urma ocluziei mari a vaselor intracraniene. Indicat pentru restabilirea fluxului sanguin în vascularizația neuro la: - pacienți care nu sunt eligibili pentru activator de plasminogen tisular intravenos (IV t-PA), - care eșuează terapia IV t-PA - sau ca un tratament suplimentar al terapiei IV t-PA Design cu celule închise din Nitinol tăiate cu laser. Are în construcția sa o fantă longitudinală pentru a permite o extindere a stentului până la 6 mm în diametru și compresie în vase mici. Numeroși marker Rx pentru a înțelege adaptabilitatea anatomică, poziționarea stent-retrieverului, angajarea sa în masa trombotică și conformabilitatea	Conceput pentru a fi utilizat în restabilirea fluxului la pacienții cu AVC ischemic în urma ocluziei mari a vaselor intracraniene. Indicat pentru restabilirea fluxului sanguin în vascularizația neuro la: - pacienți care nu sunt eligibili pentru activator de plasminogen tisular intravenos (IV t-PA), - care eșuează terapia IV t-PA - sau ca un tratament suplimentar al terapiei IV t-PA Design cu celule închise din Nitinol tăiate cu laser. Are în construcția sa o fantă longitudinală pentru a permite o extindere a stentului până la 6 mm în diametru și compresie în vase mici. Numeroși marker Rx pentru a înțelege adaptabilitatea	DM000635194 DM000635192 DM000635187 DM000635196 DM000635190 DM000635186 DM000635193 DM000635199 DM000635198 DM000635195 DM000635197 DM000635191 DM000635189 DM000635200 DM000635188

				acestui. Markeri Rx din Platinum (1 pe suprafața pusherului, 2 în partea proximală și 3 în partea distală) și Tantal (până la 15 markeri pe suprafața stentului). Pusher-ul este format din Nitinol, joncțiunea dintr-e stent și pusher este asamblată mecanic pentru o rezistență sporită la tracție și manevrabilitate. Disponibil în 3 versiuni: Mini, Regular și Maxi. Diametru stentului neconstrâns: 4, 5, 6mm Lungimea totală stent: 19, 24, 29, 33, 45, 48, 56, 67mm Lungimea de lucru: 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50mm Lungime pusher: 200cm Compatibilitate microcateter: .017", .021"	anatomică, poziționarea stent-retrieverului, angajarea sa în masa trombotică și conformabilitatea acestuia. Markeri Rx din Platinum (1 pe suprafața pusherului, 2 în partea proximală și 3 în partea distală) și Tantal (până la 15 markeri pe suprafața stentului). Pusher-ul este format din Nitinol, joncțiunea dintr-e stent și pusher este asamblată mecanic pentru o rezistență sporită la tracție și manevrabilitate. Disponibil în 3 versiuni: Mini, Regular și Maxi. Diametru stentului neconstrâns: 4, 5, 6mm Lungimea totală stent: 19, 24, 29, 33, 45, 48, 56, 67mm Lungimea de lucru: 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50mm Lungime pusher: 200cm Compatibilitate microcateter: .017", .021"	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Voronțov Alexei În calitate de: director

Ofertantul: MED POWER SRL Adresa: Chișinău, str., N. Zelinski 34/4, of.55