

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024**

**prin procedura de achiziție: Licitație publică**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md);  
[www.capcs.md](http://www.capcs.md);**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

**Cod CPV: 3310000-1**

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă
1	Acid poliglicolic 1 ac rotund 48 mm.	Bucată	7702	PGA 1(absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm +/-1 mm L-90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	715 446,48
2	Acid poliglicolic 2 ac rotund 48 mm.	Bucată	10084	PGA 2(absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm+/-1 mm L-90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	954 450,60
3	Acid poliglicolic 0 ac tăietor 26 mm.	Bucată	6236	PGA 0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 26mm L-75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	109 223,54
4	Acid poliglicolic 0 ac rotund 26 mm.	Bucată	4004	PGA 0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	212 492,28
5	Acid poliglicolic PGA, USP 0 ac rotund 26 mm.	Bucată	1194	PGA 0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm	62 171,58
6	Acid poliglicolic 2/0 ac tăietor 20 mm.	Bucată	2007	PGA 2/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 20mm L-75cm	89 755,05
7	Acid poliglicolic 2/0 ac tăietor 26 mm.	Bucată	3724	PGA 2/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 26mm L-75cm	163 856,00
8	Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 20 mm.	Bucată	3949	PGA 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm	156 775,30
9	Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 20 mm.	Bucată	1554	PGA 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm	61 401,34

10	Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 26 mm.	Bucată	5214	PGA 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm	367 457,34
12	Acid poliglicolic 3/0 ac tăietor 16 mm.	Bucată	1520	PGA 3/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 16mm L-75cm	50 251,20
13	Acid poliglicolic 3/0 ac tăietor 20 mm.	Bucată	1139	PGA 3/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 20mm L-75cm	75 915,49
14	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm.	Bucată	3240	PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm	100 893,60
15	Acid poliglicolic rapid 3/0 ac rotund 16 mm.	Bucată	212	PGA rapit 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm	13 591,53
16	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm.	Bucată	2200	PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm	92 444,00
17	Acid poliglicolic rapid 3/0 ac rotund 20 mm.	Bucată	1709	PGA rapid. USP 3/0 L-minim 75cm. 1 ac 1/2rotund - 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	80 741,71
18	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm.	Bucată	1569	PGA (absorbabil) aUSP 3/0 L- minim 75cm 1 ac 1/2 rotund 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	64 352,54
19	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm.	Bucată	192	PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm	14 565,12
20	Acid poliglicolic 4/0 ac tăietor 16 mm.	Bucată	324	PGA 4/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 16mm ±2%. L-75cm	13 491,36

21	Acid poliglicolic 4/0 ac tăietor 20 mm.	Bucată	1182	PGA 4/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm	51 606,12
22	Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 17 mm.	Bucată	8488	USP 4/0 L- minim 75cm. 1 ac ½ rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	384 251,76
23	Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 20 mm.	Bucată	2132	PGA 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm	193 255,25
24	Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 16 mm.	Bucată	482	PGA 5/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 16mm ±2%. L-75cm	17 294,16
25	Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 20 mm.	Bucată	197	PGA 5/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 20mm ±2%. L-75cm	6 973,80
26	Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 16 mm.	Bucată	2380	PGA 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	150 267,25
27	Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 20 mm.	Bucată	300	PGA 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm	15 432,00
28	Acid poliglicolic rapid USP 0. lungimea 75 cm. ac rotund	Bucată	1614	Acid polyglycolic rapid USP 0. L-75 cm 1 ac rotund 1/2curb 20-30mm.	203 866,12
29	Acid poliglicolic USP 0. lungimea 90 cm. ac rotund	Bucată	2907	USP 0 L- 90 cm. 1 ac ½rotund- 40 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	276 513,84
30	Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm +/-1 mm	Bucată	3426	USP 0 L-minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	111 461,48

31	Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm.	Bucată	1324	Acid poliglicolic. USP 1(absorbabil). ac. bold rotund 1/2, 37mm +/-1 mm. L-75cm	138 595,00
32	Acid poliglicolic USP 1. lungimea 90 cm. ac rotund 3/8	Bucată	1418	Acid poliglicolic. ac rotund 30 mm +/-1 mm. 3/8 Lungimea 90 cm USP1 (EP4).	44 241,60
33	Acid poliglicolic USP 1. lungimea 75 cm. ac rotund	Bucată	720	Acid polyglycolic.Nr 1 75 cm 1ac rotund 1/2curb 20-30mm. USP 1.	92 867,62
34	PGA rapid USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm	Bucată	349	PGA rapid .USP 2/0 75 cm 1ac rotund 1/2curb 20mm +/-1mm.	16 929,99
35	PGA rapid USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund 26mm	Bucată	332	PGA rapid 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm L-75cm.	22 708,80
36	Acid poliglicolic USP 2/0. lungimea 75 cm. ac rotund	Bucată	9634	USP 2/0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 30 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	549 330,68
37	Acid poliglicolic USP 2/0. 3 metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm	Bucată	2358	Acid poliglicolic USP 2/0 3metric. ac circular 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. lungime fir 75cm	188 710,74
38	Acid poliglicolic USP 2. 5 metric. lungimea 75 cm. ac rotund 40mm	Bucată	312	Acid poliglicolic USP 2. 5 metric. ac circular. 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. lungime fir 75cm Tipul firului: multifilament impletit si filmat. Compozitie: acid poliglicolic (PGA). Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat. Culoare: violet / bej /incolor. Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resorbtie: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbtie totala intre 60 si 90 de zile	32 197,67
39	Acid poliglicolic USP 2. 5 metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm	Bucată	645	Acid poliglicolic USP 2; 5 metric. ac circular 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. lungime fir 75cm	51 374,25

40	Acid poliglicolic USP 2/0.lungimea 70 cm. ac tăietor	Bucată	325	USP 2/0 L- 70cm. 1ac 3/8 tăietor 36 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	13 286,00
41	Acid poliglicolic USP 3/0. 2 Metric lungimea 75 cm. 2 ace	Bucată	939	USP 3/0; Lungimea suturii 75cm; cu 2 ace;Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – ½ Taper;	29 231,07
42	Acid poliglicolic USP 3/0. 2 Metric lungimea 75 cm. ac rotund 20mm	Bucată	1375	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid). ac rotund 20-23mm. 1/2 din cerc.3/0.lungimea 75 cm	147 063,33
43	Acid poliglicolic rapid USP 4/0. lungimea 75 cm. ac rotund 16 mm	Bucată	574	PGA rapid 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm	32 752,44
44	Acid poliglicolic rapid USP 4/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm.	Bucată	440	PGA rapid 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm	35 213,20
45	Acid poliglicolic USP 4/0. lungimea 75 cm. ac rotund 22mm-23 mm	Bucată	390	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid). ac rotund 22-23mm. 1/2 din cerc.4/0.lungimea 75 cm	30 724,20
46	Acid poliglicolic USP 4/0. 1.5metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm	Bucată	780	Acid poliglicolic USP 4/0. 1.5metric. ac circular 1/2 rotund 48mm. lungime fir 75cm	15 880,80
47	Acid poliglicolic rapid USP 5/0. lungimea 75 cm. ac rotund 16mm.	Bucată	400	PGA rapid 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm	26 867,60
48	Acid poliglicolic rapid USP 5/0. lungimea 75 cm. ac rotund 20mm.	Bucată	230	PGA rapid 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm	11 939,30
49	Acid polyglycolic.(Vicril rapid). Lung. firului 90cm 1ac rotund 1/2curb 36-45mm. USP 1	Bucată	315	Acid polyglycolic.(Vicril rapid).gros. firului 0-1.lung. firului 90cm 1ac rotund 1/2curb 36-45mm. USP 1	34 137,68

50	Benzi sutură adezive 6 mm x 76 mm	Cutie	236	Benzi adezive. hipoalergenice. delicate. ce se folosesc pentru înlocuirea suturilor chirurgicale de la nivelul epidermei. Dimensiunile: 6 mm x 76 mm: (50 plicuri x 3 benzi)/cutie.	154 485,60
51	Burete hemostatic absorbabil. steril. Mărimea: 1.25 x5 cm	Bucată	940	Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil. steril. Mărimea: 1.25 x5 cm	26 492,96
52	Burete hemostatic absorbabil. steril. Mărimea: 5x7 cm.	Bucată	1295	Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil. steril. Mărimea: 5x7 cm.	102 201,40
53	Burete hemostatic absorbabil. steril. Mărimea:10x20 cm.	Bucată	565	Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil. steril. Mărimea:10x20 cm.	100 683,00
54	Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4	Bucată	12900	Capron / steril împletit. USP 1 -METRIC 4, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.	797 865,00
55	Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3	Bucată	12485	Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3.20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.	755 342,50
56	Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5	Bucată	11443	Capron / steril împletit. USP 2-METRIC 5. 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.	632 950,47
57	Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2	Bucată	3840	Capron / steril împletit. USP 3/0-METRIC 2.20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.	235 737,60
58	Capron chirurgical împletit USP 0	Bucată	385	Fir capron împletit steril ambalat cate 20 m USP 0	5 775,00
59	Capron chirurgical nesteril EP3 L-250m. N 3	Bucată	549	Capron chirurgical nesteril EP3 L-250m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru	36 234,00

60	Capron chirurgical nesteril EP3 L-50m	Bucată	52	Capron chirur rasucit nesteril USP2/0(EP3m)-50m	1 445,60
61	Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m. N 4	Bucată	1457	Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru	93 976,50
62	Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m. N 5	Bucată	2051	Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru	118 752,90
63	anulat				
64	anulat				
65	anulat				
66	Catgut chromat USP 3/0	Bucată	2776	USP 3/0 ac bold rotund 15:20mm. L-75 cm	15 689,95
67	Catgut chromat USP 4/0	Bucată	3250	USP 4/0 ac bold rotund 15:20mm. L-75 cm	16 809,00
68	Catgut chromat USP 5/0	Bucată	2490	USP 5/0 ac bold rotund 15mm. L-75 cm	12 878,28
69	Catgut cromat USP 2/0 (EP 3)	Bucată	1044	Catgut chromat steril. in ambalaj cu ac. USP 2/0 (EP 3). Ac rotund. lungimea ac: 30-35 mm. lungimea fir: 75cm	6 264,00



70	Catgut cromat USP 0 (EP 3.5)	Bucată	2596	Catgut cromat steril. in ambalaj cu ac. USP 0 (EP 3.5). Ac rotund. lungimea ac: 1/2- 35. 40 mm. lungimea fir: 75cm	17 523,00
71	Catgut cromat USP1 (EP 4)	Bucată	2130	Catgut cromat steril. in ambalaj cu ac. USP 1 (EP 4).Ac rotund. lungimea ac: 35/40/50 mm. lungimea fir: 75cm	23 103,05
72	Catgut cromat USP 0. L150cm	Bucată	354	Sutura chirur. Catgut cromat 3,5 METRIC (USP 0) L=150 cm (steril)	2 973,60
73	Catgut cromat USP 1. 4 Metric. L150 cm	Bucată	170	Sutura chirur. Catgut cromat 4 M (USP 1) L=150 cm (steril)	1 632,00
74	Catgut necromat 150 cm. N 3 metric steril. USP 2/0	Bucată	1231	Catgut necromat 150cm. N 3 metric steril. (USP 2/0)	9 029,39
75	Catgut necromat 150 cm. N 4 metric steril	Bucată	3712	Catgut necromat 150 cm. N 4 metric steril. USP1	69 878,40
76	Catgut necromat 150 cm. N 5 metric steril. USP 2	Bucată	4314	Catgut necromat 150cm. N 5 metric steril. USP 2	85 514,27
77	Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril	Bucată	3612	Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril	38 229,41
78	Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril	Bucată	1248	Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril	16 578,43
79	Catgut plain EP 3.5. USP 0	Bucată	1501	Catgut plain steril. in ambalaj cu ac. EP. 3.5. Ac rotund. lungimea ac: 30-35 mm. lungimea fir: 75cm. USP 0 (EP3.5)	9 645,43

80	Catgut plain EP-4. L-75cm. USP 1	Bucată	3798	Catgut plan cu ac: lungimea 1/2- min. 40 maxim 45 mm. EP-4. Lungimea firului -75cm. Steril. USP 1	89 840,42
81	Catgut plain EP-5. L-75cm, USP 2	Bucată	7364	Catgut plan cu ac rotund. lungimea ac: min. 35 max 45 mm. Lungimea fir -75cm. steril. USP 2 (EP5)	145 873,48
82	Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 30mm	Bucată	775	Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm	24 775,20
83	Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 37mm	Bucată	2328	Surgical suture. Plain Catgut. absorbable suture. USP0. 75cm. 1/2 circle round bodied. 37mm	74 421,50
84	Catgut plain. USP-2/0.Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 45mm	Bucată	1306	Catgut plain. USP 2/0.Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 45mm. (EP3)	11 283,84
85	Catgut USP 1 (4 metri) L75cm	Bucată	1796	Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 1) L=75 cm. ac 3/8 cerc. rotund 30 mm (steril) +/-1 mm	23 497,07
86	Catgut USP 1 (EP4)	Bucată	548	USP 1 (EP4). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 26 mm. L-75 cm	7 403,48
87	Catgut USP 0 (3.5 metric) L75cm	Bucată	438	Sutura chirur. Catgut simple 3.5M (USP 0) L=75 cm. ac 26-27 mm. 1/2 cerc. rotund (steril)	8 422,74
88	Catgut USP 2/0 (EP 3) cu ac L75cm	Bucată	709	Catgut USP 2/0 (EP 3) cu ac L75cm. steril	4 556,03
89	Catgut USP 3+4 (EP 6) cu ac L75-90cm	Bucată	1074	Catgut USP 2/6 metric. ac circular. 1/2rotund 50mm +/-1 mm. lungime fir 75cm /90cm	38 664,00

90	Catgut USP 2/0 (3 metric) L75cm	Bucată	1160	Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 2/0) L=75 cm ac 26-30 mm 1/2 cerc. rotund (steril)	14 341,08
91	Catgut USP 3/0 (EP2)	Bucată	735	USP 3/0 (EP2). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 17mm. L-75 cm	4 524,66
92	Catgut USP 5/0 (EP1)	Bucată	391	USP 5/0 (EP1). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 17 mm. L-75 cm	2 407,00
93	anulat				
94	Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 2/0. lungimea 60-70 cm	Bucată	1050	"Cu 2 ace; 2/0; Lungimea (cm ) – 60-70; Forma acului miocardial – 1/2 rotunda. 25-26mm; Forma acului penetrant - taios drept 85-90mm	146 320,02
95	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 0	Bucată	596	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 0 ; Lunjimea suturii(cm)-150.cu bucla; Lungimea acului(mm)-40 ±2%; Curbura acului-1/2; Forma acului-Taper; (Echivalent cu CT;W740)	7 324,84
96	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 1	Bucată	546	USP 1 ; Lunjimea suturii(cm)-150.cu bucla; Lunjimea acului(mm)-48; Curbura acului-1/2; Forma acului-Taper; (Echivalent cu CTX; W748)	7 807,80
97	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 6/0.	Bucată	420	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 6/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 13. Curbura acului C-1 3/8 taper	31 872,96

98	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea acului (mm) 9. C-1	Bucată	240	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 9. Curbura acului C-1 3/8 taper	24 106,80
99	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea acului (mm) 10-11	Bucată	624	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 10-11. Curbura acului C-1 3/8 taper	155 495,81
100	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 8/0. L45cm Lungimea acului (mm) 8. CC	Bucată	72	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 8/0. Lungimea suturii (cm) 45. Lungimea acului (mm) 8. Curbura acului CC 3/8 taper	27 020,74
101	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 8/0. L60-75cm Lungimea acului (mm) 8. CC	Bucată	360	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 8/0. Lungimea suturii (cm) 60 - 75. Lungimea acului (mm) 8. Curbura acului CC 3/8 taper	81 583,20

102	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 2/0 Lungimea acului (mm) 37	Bucată	208	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 2/0. Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 37. Curbura acului 1/2 Taper	20 779,62
103	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm) 17	Bucată	292	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0. Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 1/2 Taper	22 761,98
104	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm) 22	Bucată	1044	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0. Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 22. Curbura acului 1/2 Taper	65 609,14
105	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm) 25-26	Bucată	396	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0. Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 25-26. Curbura acului 1/2 Taper	25 542,00

106	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 17. 3/8	Bucată	192	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0. Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 3/8 Taper	20 256,58
107	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 17. 1/2	Bucată	308	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 1/2 Taper	19 123,72
108	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 22	Bucată	1032	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0. Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 22. Curbura acului 1/2 Taper	81 338,11
109	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 22. 3/8	Bucată	72	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 22. Curbura acului 3/8 Taper	6 460,99

110	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 5/0 Lungimea acului (mm) 13. 1/2	Bucată	58	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 5/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 13.Curbura acului 1/2 Taper	3 539,16
111	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 5/0 Lungimea acului (mm) 17. 1/2	Bucată	452	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 5/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 1/2 Taper	36 114,80
112	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2/0. lungime ac 37 mm	Bucată	334	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 37 +/-1 mm; Curbura acului - 1/2 Taper;	22 007,26
113	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3/0 . lungime ac 17 mm	Bucată	252	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;	18 249,84
114	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3/0. lungime ac 22 mm	Bucată	1794	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper;	104 751,66
115	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3/0. lungime ac 25-26 mm	Bucată	938	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 25-26 ; Curbura acului - 1/2 Taper;	80 302,18

116	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4/0. lungime ac 17 mm	Bucată	32	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;	1 986,88
117	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4/0. lungime ac 17 mm	Bucată	1308	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper;	95 928,72
118	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4/0. lungime ac 22 mm	Bucată	10	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului - 3/8 Taper;	861,20
119	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4/0. lungime ac 22 mm	Bucată	2020	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper;	122 533,20
120	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4/0. lungime ac 26 mm	Bucată	292	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 26 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper;	24 011,16
121	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 5/0. lungime ac 13 mm	Bucată	2392	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului – 1/2Taper;	145 959,84



122	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 5/0. lungime ac 17 mm	Bucată	12	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului – 1/2Taper;	770,28
123	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 5/0. lungime ac 17 mm	Bucată	2228	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – 90 ; Lungimea acului (mm.) – 17 ± 2%; Curbura acului – 1/2Taper;	143 015,32
124	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6/0. lungime ac 10 mm	Bucată	872	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 10 ± 2%; Curbura acului - 1/2 taper.	61 938,16
125	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6/0. lungime ac 13 mm	Bucată	500	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului – 3/8; vârful acului – Taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	45 220,00
126	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6/0. lungime ac 13 mm	Bucată	747	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului - 1/2 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	43 236,36
127	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6/0. lungime ac 9 mm	Bucată	180	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 9 ± 2%; Curbura acului - 3/8 taper;	15 006,60

128	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 7/0. lungime ac 10-11 mm	Bucată	60	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) –10-11; Curbura acului - C-1 3/8 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului.	13 890,60
129	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 7/0. lungime ac 10-11 mm	Bucată	798	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 10-11; Curbura acului - 3/8 taper.	184 744,98
130	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 7/0. lungime ac 8 mm	Bucată	230	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 7/0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 8 ± 2%; Curbura acului – 3/8 taper;	67 831,60
131	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 8/0. lungime ac 8 mm	Bucată	216	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 8/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 8 ± 2%; Curbura acului - 3/8 taper. Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului	48 949,92
132	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm) 17. 1/2	Bucată	70	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen USP 3/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 1/2. Forma acului Taper	5 748,96

133	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 22. 1/2	Bucată	60	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen USP 4/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 22. Curbura acului 1/2. Forma acului Taper	3 900,18
134	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 6/0 Lungimea acului (mm) 13. 3/8	Bucată	108	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen USP 6/0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 13. Curbura acului 3/8. Forma acului Taper	6 042,92
135	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 3/0. Lungimea acului 17 mm.	Bucată	60	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	3 351,60
136	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 3/0. Lungimea acului 26 mm.	Bucată	310	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen . USP 3/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 26± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	22 499,80
137	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 4/0. Lungimea acului 17 mm.	Bucată	60	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	3 468,60
138	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 4/0. Lungimea acului 22 mm.	Bucată	180	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 22± 2% ; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;	8 523,00

139	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 5/0. Lungimea acului 13 mm.	Bucată	120	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 13± 2%; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper;	5 209,20
140	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 6/0. Lungimea acului 13 mm.	Bucată	12	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 6/0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 13± 2%; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper;	486,72
141	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm	Bucată	276	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 35 +/-1 mm; Curbura acului - 1/2 Taper Point	11 285,64
142	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2/0. lungimea acului 26 mm	Bucată	1208	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 26± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper Point	63 999,84
143	Fire metalice pentru stern Metric EP 6	Bucată	707	Fire metalice pentru stern. Metric EP 6. USP 3+4. Lungimea fir minim 40 cm; Lungimea ac 40-50 mm; Curbura ac 1/2; Vârf ac Diamond Point sau Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudare cu laser.	65 581,32
144	Fire metalice pentru stern Metric EP 7	Bucată	1141	Fire metalice pentru stern. Metric EP 7. USP 4. Lungimea fir 40-45 cm; Lungimea ac 40-50 mm; Curbura ac 1/2; Vârf ac Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudare cu laser.	104 177,29
145	Fire metalice pentru stern. USP 0 Metric EP 3,5	Bucată	10	USP 0 Metric EP3,5 ; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 26. Curbura acului – 1/2 TaperPoint;	966,60

146	Fire metalice pentru stern Metric EP 2	Bucată	10	Fire metalice pentru stern. Metric EP 2. USP 4. Lungimea mini. 45 cm; Lungimea ac 45-50 mm; Curvura ac 1/2; Vârf ac Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudare cu laser.	528,50
147	Fire metalice pentru stern. USP 6 Metric EP 8	Bucată	1000	USP 6 Metric EP 8; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48-50 Curvura acului – 1/2 Tapercut;	112 708,50
148	Fire metalice pentru stern. USP 7 Metric EP 9	Bucată	1410	USP 7 Metric EP 9; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48-50. Curvura acului – 1/2 Tapercut;	178 119,66
149	Lenta pentru turnichete	Bucată	785	Lenta pentru turnichete. Lungimea- minim 75 cm; Latimea - 3mm.	90 146,20
150	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 12mm. 3/8 din cerc.5/0.lungimea 75 cm	Bucată	160	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 12mm. 3/8 din cerc.5/0.lungimea 75 cm	8 041,60
151	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 18-19 mm. 3/8 din cerc.4/0.lungimea 75 cm	Bucată	210	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 18-19 mm. 3/8 din cerc.4/0.lungimea 75 cm	9 907,80
152	Matase ac rotund 22mm	Bucată	536	USP 2/0 L- minim 75cm ac rotund 22mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	4 775,76
153	Matase ac- taper point 26mm ½	Bucată	5644	USP 0 L- minim 75cm un 1 ac- taper point 26mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	48 459,38
154	Matase fara ac	Bucată	132	USP 0 L - minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc.	337,92

155	Matase Iac 1/2 tăios-30mm	Bucată	2448	USP 3/0 L -minim 75 cm. Iac 1/2 tăios-30mm +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	21 811,68
156	Matase ac 3/8 tăietor 38-40	Bucată	3004	Matase. USP 2/0L- minim 75cm ac 3/8 tăietor 38-40 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	26 765,64
157	Matase ac 3/8 tăietor 29-30mm	Bucată	1606	Matase. USP 3/0 Lungime- minim 75cm. ac 3/8 tăietor 29-30 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	14 309,46
158	Matase ac rotund 25-26mm	Bucată	580	USP 3/0L- minim 75cm ac rotund 1/2. 25-26 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	5 167,80
159	Matase ac rotund 30mm	Bucată	642	USP2/0L-minim 75cm ac rotund 30mm+/-1 mm 1/2. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	5 720,22
160	Matase ac rotund 35mm	Bucată	262	USP 0 L-minim 75cm ac rotund 35mm 1/2 +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	2 475,90
161	Matase ac tăietor 24-25mm	Bucată	1000	USP 3/0L-minim 75cm ac tăietor 3/8. 24-25 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	9 990,00
162	Matase ac taios 25mm	Bucată	922	USP 3/0 L-minim 75cm ac taios 25mm ±2% 1/2. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	7 916,29
163	Matase USP 3/0	Bucată	96	USP 3/0 L -minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc.	542,40
164	Nylon 10.0	Bucată	36	Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30 cm. 2 ace. spatulă. lungimea 6.0 ±2% mm; diametru 0.14mm ±2%. curbura 3/8 . steril.	3 538,08

165	Nylon 4-0	Bucată	120	Nylon 4-0 . 2 ace. 45 cm. ac rotund. lungimea 8-9 mm. curbura 5/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	55 266,00
166	Nylon 9.0	Bucată	60	Nylon 9.0. Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30cm . 2 ace. spatulă. Lungimea 6.0mm ± 2%;. diametru 0.20mm ± 2%. curbura 3/8. steril	5 767,20
167	Petice de teflon p/u suturi Marimea - 2-3x3x1-2mm	Bucată	50	Petice de teflon p/u suturi Marimea - 2-3x3x1-2mm	1 075,50
168	Petice de teflon p/u suturi Marimea 6-7x3x1-2mm	Bucată	50	Petice de teflon p/u suturi Marimea 6-7x3x1-2mm	981,65
169	Petice de teflon p/u suturi Forma-Oval.	Bucată	4060	Marimea 6-7x3x1-2mm.Forma-Oval.	132 315,40
170	Petice de teflon p/u suturi Forma-Patrat.	Bucată	1440	Marimea - 2-3x3x1-2mm.Forma-Patrat.	25 041,60
171	Poliamid USP 2/0 ac rotund 26 mm	Bucată	940	NYLON (Polyamide) USP 2/0 (neabsorbabil )ac rotund 26 mm 1/2 L-75 cm	35 334,60
172	Poliamid USP 2/0 ac taietor 26 mm	Bucată	1038	NYLON (Polyamide) USP 2/0 (neabsorbabil )ac taietor 26 mm 3/8 L-45 cm	52 014,18
173	Poliamid USP 3/0 ac rotund. 15 mm	Bucată	200	NYLON (Polyamide) USP 3/0 (neabsorbabil ).ac rotund. 15 mm. 3/8. L-45 cm	6 155,00
174	Poliamid USP 3/0 ac rotund. 16 mm	Bucată	824	NYLON (Polyamide) USP 3/0 (neabsorbabil ).ac rotund .16 mm .1/2 .L-75 cm	22 515,80

175	Poliamid USP 4/0 ac rotund. 15 mm	Bucată	464	NYLON (Polyamide) USP 4/0 (neabsorbabil ).ac rotund. 15 mm. 3/8. L-45 cm	5 136,48
176	Poliamid USP 4/0. ac 22-25 mm	Bucată	284	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliamid). ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.4/0.lungimea 75 cm	3 408,00
177	Poliamid USP 5/0 ac rotund. 16 mm	Bucată	520	NYLON (Polyamide) USP 5/0 (neabsorbabil ).ac rotund. 16 mm .1/2. L-35 cm	6 172,56
178	Poliamid USP 5/0 ac tăietor. 15 mm	Bucată	568	NYLON (Polyamide) USP 5/0 (neabsorbabil ).ac taitor. 15 mm. 3/8. L-45 cm	25 542,96
179	Poliester împletit alb USP 1	Bucată	2097	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 4M (USP 1) 20 m	54 653,06
180	Poliester împletit alb USP Nr 2-0	Bucată	1612	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 5M (USP 2) 20 m	34 795,02
181	Poliester USP 3/0 (2M). L20 m	Bucată	1524	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 2M (USP 3/0) 20 m	45 971,46
182	Poliester. USP 3/0. lungimea 75 cm	Bucată	8387	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester). ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.3/0.lungimea 75 cm	352 732,06
183	Poliester. USP 4/0. lungimea 45 cm	Bucată	5640	Poliester PET USP 4/0 Neabsorbabil. ac taietor .15mm. 3/8. L - 45 cm.	125 208,00
184	Poliester. USP 4/0. lungimea 75 cm	Bucată	4522	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester). ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.4/0.lungimea 75 cm	126 842,10



185	Poliester. USP 4/0. lungimea 90 cm	Bucată	5405	Poliester PET USP 4/0 Neabsorbabil . ac rotund .16 mm. 1/2. L- 90cm	199 822,85
186	Poliester. USP 5/0. lungimea 60 cm	Bucată	2400	Poliester PET USP 5/0 neabsorbabil. ac rotund. 16 mm. 1/2. L- 60 cm	28 488,72
187	Poliester. USP 5/0. lungimea 75 cm	Bucată	1405	Poliester PET USP 5/0 neabsorbabil .ac rotund. 17 mm. 1/2 .L- 75 cm	16 677,77
188	Poliglactina USP 0 3.5metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm	Bucată	802	Poliglactina USP 0 3.5metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm	61 673,80
189	Poliglactina USP 1; 4metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm	Bucată	512	Poliglactina USP 1/4metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm	29 588,48
190	Poliglactina USP 3/0 2metric. ac 1/2rotund . lungime fir 75cm	Bucată	1730	USP 3/0 L – minim 70 cm. 1/2 ac rotund 22 mm $\pm$ 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	55 922,25
191	Poliglecaprone USP 3/0. lungimea 70 cm	Bucată	1036	USP 3/0. lungimea 70 cm. 2 ace 5/8 . rotunde. lungimea acului 26 mm	35 089,32
192	Poliglicolic acid (PGA)	Bucată	1688	Poliglicolic acid (PGA) USP 0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 64 mm $\pm$ 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	42 908,96
193	Poliglicolic acid (PGA)	Bucată	1636	Poliglicolic acid (PGA). USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 64 mm $\pm$ 2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	39 705,72
194	Poliglicolic acid monofilament USP 4/0	Bucată	1200	USP 4/0 L-minim 75cm. 17mm $\pm$ 2%. 1/2 . (rotund); taper. echivalent CV-23	22 764,00

195	Poliglicolic acid monofilament USP 5/0	Bucată	743	USP 5/0 L-minim 75cm. 17mm $\pm$ 2%. ½ . (rotund); taper . echivalent CV-23	14 198,73
196	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 17-18 mm	Bucată	1324	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 120cm. 1 ac ½rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	27 096,98
197	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 26-28 mm. USP 2/0	Bucată	3506	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	54 903,96
198	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 26-28 mm. USP 3/0	Bucată	2499	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund- 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	44 532,18
199	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 36-38 mm. USP 1	Bucată	1074	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	19 138,68
200	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 36-38 mm. USP 2/0	Bucată	1308	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0-L minim 75cm. 1 ac ½rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	21 118,97
201	Poliglicolic acid rapid USP 0	Bucată	2748	USP 0 L-minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm $\pm$ 1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	50 304,89
202	Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38mm	Bucată	2670	Poliglicolic acid rapid. USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	51 616,44
203	Poliglicolic acid rapid USP 1-L 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm	Bucată	2602	Poliglicolic acid rapid USP 1-L minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm $\pm$ -1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	46 367,64

204	Poliglicolic acid rapid USP 1-L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm	Bucată	1030	Poliglicolic acid rapid USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	20 579,40
205	Poliglicolic acid rapid USP 2/0 L -75cm	Bucată	1566	Poliglicolic acid rapid. USP 2/0 L - minim 75cm. 1 ac 1/2rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	24 523,56
206	Poliglicolic acid rapid USP 2-L 100cm	Bucată	906	USP 2-L minim 100cm. 1 ac 1/2rotund 48-50mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	61 100,64
207	Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-70cm	Bucată	470	USP 3/0 L- minim 70cm. 1 ac 1/2rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	8 502,30
208	Poliglicolic acid USP	Bucată	50	USP 3&4 L- minim 75cm. 1 ac 1/2rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	3 040,50
209	Poliglicolic acid USP 0	Bucată	4492	USP 0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	74 118,00
210	Poliglicolic acid USP 1	Bucată	3930	USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm+/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	67 698,18
211	Poliglicolic acid USP 2	Bucată	1140	USP 2; Lungimea suturii (cm) – minim 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	22 100,04
212	Poliglicolic acid USP 3/0	Bucată	3700	USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac 1/2 rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	73 223,00
213	Polipropilen	Bucată	1432	Polipropilen. USP 6/0 L -75 cm 2ace 1/2 rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	61 691,99

214	Polipropilen (monofilament)	Bucată	4462	Polipropilen (monofilament). USP 3/0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	85 402,68
215	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1570	Polipropilen (monofilament). USP 5/0 L – minim 45 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	59 518,70
216	Polipropilen (monofilament) USP	Bucată	1942	USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	24 853,72
217	Polipropilen (monofilament) USP 2/0 L – 75 cm. 1/2 ac rotund 26 mm.	Bucată	7234	USP 2/0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 26 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	107 858,94
218	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm	Bucată	2726	USP 4/0 L – minim 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	30 176,82
219	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm	Bucată	1056	USP 4/0 L – minim 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	57 330,24
220	Polipropilen (monofilament) USP 6/0 L – 75 cm. 1/2 ac rotund 13 mm	Bucată	1334	USP 6/0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	64 465,55
221	Polipropilen 10/0	Bucată	200	Polipropilen 10/0. Polypropylene albastru monofilament: 2 ace drepte 16 mm ± 2%. lungimea suturii 20 cm. sterile.corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	32 184,00
222	Polipropilen USP 2/0 L - 90cm 2 ace 1/2rotund 20mm 1/2	Bucată	734	USP 2/0 L -90cm 2 ace 1/2rotund 20mm ±2% 1/2. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	11 296,26
223	Polipropilen USP 2/0 L - 90cm. 2 ace 1/2rotund 26 mm	Bucată	804	USP 2/0 L -90cm. 2 ace 1/2rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	12 373,56

224	Polipropilen USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm	Bucată	2906	USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	84 753,49
225	Polipropilen USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm	Bucată	964	USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	20 272,92
226	Polipropilen USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm	Bucată	863	USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	27 686,77
227	Polydioxanone USP 1. L=90 cm	Bucată	1360	Polydioxanone (PDS). USP 1 L -90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura	52 047,20
228	Polydioxanone USP 5/0. L70 cm	Bucată	214	USP 5/0 L -70cm ac ½rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura	8 673,42
229	Polydioxanone (PDO) USP 4/0	Bucată	2890	Polydioxanone (PDO). USP 4/0 L - minim 90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	67 105,80
230	Polydioxanone (PDO) USP 7/0	Bucată	108	Polydioxanone (PDO). USP 7/0 L - minim 70cm ac ½rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	8 902,44
231	Polydioxanone (PDS) USP 3/0 L -90 cm 1 ac ½rotund 26mm	Bucată	4216	USP 3/0 L - minim 90 cm 1 ac ½rotund 26mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	100 172,16
232	Polydioxanone (PDS) USP 6/0 L -70cm ac ½rotund 13mm	Bucată	270	USP 6/0 L - minim 70cm ac ½rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	8 197,20
233	Polydioxanone . 2M (USP 3/0) L=75 cm. ac 20 mm. 1/2 cerc. rotund	Bucată	1120	Sutura chirur. Fir sintetic. resorbabil. monofilament (tip polidioxonan). 2M (USP 3/0) L=75 cm. ac 20 mm. 1/2 cerc. rotund	73 348,80

234	Polydioxanone . 4M (USP 1) L=75 cm. ac 30 mm. 1/2 cerc. rotund	Bucată	1000	Sutura chirur. Fir sintetic. resorbabil. monofilament (tip polidioxanon). 4M (USP 1) L=75 cm. ac 30 mm. 1/2 cerc. rotund	103 046,60
235	Polydioxanone USP 2/0 (EP3) L-75cm. lac. 1/2 30mm R	Bucată	2068	USP 2/0 (EP3) L-75cm. lac. 1/2 30mm +/-1 mm. R	193 875,00
236	Polydioxanone USP 2/0. L=90 cm	Bucată	1420	Polydioxanone (PDS). USP 2/0 L -90 cm ac 1/2rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura	55 040,62
237	Polydioxanone USP 3/0 (EP2) L-75cm. lac. 1/2 30mm R	Bucată	2710	USP 3/0 (EP2) L-75cm. lac. 1/2 30mm +/-1mm;	237 781,63
238	Polydioxanone USP 4/0 lungimea 90 cm	Bucată	184	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.rezorb.(polidioxanon).doua ace rotunde20 mm. 1/2 din cerc.4/0.lungimea 90 cm	9 163,20
239	Polyglactin 910 USP 2/0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm	Bucată	4336	USP 2/0 L – minim 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	111 023,28
240	Polypropylene USP 10/0. lungimea 30 cm	Bucată	100	Polypropylene (PM) USP 10/0 Neabsorbabil. L - 30 cm. 1 ac. 6 mm. ac rotund. curbura acului 1/2. ascuțite. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere.	2 935,00
241	Polypropylene USP 0. 3.5M L=75-90 cm.	Bucată	1236	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3.5M (USP 0) L=75-90 cm. ac 30-40 mm. 1/2 cerc. rotund	33 127,27
242	Polypropylene USP 2/0. 3metric. lungimea 75 cm	Bucată	786	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3M (USP 2/0) L=75 cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund	34 275,89
243	Polypropylene USP 2/0. 3metric. lungimea 90 cm	Bucată	598	Polypropylen USP 2/0 3metric. ac rotund 30mm. 1/2 din cerc. lungimea 90 cm	10 466,20

244	Polypropylene USP 2/0. ac tăietor	Bucată	2054	Polypropylene USP 2/0 L - 75 cm. 1 ac tăitor 20-22mm. 1/2 cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	82 303,78
245	Polypropylene USP 3/0. 2 Metric. lungimea 75 cm	Bucată	32	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 2M (USP 3/0) L=75 cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. rotund	931,84
246	Polypropylene USP 4/0. 1.5metric. lungime 75cm	Bucată	967	Polypropylen USP 4/0 1.5metric. ac 1/2 rotund. circular. lungime fir 75cm, ac 30 mm+/- 1 mm;	69 788,39
247	Polypropylene USP 5/0. lungimea 90 cm	Bucată	80	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen). doa ace rot.ac rotund 17-18 mm. 1/2 din cerc.5/0.lungimea 90 cm	3 100,00
248	Polypropylene USP 6/0. lungimea 75 cm. ac 3/8	Bucată	100	Sutura chirur.polipropilen monofilament 6/0 (0.7metric)75cm.13mm ac rotund. forma curbării 3/8	2 985,00
249	Polypropylene USP 8/0. lungimea 45 cm	Bucată	252	Polypropylene (PM) USP 8/0 Neabsorbabil. L - 45 cm. 1 ac. 8 mm. ac rotund. curbura acului ½. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere.	6 473,88
250	Polypropylene USP 9/0. lungimea 30 cm	Bucată	224	Polypropylene (PM) USP 9/0 Neabsorbabil. L - 30 cm. 1 ac. 6 mm. ac rotund. curbura acului ½. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere.	24 701,95
251	Silk USP 4/0	Bucată	1060	Neabsorbabil. L-45 cm. 1 ac. 13mm. ac rotund. curbura acului ½. culoarea neagră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere.	73 224,80
252	Surura absorbabila cu un ac monofilamen poliviaxon. sintetic (PDO)	Bucată	210	USP 5\0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) -17 . curbura acului -3\8 cutting	16 329,60
253	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0	Bucată	616	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0; Lungimea suturii (cm) minim 45; Lungimea acului (mm) 26 ±2%; Curbura acului – ½ cutting; *	4 675,44

254	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0	Bucată	216	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0; Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) $25 \pm 2\%$ ; Curbura acului – $\frac{1}{2}$ Taper;	2 041,20
255	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0	Bucată	1612	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0 ; Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) $25 \pm 2\%$ ; Curbura acului – $\frac{1}{2}$ Taper;	12 235,08
256	Sutura absorbabila cu un ac monofilamen poliviaxon. sintetic (PDO)	Bucată	200	PDO monofilament USP 4\0 Lungimea suturii -75cm. lungimea acului -15mm. curbura acului -3\8 reverse cutting.	21 370,54
257	Sutura absorbabila monofilamen poliviaxon. sintetic (PDO)	Bucată	1350	PDO monofilament USP 4\0 Lungimea suturii -75cm. lungimea acului -24mm. curbura acului -3\8 reverse cutting.	186 291,50
258	Sutură absorbabila PDO .tip V-LOC-90	Bucată	258	Sutură absorbabila PDO .tip V-LOC-90. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) 25-30; Lungimea acului (mm) $26 \pm 2\%$ ; Curbura acului – $\frac{1}{2}$ Taper; compoziție glycolid. dioxanon și trimethylen -rezistenta la tracțiune- 7 zile -90%; 14 zile - 75%; - profil de absorbtie-90-110 zile ; - aplicare procedurală - aplicare tangențială moale cu profil de absorbtie; - compozitia - glicolidă.dioxanonă și carbonat de trimetilen; -indicatii- Dispozitivele absorbante pentruînchiderea plăgilor V-Loc 90 sunt indicatepentru aproximarea tangajului moale înc cazul utilizării unei suturi absorbabileVLOCM0625	62 694,00
259	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)	Bucată	264	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – $25 \pm 2\%$ ; Curbura acului - $\frac{3}{8}$ cutting;să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile.	5 916,24
260	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)	Bucată	274	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 16-17; Curbura acului – $\frac{3}{8}$ cutting; culoarea suturii – alba; să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile..	10 453,10



261	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)	Bucată	12	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 5/0; Lungimea suturii(cm.) – 60-75; Lungimea acului(mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile.	975,06
262	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	240	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA). USP 0; Lungimea suturii (cm) – minim 75; Lungimea acului (mm) – 45± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;	4 134,24
263	Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 0/0	Bucată	1170	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. sa-și mențină proprietațile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP 0/0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 45 +/-1 mm Curbura acului 1/2 Taper	82 095,39
264	Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3/0. lungimea acului 25	Bucată	24	Sutură atraumatică absorbabilă monofilament conținut din compus din glycolide (60%). dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26 %). să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile USP 3/0. Lungimea suturii (cm ) 60-75 Lungimea acului (m m) 25 Curbura acului 3/8 cutting	1 293,50

265	Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3/0. lungimea acului 26-30	Bucată	13	L - 90cm. 2 ace. 26 mm - 30 mm. ac rotund. curbura acului ½. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Fir resorbabil. sintetic. copolimer compus din glycolide și acid lactic (9:1). împletit. acoperit cu e-caprolactone și streat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare. în plaga aproximativ 80% după 2 săptămâni și peste 30% după 3 săptămâni. Termen de resorbție completa 56-70 zile postimplantare.	267,93
266	Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 2/0. lungimea acului 26-30	Bucată	12	L - 90cm. 2 ace. 26 mm - 30 mm. ac rotund. curbura acului ½. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Fir resorbabil. sintetic. copolimer compus din glycolide și acid lactic (9:1). împletit. acoperit cu e-caprolactone și streat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare. în plaga aproximativ 80% după 2 săptămâni și peste 30% după 3 săptămâni. Termen de resorbție completa 56-70 zile postimplantare.	315,12
267	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0;	Bucată	864	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – minm 75 ; Lungimea acului (mm) – 45 ± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper;	14 883,26
268	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0;	Bucată	1584	PGLA împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper;	26 687,23
269	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0;	Bucată	740	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper;	21 252,80

270	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi. fără ac.	Bucată	105	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi. fără ac.	678,62
271	Sutură atraumatică absorbabilă USP 2/0 (sutura toracică)	Bucată	170	L - 90cm. 2 ace. 26 mm - 30 mm. ac rotund. curbura acului ½. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil Compozitie: glicomer 631 (glycolide 60%. trimetilene carbonate 26%. dioxanone 14%) Asigura suportul plăgii minim 21 zile menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămână și minim 75% la 2 săptămâni și 40% la trei săptămâni post implantare Absorbție completa in maxim 110 zile. mănuire și innodare exelente memorie minima a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi.	3 388,10
272	Sutură atraumatică absorbabilă USP 3/0 (sutura toracică)	Bucată	1424	L - 90cm. 2 ace. 26 mm - 30 mm. ac rotund. curbura acului ½. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil Compozitie: glicomer 631 (glycolide 60%. trimetilene carbonate 26%. dioxanone 14%) Asigura suportul plăgii minim 21 zile menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămână și minim 75% la 2 săptămâni și 40% la trei săptămâni post implantare Absorbție completa in maxim 110 zile. mănuire și innodare exelente memorie minima a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi.	23 894,72

273	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. Iant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0	Bucată	8700	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. Iant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 16-17 ; Curbura acului – ½ Taper; Marimea la petic 3x3 mm;	370 628,70
274	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. Iant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0 Lungimea acului (mm) – 25-26	Bucată	4500	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. Iant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 25-26; Curbura acului – ½ Taper; Marimea la petic 3x7 mm;	191 479,50
275	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 2/0. ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	1240	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare. Iant lung. polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 2/0; Lungimea suturii (cm.) – 75-90; Lungimea acului (mm.) – 20-22 ; Curbura acului – ½ Taper;	37 636,48
276	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 3/0. ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	272	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare. Iant lung. polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90; Lungimea acului (mm) – 20-22; Curbura acului – ½ Taper;	9 942,38

277	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 4/0. ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	1300	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – minim 45; Lungimea acului (mm) – $13 \pm 2\%$ ; Curbura acului – ½ Taper;	61 555,00
278	Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0	Bucată	1000	Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0; Lungimea suturii (cm) 75;	2 208,35
279	Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0	Bucată	68	Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0; Lungimea suturii (cm) 60;	154,80
280	Sutură oftalmologică 3.0	Bucată	150	Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea $6.5 \pm 2\%$ ; diametru 0.20 mm $\pm 2\%$ . curbura 3/8 . sterila.	1 597,60
281	Sutură oftalmologică 4.0	Bucată	160	Mătasa oftalmologică 4.0. Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea $6.5 \pm 2\%$ mm; diametru 0.20 mm $\pm 2\%$ . curbura 3/8 . steril.	3 920,00
282	Sutură oftalmologică 5.0	Bucată	392	Matasa neagra împletita: lungimea suturii 50 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 11.0; diametru 0.38 mm. curbura 3/8 . sterila.	31 328,64
283	Sutură oftalmologică 6.0	Bucată	576	Matasa neagra împletita : lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea $6.5 \pm 2\%$ mm; diametru 0.28 mm $\pm 2\%$ . curbura 3/8 . sterila	46 033,92
284	Sutură oftalmologică 7.0	Bucată	570	Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace(posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 mm $\pm 2\%$ ; diametru 0.20 mm $\pm 2\%$ ; curbura 3/8 . sterila	46 785,60
285	Sutură oftalmologică 8.0	Bucată	612	Matasa Virgin albastra rasucita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace. spatulă. lungimea $6.5 \pm 2\%$ ; diametru 0.20 mm $\pm 2\%$ . curbura 3/8. sterila	45 049,32

286	Matasa naturală USP 0	Bucată	3630	Matasa naturală USP 0 Lungimea suturii (cm) 60 cm, culoarea suturii neagra, câte 10-12 suturi per ambalaj, steril.	282 726,91
287	Matasa naturală USP 0/0. lungimea acului 25 mm	Bucată	1094	Matasa naturală USP 0/0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 25 Curbura acului ½ taper cutting	42 994,20
288	Matasa naturală USP 0/0 Lungimea acului (mm) 30	Bucată	1930	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 30+/-1 mm Curbura acului 3/8 cutting	100 398,60
289	Matasa naturală USP 1	Bucată	916	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 1 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 35 Curbura acului ½ taper	60 547,60
290	Matasa naturală USP 2	Bucată	693	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 2 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 35 Curbura acului ½ taper	14 769,22
291	Matasa naturală USP 2/0	Bucată	726	Matasa naturală USP 2/0 fără ac, lungime 75 cm., câte 10-12 suturi per ambalaj, steril.	39 049,69
292	Matasa naturală USP 2/0 , cu 1 ac 1/2 taper cutting, 25-26mm	Bucată	434	Matasa naturală USP 2/0 , Lungimea suturii 75cm, cu 1 ac 1/2 taper cutting, 25-26mm.	17 750,60

**Valoarea estimativă : 19 337 430,85 lei.**

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, conform următoarelor cerințe:

	2024	Condiții de livrare generale Cuantumul din cantitatea totală contractată a Bunurilor per lot	
Condiții de livrare conform graficului de livrare	Ianuarie	10%	Cantitatea per lot proporțională cu cuantumul menționat poate fi divizată în mai multe livrări, cu condiția livrării cumulative – nu mai puțin de 10% la fiecare 2 luni
	Februarie		
	Martie	10%	
	Aprilie		
	Mai	10%	
	Iunie		
	Iulie	10%	
	August		
	Septembrie	10%	
	Octombrie		
	Noiembrie	10%	
Până la 15 Decembrie			
Condiții de livrare conform bonului de comandă- livrare	În decurs de maxim 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă-livrare de către Beneficiar	≤40%	

**Note:**

1. În cazul în care Vânzătorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate conform condițiilor contractuale. În acest caz, în termen de 10 zile de la finalizarea termenului de livrare stabilit conform graficului de livrare (indicat în tabel), Beneficiarul se obligă să informeze CAPCS și Vânzătorul, prin intermediul unui demers oficial, în privința refuzului recepționării bunurilor nelivrate conform graficului de livrare, cu indicarea măsurilor care au fost întreprinse de către Beneficiar, astfel încât să nu fie afectată continuitatea activității sale;

2. Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Vânzătorului mai multe bonuri de comandă- livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea ”conform bonului de comandă – livrare”;

3. În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ 10% conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Vanzătorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare;

4. Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Vanzător cu **5 zile** calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Vanzătorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;

5. În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. **În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Vanzătorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de până la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului.** În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 31 martie 2024. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 31 martie 2024, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2024;

6. Vanzătorul va lua în considerare divizarea materialelor de sutură per cutie, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per bucată, etc.), fiind totodată respectat cuantumul minim indicat în tabelul de mai sus;

*\*Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro.*

## **12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2024**

**13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu**

**14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică**

**15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

**16. 16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA



		<p>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</p> <p><b>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;</li> <li>- pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente <math>\geq 192</math> de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</li> </ul> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p>	
3	Specificația de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p><b>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</b></p>	DA
4	DUAЕ	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p><i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	DA
5	Garanția pentru ofertă	<p>- 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul</p>	DA

		<p>Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2.00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p><b>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor</b></p>	
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	<p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 <b>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</b></p>	DA
<p><b><u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</u></b></p>			
<p><b>Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.</b></p>			
<b><u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</u></b>			
<b><u>Cerinte de calificare obligatorii</u></b>			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	<p>eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	<p>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea</p>	DA

		semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
9	Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmative (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmative (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice/ Manualul de utilizare, cu <u>indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u></b>	DA
12	Declarație de la ofertant	cu privire <b>Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării va constitui: livrate de la 01.01.2024 - 30.06.2024, va constitui:</b> - nu mai puțin de 60% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți; - și de minim 80% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani. <b>Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării, livrate de la 01.07.2024-31.12.2024 va constitui:</b> - nu mai puțin de 40% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți; - și de minim 60% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul	DA

		Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	
13	Prezentarea mostrelor	<p>Mostrele vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.</p> <p>Mostrele vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz).</p> <p>Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018.</p> <p>Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.</p> <p><b>Notă: Neprezentarea mostrelor va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.</b></p>	DA
14	Pentru dispozitivele medicale ofertate, care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale:	<p><b>Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1</b></p> <p><i>La Procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE Către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale</i></p> <p><a href="https://amdm.gov.md/ro/page/notificarea-dm-cu-ce">https://amdm.gov.md/ro/page/notificarea-dm-cu-ce</a> – într-un singur fișier, independent de celelalte fișiere atașate (doar pentru codurile ofertate în formularul specificațiilor tehnice) – original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, însoțită de următoarele documente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat;</li> <li>certificatul de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz;</li> <li>actul prin care producătorul își desemnează reprezentantul;</li> <li>declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor.</li> </ol> <p>Notă: Vor fi transmise în adresa AMDM doar notificările ofertelor calificate.</p>	DA

		<b>Notă:</b> Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Pentru dispozitivele medicale înregistrate din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta numărul de înregistrare.	
<b>Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:</b>			
17	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
18	<b><u>Garanția de bună execuție</u></b>	<p>În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beneficiarul plății: <b>CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE</b></li> <li>2. Denumirea Băncii: <b>Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</b></li> <li>3. Codul fiscal: <b>1016601000212</b></li> <li>4. IBAN: <b>MD23TRPCCC518430B01859AA</b></li> <li>5. cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)”</li> </ol> <p><b><u>Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2025</u></b></p>	DA

**17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 1% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

**Notă: În cazul transferului, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei**

*sau*

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

*Transfer la contul instituției*

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

*sau*

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Notă: Garanția de bună execuție Bancară va fi valabilă la 31 ianuarie 2025**

**Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.**

**Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.**

**19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: nu se aplică.**

**20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică**

**21. Ofertele se prezintă: în lei.**

**22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.**

**23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică**

**24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- conform SIA RSAP MTender
- 25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
- 26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
- 27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
- 28. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
- 29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
- 30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
- 31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
- 32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md)*
- 33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în Mtender.
- 34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
- 35. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis spre publicare la data de 25.08.2023
- 36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 25.08.2023
- 37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

- 38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): \_\_\_\_\_

Conducătorul grupului de lucru:

*/semnat electronic/*

**Gheorghe GORCEAG**