

Specificatie Tehnica Completată

Model: EC38-i10L; DM: DM000459136 Producator: HOYA CORPORATION / PENTAX Medical; Tara: Japonia.

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină ofertată de către autoritatea ofertantă
Video colonoscop tip HD+ sau FullHD	Video colonoscop tip HD+ DA pag. 3 din Brosura i10 Series Endoscopes
Diametru extern al tubului - maxim 13,2 mm	Diametru extern al tubului –13,2 mm DA pag. 6 din Brosura i10 Series Endoscopes
Canalul de lucru 3,8 mm	Canalul de lucru 3,8 mm DA pag. 6 din Brosura i10 Series Endoscopes
Lungimea de lucru 1700 mm	Lungimea de lucru 1700 mm DA pag. 6 din Brosura i10 Series Endoscopes
Unghiul câmpului de vedere minim 140°	Unghiul câmpului de vedere 140° DA DA pag. 6 din Brosura i10 Series Endoscopes
Adâncimea câmpului vizual, în intervalul minim numai mare de 4 mm si nu mai mic 100 mm (4-100)	Adâncimea câmpului vizual, în intervalul minim de 4 mm si nu 100 mm (4-100) DA pag. 6 din Brosura i10 Series Endoscopes
Rata de deflecție (Angulația) sus/jos minim 180°/180°	Rata de deflecție (Angulația) sus/jos 180°/180° DA pag. 6 din Brosura i10 Series Endoscopes
Rata de deflecție (Angulația) stânga/dreapta minim 160°/160°	Rata de deflecție (Angulația) stânga/dreapta 160°/160° DA pag. 6 din Brosura i10 Series Endoscopes
Funcționalitatea mânerului de dirijare:	Funcționalitatea mânerului de dirijare:
a) butoane ≥4	a) butoane – 4 DA pag. 43 din Instrucțiuni de utilizare Videocolonoscope Pentax EC38-i10L
b) înghețarea imaginii – da	b) înghețarea imaginii – DA se programează din video processor din motiv ca fiecare buton se programează individual la necesitatea utilizatorului
c) capturarea imaginii – da	c) capturarea imaginii – DA se programează din video processor din motiv ca fiecare buton se programează individual la necesitatea utilizatorului
d) reglarea tonului de culoare (filtre optice) – da	d) reglarea tonului de culoare (filtre optice) – DA se programează din video processor din motiv ca fiecare buton se programează individual la necesitatea utilizatorului
Compatibil cu tehnologiile prezente în video procesorul sus menționat.	Compatibil cu tehnologiile prezente în video procesorul sus menționat. DA pag. 91 din Instructions for use EPK-i7010 si pag. 2 din Brosura i10 Series Endoscopes
Prezenta tehnologie:	Prezenta tehnologie:
- Flexibilitate gradată a tubului de introducere a colonoscopului.	- Flexibilitate gradată a tubului de introducere a colonoscopului. DA pag. 4 din Brosura i10 Series Endoscopes - i-FLEX™ Graduated Stiffness Design
- Sistem de lucru cu jet de apa sub presiune sau port dedicat pentru irigare cu apă.	- Sistem de lucru cu jet de apa sub presiune sau port dedicat pentru irigare cu apă. DA pag. 6 din Brosura i10 Series Endoscopes – Forward Water jet.
Echipamentul este nou și neutilizat.	Echipamentul este nou și neutilizat. DA
Garanția 12 luni	Garanția 12 luni DA