

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare
publice (Lista Suplimentară 26)**

prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificația Tehnică	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma fără TVA	IMSP Beneficiari
1.	Lotul-1-Hota de laborator de clasa II,	Hota de laborator de clasa II, Cameră de lucru realizată din oțel inoxidabil. Fereastră frontală din sticlă, etanșă la aerosoli. Iluminare în zona de lucru. Lampă UV pentru decontaminare. Fereastră frontală cu posibilitate de deschidere pentru operațiuni de curățare și întreținere. Construcție care permite curățarea și decontaminarea facilă a suprafețelor interioare. Filtrare HEPA sau ULPA pentru aerul evacuat și recirculat. Alimentarea 220V, 50 Hz Set de livrare: Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei alte accesorii standarde pentru funcționarea hotei	Bucată	1	40000.00	SR Singerei
2.	Lotul-2-Set pentru reanimare (Adult /pediatric/nou-nascut)	Set de materiale de resuscitare pentru adulți / pediatric/nou-nascut (balon, măști faciale, laringoscop, sonde de intubație, căi oro-faringiene, nazo-faringiene,sonde de aspirație flexibile, mască laringiană, bujiu de intubare, exchange catetr, conductor, videolaringoscop, fibroscop etc.) care conține toate mărimile necesare, unitate de măsură set	Bucată	2	2700.00	SR Singerei
3.	Lotul-3-Microtom trinocular	Descriere: Microscopul este un instrument optic utilizat pentru vizualizarea obiectelor foarte mici. Domeniu de utilizare: Se utilizează în laboratoarele morfolopatice pentru vizualizarea lamelor histologice. Cerințe funcționale: De masă (benchtop); cu câmp luminos; configurație verticală (upright). Vizualizarea lamelor histologice. Oculare: Tip binocular/trinocular; Mărire minimă 10x; Număr de câmp minim 22; Cu reglaj dioptric; Protecție din cauciuc împotriva luminii laterale; Compensare ametropie +5 - -5; Distanță interpupilară reglabilă; Distanță interpupilară 45 mm - 75 mm; Unghi de înclinare al tubului de observație ≤ 35° Revolver și obiective: Număr de obiective - 5 bucăți; plan-acromatic; Obiectiv 4x; apertură numerică minimă 0,1; Obiectiv 10x; apertură numerică minimă 0,25; Obiectiv 20x; apertură numerică minimă 0,4; Obiectiv 40x; apertură numerică minimă 0,65; Obiectiv 60x; apertură numerică minimă 0,7; Număr de câmp pentru toate obiectivele minim 22. Mecanism de focalizare: Mod de focalizare rapidă și fină; Pas minim de reglaj pentru focalizarea fină maximum 1 μm. Platina: Suport pentru lamă și sistem de deplasare pe axele XY; Bară de ghidaj pe partea dreaptă cu manșon din cauciuc; Suport pentru lamă cu un braț mobil. Sursa de lumină și condensator: Tip LED; Redare naturală a culorilor; Putere luminoasă echivalentă cu lampă halogen de 100 W; Durată de viață minim 50.000 ore; Iluminare prin transmisie;	Bucată	2	1800000.00	Institutul Oncologic

		Reglaj continuu al intensității luminii; Funcție de memorare a luminozității pentru fiecare mărire. Condensator: Tip rabatabil (swing-out); Diafragmă cu diametru reglabil; Interval reglaj diafragmă 1,25x – 100x. Sistem de captură imagine: Cameră video digitală color; Montare cameră tip C-mount sau integrată; Tehnologie CCD sau CMOS; Calitate imagine minim 4K UHD; Rată maximă cadre video minim 25 fps pentru 4K; Dimensiune maximă imagine minim 18 megapixeli; Rezoluție ADC minim 12 biți; Conectare la calculator prin USB sau Wi-Fi; Format imagine 16:9 și 4:3. Funcții speciale: Funcție pentru obținerea imaginilor fără artefacte; Funcție pentru redarea naturală a culorilor și balans automat de alb; Conectare la microscop cu obținerea imaginii din întreg câmpul vizual; Pierdere maximă a diametrului vizual ≤1%. Calculator și software: Compatibil cu microscopul și sistemul de captură imagine; Sistem de operare licențiat; Antivirus licențiat; Monitor minim 24 inch; Rezoluție monitor 4K; Limbă sistem de operare: română; Memorie minimă 500 GB. Software specializat pentru stocarea imaginilor: Compatibil cu sistemul; Posibilitate de stocare, vizualizare și procesare; Funcții de analiză geometrică, analiză de culoare, analiză și clasificare obiecte; Licență nelimitată; Export în formate jpg, bmp și generare rapoarte. Termen de garanție ≥ 36 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Certificate CE, ISO 13485 Instalarea și testarea la destinație da Transportarea și livrarea la destinație da Deservire în perioada de garanție și post-garanție da Prezentarea graficului de mentenanță prevăzut de producător pentru perioada de garanție 3 ani. Indicarea tuturor lucrărilor care se vor îndeplini. da Soft inclus cu parole de acces si licența nelimitata Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Manual de utilizare: În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service în limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore.				
4.	Lotul-4-Microtom semiautomat	Descriere Microtom semi-automat de laborator utilizat pentru a tăia secțiuni extrem de subțiri din materiale, probe biologice, pentru a pregăti mostre a microscopiei de înaltă rezoluție. Parametrul Specificația: Reglaj fin al grosimii de sectionare, μm minim 0.5 – 100μm; Reglaj secțiune fină: 0,5 μm Reglaj grosime de fasonare prin intermediul motorului (Trimming), μm minim 5-500μm; Mecanismul de alimentare orizontală minim 28 mm, ±3 mm; Cursa verticala specimen minim 70 mm;	Bucată	5	1500000.00	Institutul Oncologic

		Retracție specimen automată și dezactivabilă Sistem electro-mecanic pentru setarea precisă a grosimii de secțiune și fasonare, mișcare înainte și înapoi a specimenului prin intermediul motorului pas cu pas; Sistem de control variabil al vitezei de avansare da, minim 3 viteze; Funcție de memorare pentru revenirea rapidă și găsirea poziției anterioare; Roata pivotanta integrată ce se poate bloca în orice poziție; Orientare precisă specimen: verticala, orizontală minim $\pm 8^\circ$, de rotație 360°; Adaptabilitate pentru fiecare cleva de specimen; Potrivire rapidă a suporturilor de cuțit cu ghidaj de precizie; Schimbare rapidă a clemelor pentru specimen; Panou de control multifuncțional ce include tastatură și butoane pentru selecția ușoară a grosimii secțiunii, modului de secționare, controlul vitezei, funcția de memorie și opțiuni de meniu; Ghidaje fără întreținere, cu rulmenți de precizie Compatibil lame low profile și high profile Tensiune de alimentare 230/240 V Frecvență nominală 50/60 Hz Accesorii: - Tava detașabilă pentru resturi cu suport ergonomic pentru mână da, 1 buc - Husa antipraf da, 1 buc - Ulei de ungere da, 1 buc - Perie cu magnet da, 1 buc - Suport casete standard, obligatoriu - Suport lamă low profile da, 1 buc - Suport lamă high profile da, 1 buc - Cuțite low profile da, 2 seturi - Cuțite high profile da, 2 seturi Altele: Termen de garanție ≥ 24 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Instalarea și testarea la locul necesar da Transportarea și livrarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și post-garanție da Prezentarea graficului de mentenanță prevăzut de producător pentru perioada de garanție 3 ani. Indicarea tuturor lucrărilor care se vor îndeplini. da Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Manual de utilizare: în limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service în limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (engleză).				
5.	Lotul-5-Stație de includere în parafină cu anexa de răcire	Descriere: Stația de includere în parafină cu anexă de răcire este un echipament utilizat în laboratoarele de anatomie patologică pentru prelucrarea probelor biologice. Aceasta permite impregnarea și includerea țesuturilor în parafină topită, facilitând obținerea de blocuri solide pentru secționare microscopică. Anexa de răcire asigură solidificarea rapidă a parafinei, contribuind la păstrarea structurii tisulare și la creșterea eficienței fluxului de lucru în laborator. Parametru Specificație Componențe: Unitate de includere Obligatoriu Rezervor parafină Obligatoriu Dispenser parafină Manual sau controlat electronic Suprafață de lucru Cu încălzire Suport casete / matrice Cu încălzire Iluminare LED/Halogen Anexă de răcire Placă rece pentru solidificarea parafinei Unitate de includere Tip echipament Stație de includere în parafină Temperatură parafină Reglabilă, până la $\geq 65^\circ\text{C}$ Control temperatură Electronic Capacitate de includere ≥ 70 casete/blocuri simultan Capacitate rezervor ≥ 2 litri Suprafață de lucru Încălzită, temperatură reglabilă	Bucată	2	800000.00	Institutul Oncologic

		Dispenser parafină Flux controlat prin pedală sau automat Anexă de răcire Tip anexă Placă de răcire pentru parafină Temperatură de lucru minim -8°C ±3°C Suprafață utilă Mai multe blocuri simultan Control temperatură Automat Capacitate de răcire blocuri cel puțin 50 blocuri / casete / forme Stabilitate termică Obligatoriu Funcționalități utile Reglaj independent temperaturi Rezervor, suprafață lucru, suporturi Curățare ușoară Suprafețe netede, accesibile Operare intuitivă Comenzi simple, afișaj clar Funcționare continuă Potrivită pentru lucru zilnic Compatibilitate Casete și matrițe standard Sursă de alimentare 220V, 50 Hz				
6.	Lotul-6-Sistem de integrat automatizat pentru colorarea lamelor și pentru includerea probelor histologice sub lamele de sticlă	Descrierea: Sistem integrat automatizat pentru colorarea lamelor și pentru includerea probelor histologice sub lamele de sticlă. Aceste sisteme preiau lamele cu secțiuni tisulare deparafinate și le colorează standardizat (ex: H&E), apoi aplică mediul de montare și lamelele de sticlă cu precizie robotică. Parametru Specificație Modul de colorare de lame histologice: Capacitatea minim 300 probe pe oră Numărul stațiilor de procesare ≥ 25 Numărul de programe stocate min. 10 programe Numărul de probe în proces ≥ 50 Capacitatea unei tăvi unice până la 1000 ml Setarea intervalului de timp pentru fiecare pas 1s - 59 min Intervalul de temperatură: De la ambient la 65° C Tensiune nominală de alimentare 220 V / 50 Hz Abilitatea de a rula diverse programe în același timp da Funcția de colorare urgentă fără a întrerupe procedura principală de colorare da Auto-Alocare (Funcția de optimizare a reactivelor și folosirea eficientă a stațiilor de colorare) da Sistem de filtrare pentru vapori nocivi cu filtru de carbune activ da Sistem de ventilație da Reglatoare debit apă și dispozitive antisifonare da Sistem de filtrare a apei cu rezervorul inclus, cu instalare la destinație da Sistem de interconectare cu modulul de includere și acoperire a lamelor da Accesorii: Filtru de carbon min. 5 buc Stafia de încărcare min. 5 buc Stafia de descărcare min. 5 buc Ciuvete pentru colorare min. 30 buc Ciuvete pentru spălare min. 5 buc Cosuri pentru lame (20-30 lame cos) min. 30 buc Modul de includere și acoperire a lamelor (coverslipper) Capacitate min. 300 lame /ora Încărcarea /descărcarea rafturilor fără deschiderea capotei da Dozare mediu de montare în funcție de cosul utilizat recunoscut automat da Recunoașterea poziției fiecărei lame în cos, descărcarea fiecărei lame individual și readucerea în aceeași poziție da Panou cu simboluri intuitive da Afișaj pentru mesaje text da Conversie ușoară la alte dimensiuni ale hârtiei da Reîncărcare ușoară, fără bule, a suportului da Rezervor de montare fără presiune cu capacitate până la 250 ml Lamele: Lungime 40, 50, sau 60 mm / ±0.5mm Latime 24 – 25 mm Grosime nr.1 (1 sau 1.5 mm) Compatibil cu lamele de la majoritatea producătorilor Accesorii: Cosuri lame pentru includerea și acoperirea lamelor (20-30 lame cos) min. 10 buc Filtru de carbon pentru modulul de includere și acoperire min. 5 buc	Bucată	1	1800000.00	Institutul Oncologic

		UPS sau baterii de rezerva pentru fiecare modul în parte sau pentru stația de lucru completă da Garanție ≥ 24 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Instalarea și testarea la destinație da Transportarea și livrarea până la destinație da Deservire în perioada de garanție și post-garanție da Prezentarea graficului de mentenanță prevăzut de producător pentru perioada de garanție 3 ani. Indicarea tuturor lucrărilor care se vor îndeplini. da Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), sau în una din limbile de circulație internațională (engleză). Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Manuale de utilizare Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat. Manual de service Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (engleză) Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute.				
7.	Lotul-7-Aparat de curățat instrumentar cu ultrasunet	Descriere: Un echipament utilizat pentru îndepărtarea eficientă a contaminanților, reziduurilor biologice și depunerilor de pe instrumentarul medical prin acțiunea undelor ultrasonice într-o soluție de curățare. Acesta asigură o curățare uniformă inclusiv în zonele greu accesibile ale instrumentelor și reprezintă o etapă importantă înaintea procesului de dezinfecție și sterilizare. Echipamentul este utilizat frecvent în blocuri operatorii, secții de sterilizare și laboratoare medicale. Display digital Capacitate 20-25 l Frecvența ultrasunete 35-40 kHz Putere ultrasunete minim 450 W Temporizator 1 – 99 minute Material construcție din oțel inoxidabil Setarea temperaturii de curățare între 0 și 80 grade Celsius Oprire automată dacă nu mai este apă în rezervor Sistem extern de scurgere Coș special pentru instrumentele delicate Cu capac Alimentare 220V, 50 Hz Cerințe: Anul producerii minim 2025 Garanție minim 24 luni Ghid rapid de utilizare laminat Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.	Bucată	4	120000.00	Institutul Oncologic
8.	Lotul-8-Cântar electronic pentru adulți (220V)	Cîntar electronic pentru adulți (220V) Cod 130710 Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutatei Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare obligatoriu	Bucată	25	115000.00	Institutul Oncologic
9.	Lotul-9-Autoclav cu încărcare orizontală	Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclul de vacuum Cod 270130 Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclul de vacuum, cu încălzire orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termic sensibile, inclusiv produse tolerante la	Bucată	2	600000.00	SR Glodeni

		căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale.Construcția interioară este din oțel inox. Parametrul Specificația Încărcare orizontală Încărcarea și scoaterea casoletelor se efectuează prin 2 uși separate, destinate pentru zona de primire a casoletelor nesterile și zona sterilă 2 uși Posibilitatea de blocarea a unei usi in caz de necesitate Construcția interioară din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire obligatoriu Alarmer acustică, vizuală Durata sterilizartii reglabilă obligatoriu Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea de catre utilizator a regimului de sterilizare dorit obligatoriu Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Ușa ramâne blocată pana la scaderea sfârșitul procesuluide sterilizare obligatoriu Suprafata exterioara să nu se încălzească Imprimantă termică obligatoriu Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura in camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre și post vacuum selectabil Sistem de uscare obligatoriu Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior 100 l, ± 10 l Rafturi minim 2 buc Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: diapazon minim 115 - 134 grade C Precizie temperatură ± 2°C Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare obligatoriu Apa necesară pentru procesul de autoclavare să fie filtrată prin sistem de filtrare automatizat cu auto generarea (curățare) a filtrelor obligatoriu "dedurizare a apei cu min. 2 nivele de filtrare, sa se indice modelul oferit " să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcționare a autoclavului pentru perioada de 24 luni Înregistrator date obligatoriu Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura presiune Alimentare Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz					
10.	Lotul-10-Unitate radiografie digitală pr consolă mobilă Caract medii	Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii) Cod 210110 Descriere Sistem radiografic digital pe consolă mobilă Parametru Specificație Dimensiuni Greutate maxima acceptabila ≤ 450 kg Puterea generator ≥ 32 kW ANOD TUB Raze X Capacitate termică, HU ≥ 30000 kV, Diapazon ≥ 40-125 mA Diapazon ≥ 50-400 mAs Diapazon Ajustabil Pata focală, mm "Pata focală, mm 0.8 -1.3, ±0.2 pata focala mica 0.6-0.8	Bucată		1	800000.00	SR Orhei

	pata focala mare 1.1-1.3" Timp de expunere diapazon minim 0,001-4,0 s SID DIAPAZON, cm ≥ 140 Rotirea bratului in jurul axei orizontale ± 90 INDICATORI Tip Digital kVp Digital mAs Digital DETECTOR DIGITAL Tip CSI Rezoluție matrice $\geq 2560 \times 3072$ pixels Pixel $\leq 140 \mu\text{m}$ Gradație ≥ 16 biti Dimensiune, cm $\geq 35 \times 43$ Timp pînă la apariția imaginii Max 5 sec Tip conectare la unitate Wi-Fi Baterii min. 2 buc. autonomie in regim de utilizare pentru o baterie de minim 7 ore Incarcator baterie(cu 2 sloturi) obligatoriu DAP-metru obligatoriu Colimator Rectangular obligatoriu Camp maxim la 1 m SID – 43×43 cm obligatoriu Illuminare LED Minim 160 lx Indicator SID minim 1 m, 1.5 m, 1.8 m CENTRARE PACIENT/ LUMINA COLIMATOR obligatoriu CERINȚE ALIMENTARE Toate componentele echipamentului electric se vor conecta la priză prin fișă de rețea de tip F "Schuko" Electricitate: 220 Volți monofazic, Frecvența 50 Hz Cablu Minim 5 m Loc lucru (PC1) integrat in consola mobila Loc lucru laborant: PC cu accesorii, monitor si SW integrat pentru achizitie si prelucrare/stocare a imaginilor x-ray, interfata control generator obligatoriu CPU $\geq$ Core i7, sau echivalent Sistem de operare Ubuntu / Windows 10 sau mai avansat Memorie operativa ≥ 8 Gb Memorie HDD/SSD ≥ 500 Gb sau stocarea a minim 20000 imagini Recorder DVD/RW obligatoriu Accesorii tastatura mouse - optional Monitor LCD medical, Touch screen, (IPS fara stralucire) ≥ 19 inch SW: Baza de date pacienti, posibilitate de vizualizare si redactare a imaginilor captate de pe detector obligatoriu Detectare pozitionare corecta a grilei (conform APR) obligatoriu Posibilitate de configurare a tabelor APR obligatoriu Legatura cu generatorul de raze -x prin intermediul tabelor APR obligatoriu Menegmentul dozei acumulate de pacient (legatura cu DAP-metru) obligatoriu Legatura cu Server DICOM (DICOM MWL SCU) obligatoriu Posibilitate de lucru cu multiple Servere (DICOM store SCU) obligatoriu Posibilitate de conetare printer (DICOM print SCU) obligatoriu Stocare pe purtator optic (CD, DVD) a imaginilor in format DICOM obligatoriu Posibilitate diagnosticare ajustare SW de la distanta obligatoriu WiFi $\geq 802.11\text{b/g}$ Compatibilitate totala DICOM 3.0 Loc lucru (PC2) medic Loc lucru medic imagist: PC cu accesorii, monitor si SW integrat pentru prelucrare/ stocare, schimb de date cu reteaua DICOM obligatoriu Procesor $\geq$ Core i7, sau echivalent Sistem de operare Ubuntu / Windows 7 sau mai avansat Memorie operativa ≥ 8 Gb Memorie HDD ≥ 1 Tb Recorder DVD/RW da Accesorii claviatura, maus, UPS da Monitor LCD Medical IPS fara efect de stralucire ≥ 21 inch, 2Mpx SW: Baza de date pacieti, posibilitate de vizualizare si redactare a imaginilor primite de la locu de lucru 1 si reteua DICOM				
--	--	--	--	--	--

		obligatoriu Legatura cu Server DICOM (DICOM MWL SCU) obligatoriu Posibilitate de lucru cu multiple Servere (DICOM store SCU) obligatoriu Posibilitate de conectare printer (DICOM print SCU) obligatoriu Stocare pe purtator optic (CD, DVD) a imaginilor in format DICOM obligatoriu Posibilitate diagnosticare ajustare SW de la distanta obligatoriu Compatibilitate totala DICOM 3.0 Alimentare electrica 220V, 50Hz cu impamintare obligatoriu Accesorii Complet de procetie radiologic (guleras, sort, fusta) 1 set. Sirma mobila cu fereastră pe rotile de protectie x-ray a tehnicianului in timpul expunerii obligatoriu Instalare/service Instalare inclusiv raport de evaluare a calitatii (Controlul calitatii sau raport de testare de la producator) obligatoriu Existenta centru de deservire in RM cu ingineri locali acreditati de producator obligatoriu Posibilitatea de service post garantie (contra plata) pe un termen de min 7 ani				
11.	Lotul-11-Dispozitive electro-chirurgicale (diatermocoagulator caracteristici avansate)	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) Cod 280220 Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mână obligatoriu Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar obligatoriu Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 400 W ≥ 300 Ohm Coagulare ≥ 150 W ≥ 250 Ohm Bipolar Tăiere ≥ 120 W ≥ 200 Ohm Coagulare ≥ 120 W ≥ 100 Ohm "Regimuri de lucru preselectate" Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri Funcție de autotestare obligatoriu Canal de ieșire independentă obligatoriu Indicatoare acustic vizual Control volum sunet obligatoriu Accesorii Cablul pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc., să se indice codul produsului Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ coagulare), reutilizabil minim 100 clicuri, cablu min 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc., să se indice codul produsului Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului Cablul pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc., să se indice codul produsului Pedală dublă 1 buc., să se indice codul produsului	Bucată	2	84560.00	SR Causeni
12.	Lotul-12-Ventilatoare pulmonare Adult, pediatric	Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de bază) Cod 110320 Descriere "Ventilatoare mecanice oferă suport ventilator temporar sau permanent pentru pacienții care nu pot respira pe cont propriu sau care au nevoie de asistență, menținând o ventilare adecvată. " Parametrul Specificația Tip Mobil, pe suport cu roțile obligatoriu Tip pacient Adult, pediatric obligatoriu Gama de control/setări Volum total diapazon min. 20-2,000 mL Flux inspir diapazon min. 6-180 L/min Presiune inspir diapazon min. 1-80 cm H2O	Bucată	8	2021280.00	SR Causeni

	Rata respiratorie diapazon min. 1-100 rpm Timp inspir diapazon min. 0-3 s. Rata I:E 1:4 la 4:1 FiO2, % 21-100 Buton pentru respirație manuală obligatoriu PEEP/CPAP diapazon min. 0-45 cm H2O Suport presiune diapazon min. 0-45 cm H2O Mecanism trigger Presiune Flux Ajustarea presiunii pantă/rampă obligatoriu Funcția suspin obligatoriu Buton 100 % O2 obligatoriu Timpul maxim activ al butonului 100 % O2 2 min Blocarea panoului de control obligatoriu Moduri de operare Modul A/C A/C Volum respirator obligatoriu A/C presiune respiratorie obligatoriu Modul SIMV SIMV volum respirator obligatoriu SIMV presiune respiratorie obligatoriu Modul CPAP CPAP, CPAP/suport presiune (PS) obligatoriu Modul Apnea-backup obligatoriu Ventilație neinvazivă, NIV obligatoriu Parametri monitorizați/afișați Presiunea inspiratorie maximă obligatoriu Presiunea medie în căile respiratorii obligatoriu Presiunea PEEP obligatoriu Volumul total obligatoriu Monitorizarea FiO2 obligatoriu Rata respiratorie obligatoriu Timp inspir obligatoriu Timp expir obligatoriu Rata I:E obligatoriu Volumul minutar spontan obligatoriu Alarme pacient FiO2 mare/mic obligatoriu Volum minutar mare/mic obligatoriu Presiune inspir mare/mică obligatoriu PIP mare obligatoriu PEEP mare obligatoriu Lipsă PEEP obligatoriu Apnea obligatoriu Presiune/ocluzie continuă ridicată obligatoriu Inversare IE obligatoriu Circuit respirator deconectat obligatoriu Alarme echipament Lipsă alimentare gaz obligatoriu Lipsă alimentare electrică obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Eroare de sistem Sensor decalibrat, scurgere prin valve Autodiagnostic obligatoriu Interfața Raportarea alarmelor și starea pacientului Afișare pe display obligatoriu Posibilitatea conectării în rețea centralizată obligatoriu Display LCD TFT obligatoriu Mărimea ≥ 12 inch Compresor de aer sau turbină integrat în dispozitiv obligatoriu Alimentare Pneumatică Gazele comprimate aer, O2 Presiunea în rețea 3 - 6 bar Electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Timp operare baterie ≥ 1 h Accesorii Circuit respiratoriu tip reutilizabil Adult 2 set., să se indice codul produsului Mască respiratorie tip reutilizabilă Adult 2 set., să se indice codul produsului Umidificator Indicați modelul oferit model				
--	--	--	--	--	--

		Cameră de umidificare tip reutilizabilă 1 set., să se indice codul produsului Compatibil cu ventilatorul obligatoriu Suport pe roțile Să se indice modelul oferit model Min. 4 roțile obligatoriu Min. 2 roți cu frână obligatoriu Braț articulat pentru fixarea furtunelor respiratorii obligatoriu Suport pentru fixarea/atașarea cablurilor electrice, furtunul aer, oxigen pentru transportare, depozitare obligatoriu Mîner pentru transportare obligatoriu				
13.	Lotul-13-Mașină de anestezie (caracteristici de bază)	Mașină de anestezie (caracteristici de bază) Cod 110110 Descriere Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical Parametru Specificația Prize de gaz O₂, Aer Display mașina de anestezie Color TFT sau LCD Debitmetre tipul Mecanice gaz O₂, Air gama, L/min diapazon min. 1 - 15 Vaporizator tip vaporizator acceptate Izofluran obligatoriu Sevofluran obligatoriu Halothan obligatoriu număr de vaporizatoare instalate la dispozitiv ≥ 1 unitate obligatoriu Sevofluran obligatoriu interlock obligatoriu sistem de absorbție obligatoriu Mecanisme de siguranță siguranța O₂ acustică, vizuală siguranță de amestec hipoxic obligatoriu Ventilator automat tip pacient Adult, Pediatric, Neonatal moduri de ventilație Manual/spontan, VCV, PCV, PS volumul Tidal, ml diapazon min. 20-1500 frecvența respirației/minut diapazon min. 5 - 100 fluxul inspirator, L/min diapazon min. 3-40 raportul I:E minim 4:1 la 1:4 pauză de inspirație obligatoriu limita de presiune, cmH₂O diapazon min. 10-70 PEEP, cmH₂O diapazon min. 4-30 Sistem de autodiagnostic testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice) obligatoriu Sistem de management al consumului de agent anestezic opțional Parametri monitorizați și afișați pe display Presiunea de aer Alarmă de înaltă presiune obligatoriu Alarmă presiune subatmosferică obligatoriu Continuarea alarma presiune obligatoriu Presiune scăzută / apnee obligatoriu Alte alarme de presiune obligatoriu Volumul expirator / flux obligatoriu Volumul minut, l/min obligatoriu Concentrația de O₂ Alarmă apnea obligatoriu Timp de răspuns, sec <30 Concentrația de CO₂ Alarmă apnee obligatoriu Monitorizare agent Tipul de agenți Halothan, isofluran, sevofluran Auto indentificarea gazelor anestezice obligatoriu Alarmă concentrare agent obligatoriu Determinarea și afișarea valorii MAC obligatoriu Modulul de gaze încorporat la mașina de anestezie obligatoriu determină concentrațiile de gaze: O₂, CO₂, agenți anestezici obligatoriu Celulă determinare O₂ tip paramagnetică sau galvanică obligatoriu Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale display Color TFT sau LCD obligatoriu monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale obligatoriu	Bucătă	2	874840.00	SR Causeni

		Posibilitatea de fixarea a monitorului de/pe mașina de anestezie obligatoriu baterie internă reîncărcabilă obligatoriu interfață de comunicare cu altele obligatoriu Modulele hemodinamice incluse Electro-cardio-grama (ECG) frecvența cardiacă obligatoriu traseul ECG obligatoriu analiza și măsurarea segmentui ST obligatoriu determinarea cel puțin 20 de aritmii obligatoriu Puls-oximetria (SpO2) fotopletismografia obligatoriu valoarea SpO2 obligatoriu indicile de perfuzie obligatoriu Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP) obligatoriu Respirația (impedența transtoracică) obligatoriu Temperatura obligatoriu Alarmer prioritare 3 Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Prize auxiliare 220V ≥ 3 buc obligatoriu Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu autonomie de lucru ≥ 1h obligatoriu Sertar pentru depozitare ≥ 3 buc obligatoriu Frână centralizată pentru fixarea aparatului sau sistem clasic de blocare a minim două roți obligatoriu Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar Accesorii Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat 1 buc. Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen 1 buc. Circuit de ventilare Adult, reutilizabil ≥ 2 set., să se indice codul articolului Plămîn de test Adult, reutilizabil ≥ 2 buc., să se indice codul articolului Senzor de flux Reutilizabil ≥ 1 buc., să se indice codul articolului Filtru antibacterial Adult, unică utilizare ≥ 100 buc., să se indice codul articolului Accesorii modul de gaz Adult ≥ 2 set., să se indice codul articolului Cablu ECG Adult, reutilizabil 3 fire ≥ 1 buc., să se indice codul articolului Electrozi ECG Adult, unica utilizare ≥ 100 buc., să se indice codul articolului Senzor SpO2 Adult, reutilizabil ≥ 1 Buc., să se indice codul articolului Manșete NIBP Adult, reutilizabilă ≥ 2 buc., să se indice codul articolului Adult mare, reutilizabilă ≥ 2 buc., să se indice codul articolului Senzor de temperatură Adult, reutilizabil ≥ 1 buc., să se indice codul articolului				
14.	Lotul-14-peakflow metru	Domeniul de măsurare 50-800 lit/min Va conține markeri colorați ce permit pacientului și medicului monitorizarea schimbărilor în debitul de aer. Pini indicatori pentru definirea intervalelor (normal, patologic) Se calibrează în mod individual Indicatori de zonă: Verde - Galben - Rosu. Accesorii: piese de gură de unică folosință – 300 buc.	Bucată	3	1200.00	AMT Riscani
15.	Lotul-15-Balanță Electronică 0-500g	Capacitatea maximă de cântărire: 500 g, cu 3 zecimale; afișaj LCD; schimbarea unităților de măsură.	Bucată	2	12000.00	AMT Riscani
16.	Lotul-16-Lentila Volk 170520	Descriere Lentila Volk permite efectuarea oftalmoscopiei indirecte Parametru Specificație Dioptrii 90 D Mărire (spot) laser ≤0,94x Distanța de focusare, mm ≤ 40 mm	Bucată	2	20000.00	AMT Riscani
17.	Lotul-17-Riglă schiascopică	Medicul evaluează capacitatea de refracție a ochiului în funcție de direcția de mișcare a acestei zone întunecate Măsurarea de capacitatea de refracție a ochiului în funcție de direcția de mișcare a acestei zone întunecate + 0 - 9 dioptrii adăugător +0,5 - +10 dioptrii - 0 - (-9) dioptrii adăugător -0,5 - (-10) dioptrii	Bucată	1	500.00	AMT Riscani
18.	Lotul-18-Test Worth binocular+ochelari	TEST Worth binocular cu ochelari Lumină roșie și verde. Lentila 4 LED-uri Ochelari Distanță de testare: 5 m. Luminozitate: da	Bucată	1	1000.00	AMT Riscani

		Montare pe perete. Alimentare: 230 V 50-60 Hz				
19.	Lotul-19-Tonometru Maclacov mecanic	Tonometrul lui Maklakov este conceput pentru a măsura presiunea intraoculară. Setul include un set de două greutateți metalice, un suport și rigle de măsurare plasate într-o carcasă. Tonometrul Maklakov are o riglă de măsurare cu o scară, numerele pe care arată valoarea presiunii intraoculare tonometrice în milimetri de mercur. Tonometrul Maklakov are următoarele caracteristici funcționale: - Măsurăți presiunea intraoculară.		4	2000.00	AMT Riscani
20.	Lotul-20-Trusă de lentile optice 266 elemente	Lentile:Sticlă optică albă 22mm diametru sferă/ 22x18 mm cilindru Cadru/ramă: Titan sau material similar Montură/ramă de probă inclusă în set care permite montarea până la 4 perechi de lentile: Obligatoriu Lentile sferice: 35 perechi concave și 35 convexe 0,12 0,25...3,75 cu pasul 0,25D 4,00...7,50 cu pasul 0,50D 8,00...16,00 cu pasul 1,00D 18,00, 20,00 Lentile cilindrice: 17 perechi concave și convexe 0,12 0,25...2,50 cu pasul 0,25D 3,00...5,00 cu pasul 0,50D 6,00 Prisme: Dioptria 0,50 – 2 perechi 1,00 – 2 perechi 2,00 – 2 perechi 3,00 – 1 pereche 4,00 - 1 pereche 5,00 - 1 pereche 6,00 - 1 pereche 8,00 - 1 pereche 10,00 - 1 pereche Lentile auxiliare: Ocluzor (BL) – 1 buc. Diafragmă cu fantă (SS) – 1 buc. Filtru roșu (RF) – 1 buc. Filtru verde (GF) – 1 buc. Cilindru Maddox (MR) – 2 buc. Diafragma cu punct (PH) – 1 buc. Placă mată (FL) – 1 buc. Placă plan-paralelă (PL) – 1 buc. Cilindri încrucișați (CL) – 2 buc. Cilindri încrucișați x0,25D, x0,50D – 2 buc Verificare periodică/metrologică valabilă: Da Produs nou: Da Servietă de transport: Obligatoriu Manual de utilizare în limba română: Da Garanție: minim 24 luni	Bucată	3	36000.00	AMT Riscani
21.	Lotul-21-Optotip iluminat mixt copii-adult	Optotip oftalmic cu litere, desene(imagini) și cerceulețe, iluminare cu neon/LED Date tehnice: Design ergonomic, realizat din aluminiu sau alte material echivalente. Distanță de testare: 5 m. Luminozitate: 80-320 CD/mp. Montare pe perete. Alimentare: 230 V 50-60 Hz	Bucată	4	20000.00	AMT Riscani
22.	Lotul-22-Dinamometru	Greutate: ≤ 1 kilogram. Alimentare: baterii (incluse în pachet). Memorie: Capacitate de salvare și reamintire a rezultatelor testelor anterioare. Analiză Comparativă: Afișează creșterea sau scăderea incrementală a forței față de ultima înregistrare. Evaluare Automată: Clasificarea rezultatelor în trei categorii: „Slab”, „Normal” sau „Puternic” (bazată pe vârstă și sex). Unități de Măsură: Comutare facilă între kilograme (kg) și livre (lbs).	Bucată	1	50000.00	AMT Riscani

23.	Lotul-23-Termometru pentru frigider	Descriere: Este un termometru precis pentru masurarea temperaturii din frigider sau lada frigorifica precum si orice incapere. Specificatii tehnice: • Aparatul detine metrologie. • Intervalul de temperatură : -30 până la +30 ° C. Functii speciale: • nu contine mercur sau alte substante periculoase. • nu are nevoie de baterii pentru a functiona. • Este dotat cu carlig de fixare si poate fi agatat de politele frigiderului sau de perete	Bucată	60	3000.00	AMT Riscani
24.	Lotul-24-Cabinet PCR	Descriere: stație de lucru de laborator cu curățare UV ADN/ARN, concepută pentru a crea un mediu curat și fără contaminare pentru configurarea PCR și alte fluxuri de lucru legate de acidul nucleic. Tipul cabinetului – benchtop (de masă) Materialul pereților: Spate: oțel inoxidabil. Laterale și față: sticlă Materialul suprafeței de lucru: Oțel inoxidabil Lampă UV deschisă: Da Nivelul radiațiilor UV: ~ 18 mW / cm2 / sec Setare digitală a orei pentru expunerea directă la UV: 1 minut–24 ore / non-stop (increment 1 minut). Recirculator UV: Da Lampă de zi (pentru iluminarea zonei de lucru): Da Protecție UV: >96%, folie de protecție UV Zona de lucru: 1200 ±50 mm × 550÷50 mm Caracteristici de siguranță: Oprire automată a lămpii UV atunci când ecranul este deschis Dimensiuni totale (W×D×H): 1230-1270 mm × 580-650 mm × 570-700 mm Cerințe generale: Anul producerii minim 2025 Garanție minim 24 luni Ghid rapid de utilizare laminat Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana Manual de service limba engleza, romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.	Bucată	2	165120.00	Institutul Oncologic
25.	Lotul-25-Sistem de arhivare pentru lame histologice	Tip echipament: Dulap/modul profesional pentru arhivare lame histologice Metal vopsit electrostatic sau oțel anticoroziv Sertare compartimentate pentru lame, standard 26×76 mm Capacitatea minim 5000 lame Minim 10 sertare Sertare cu glisare silențioasă Suprafețe rezistente la dezinfectanți de laborator Sistem anti-răsturnare Anul producerii minim 2025 Garanție minim 24 luni	Bucată	1	30000.00	Institutul Oncologic
26.	Lotul-26-Sistem automat avansat pentru procesarea histologică a țesuturilor	Descriere: Sistem automat avansat de procesare a țesuturilor efectuată printr-o tehnologie inovatoare pentru mărirea fluxului de lucru în laboratorul anatomie patologică în diagnosticarea cancerului, reducerea considerabilă a timpului de așteptare a procesării țesuturilor, prelucrarea se realizează la temperaturi convenționale de procesare și fără microunde, și oferă rezultate de procesare rapide de calitate înaltă. Sistem închis – da, echipamentul trebuie să fie de tip închis, dar să permită utilizarea reactivilor histologici standard, fără obligativitatea utilizării reactivilor dedicați. Destinat laboratoarelor cu volum mare și să permită managementul avansat al fluxului de lucru și al procesării rapide. Interfața cu ecran tactil si soft operare intuitiv, rezistent la solvent. Configurarea protocoalelor personalizate – minim 10 Capacitatea de procesare ≥300 casete Număr de retorte ≥1 Procesare paralelă – da, în cazul mai multor retorte. Prezenta protocoalelor rapide validate clinic, procesare cu reactivi standard, care să permită: - procesarea biopsiilor cu grosime 1-3 mm în maxim 2 ore; - procesarea pieselor de rutina (surgical specimen) cu grosime de aproximativ 3 mm în maxim 5 ore;	Bucată	1	1100000.00	Institutul Oncologic

		- procesarea pieselor de rutina cu grosimea de până la 5 mm în maxim 7 ore. Protocoloalele trebuie să fie compatibile cu obținerea de blocuri FFPE adecvate pentru: - histologia de rutină (H&E); - imunohistochimie (IHC); - aplicații moleculare, inclusiv analize ADN/ARN; Validarea clinică trebuie să fie documentată de producător. Sistem activ de schimb a reactivelor bazat pe vacuum și/sau presiune controlată, sau sistem dinamic echivalent de distribuție a reactivelor. Sistem automat de monitorizarea a reactivelor: - monitorizarea stării reactivelor; - evaluarea calității reactivelor (direct sau indirect); - prevenirea utilizării reactivelor neconformi; - trasabilitatea completă a utilizării; - evidența electronică a ciclurilor și consumului. Numărul stațiilor de reactivi ≥ 10 Numărul stațiilor de parafină ≥ 3 Trasabilitatea completă a proceselor: - Evidența și istoricul ciclurilor de procesare; - monitorizarea și evidența utilizării reactivelor; - identificarea parametrilor utilizați în cadrul proceselor; - posibilitatea de documentare retrospectivă completă a ciclurilor de procesare și utilizării reactivelor în scop de audit și control al calității, inclusiv posibilitatea exportului și arhivării datelor; - monitorizarea și/sau identificarea reactivelor și a etapelor de procesare prin metode electronice integrate. Sistem avansat de management și filtrare a vaporilor, destinat reducerii expunerii personalului la vapori de formaldehidă și solvenți (protecția personalului și reducerea emisiilor de vapori toxici în mediul laboratorului): - filtrare pe bază de carbon activ și/sau tehnologii echivalente pentru absorbția compușilor volatili; - ventilație dedicată atât pentru zona de stocare a reactivilor, cât și pentru camera de procesare; - sistem automat de evacuare sau aspirare a vaporilor la deschiderea camerei de procesare. Histoprocesorul trebuie să permită finalizarea în siguranță a ciclului de procesare în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, prin sistem propriu sau prin asigurarea cu o sursă externă de alimentare neîntreruptibilă (UPS). Garanție ≥ 36 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Instalarea și testarea la destinație da Transportarea și livrarea la destinație da Deservire în perioada de garanție și post-garanție da Prezentarea graficului de mentenanță prevăzut de producător pentru perioada de garanție 3 ani. Indicarea tuturor lucrărilor care se vor îndeplini. da Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), sau în una din limbile de circulație internațională (engleză). Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Manuale de utilizare Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat. Manual de service Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (engleză). Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute.				
27.	Lotul-27-Sistem automat de distilare și reciclare formalină (cu funcție multi-solvent)	Destinația: Sistemul este destinat reciclării formalinei tamponate neutre (10% NBF) utilizate în laboratoarele de histopatologie, prin procesul de distilare fracționată, în scopul eliminării resturilor biologice, grăsimilor și pigmentilor. Echipamentul trebuie să permită, prin configurare, și recuperarea altor solvenți de laborator (xilen, alcooli). Tipul de control – complet automat prin microprocesor, cu memorie pentru programele de distilare, asigurând reproductibilitatea procesului. Volum de procesare 8-11 litri per ciclu de lucru Model tip compact (benchtop sau mobil), adaptabil spațiilor de lucru restrânse din laborator. Construcția: cameră de fierbere și componente interne din oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la acțiunea corozivă a formaldehidei și a reziduurilor biologice. Principiul de funcționare: distilarea fracționată automatizată a formalinei. Sistem automat de control al temperaturii și presiunii.	Bucată	1	480000.00	Institutul Oncologic

		Formalina rezultată trebuie să fie clară, fără resturi celulare sau grăsimi, menținând pH-ul neutru (7.0 ± 0.2) și concentrația de 10% (NBF) fără a necesita aditivi externi în mod uzual. Sistemul trebuie să ofere capacitatea tehnică de a recicla și alți solvenți (xilen, alcoolii etilic/izopropilic). Funcția multi-solvent să permită selectarea de programe presetate (de ex: minim pentru Xilen și Alcoolii). Recuperarea a minimum 80% din volumul de formalină încărcat. Recuperarea a minimum 90% pentru xilen și alcool. Rata medie de distilare minim 3 litri pe oră. Pompe integrate pentru alimentarea cu deșeuri și descărcarea reactivului curat, reducând expunerea personalului la vapori toxici. Sistem de filtrare cu cărbune activ încorporat pentru operare în condiții de siguranță fără a fi necesară o hotă chimică. Monitorizare automată pentru temperatură, nivel de lichid (anti-preaplin) și oprire de urgență în caz de defecțiune. Furnizorul va include în oferta tehnică și financiară un pachet complet de consumabile necesar pentru operarea continuă a echipamentului pentru o perioadă de 12 luni, bazat pe o medie de 6 cicluri de distilare pe săptămână. Furnizorul va livra, împreună cu sistemul de distilare și un pH-metru digital portabil (acuratețe ± 0.01 pH) cu funcție de compensare automată a temperaturii (ATC), necesar pentru validarea calității formalinei reciclate. Pachetul va include și soluțiile de calibrare necesare pentru primele 12 luni de operare. Echipamentul trebuie să fie certificat conform standardelor UL 2208 (Standard for Solvent Distillation Units) și UL 61010-1 (Safety Requirements for Electrical Equipment for Laboratory Use) sau echivalentele europene (CE/EN), garantând operarea sigură cu lichide inflamabile. Cerințe: Anul producerii minim 2025 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba română; Manual de service limba engleză sau română; Ghid rapid de utilizare laminat. Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personalul ingineresc. Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.				
28.	Anulat	Anulat	Bucată			Anulat

Valoarea estimativă fără TVA: 12 479 200,00 lei

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru toate loturile.
- 3) Pentru mai multe loturi.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de	DA

		către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei "Accesorii Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferite de operatorul economic. Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale."	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA

5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de	DA

		către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	
<u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</u> Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. <u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</u> <u>Cerințe de calificare obligatorii</u>			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA

12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - (dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen) originală,	DA

		confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit	DA
20	Declarație de la ofertant	cu privire la livrarea componentelor sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
21	Cerințe pentru mijloace de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic	Se vor prezenta următoarele documente conform HG 1042/2016 - Certificat de aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil; - Buletin de verificare metrologică inițială -valabil;	DA

22	Cerințe pentru mijloace de cântărit	Se vor prezent următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă; La livare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripționări: - marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar; - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumira comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăți de cerc; - limita maximă de cântărire sub forma Max...; - limita minimă de cântărire sub forma Min...; - diviziunea de verificare sub forma e =...; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cântărit neautomate construite din elemente separate care se assemblează, marca de identificare pe fiecare eliment; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...; - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...; - diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...; - sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...;	DA
----	-------------------------------------	--	----

		- limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C; - raportul dintre receptorul de greutate și sarcină. De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organisme de evaluare a conformității notificate, acreditate de organisme naționale de acreditare semnate ale Acordului de recunoaștere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba română și confirmate prin semnătura importatorului.	
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
23	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
24	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 1%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 15.06.2026
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 16.06.2026
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):
 da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG