

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1780653133737					Data: 09.06.2026	Alternativa nr.: N/A	
Denumirea licitației:		Servicii de demontare a angiografului OPTIMA CL 323i						Pagina: 1 din 1	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
	1	Servicii de demontare a angiografului OPTIMA CL 323i	Servicii de demontare a angiografului OPTIMA CL 323i	OPTIMA CL 323i	Franta	GE MEDICAL SYSTEMS SCS	<p>Servicii de demontare a angiografului OPTIMA CL 323i:</p> <ul style="list-style-type: none"> -deconectarea electrică a cablajelor si a alimentării echipamentului. - demontarea accesoriilor și a componentelor majore ale sistemului (partea digitală , UPS etc.) - securizarea și fixarea componentelor mobile pentru transport -detașarea componentelor grele (suportul tubului radiologic, baza de fixare în pardoseală). - pregătirea echipamentului pentru manipulare și evacuare în conditii de siguranță. 	<p>Servicii de demontare a angiografului OPTIMA CL 323i:</p> <ul style="list-style-type: none"> -deconectarea electrică a cablajelor si a alimentării echipamentului. - demontarea accesoriilor și a componentelor majore ale sistemului (partea digitală , UPS etc.) - securizarea și fixarea componentelor mobile pentru transport -detașarea componentelor grele (suportul tubului radiologic, baza de fixare în pardoseală). - pregătirea echipamentului pentru manipulare și evacuare în conditii de siguranță. 	Conform documentației și instrucțiunilor producătorului GE Medical Systems pentru OPTIMA CL 323i

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Natalia Chicu În calitate de: administrator

Ofertantul: "Intermed" SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2