

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:	Achizitii.md ID 21062359, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1661510871842 din „26” august 2022
Obiectul achiziției:	Medii de cultură(repetat)

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 14 Reactivi/consumabile pentru Vitek (știință)							
14.1	Card Vitek 2AST-ST03 pentru testarea sensibilitatii la antibiotice a speciilor de Streptococcus pneumoniae, Streptococi beta hemolitici si streptococi Viridans	421040_VITEK AST-ST03	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucată =set/ 20 carduri cu 17 antibiotice si testul: rezistenta inductibila la Clindamicina	421040_VITEK AST-ST03. Cardul pentru testarea sensibilității la speciile de Streptococcus, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea <i>S. pneumoniae</i> , <i>Streptococcus beta-hemolitic și Viridans Streptococcus</i> la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/set. Bucată = set. Conform cerințelor	CE, ISO
14.2	Tuburi de polistiren (transparente 12x75 mm)	EQ_69285_POLYSTYRENE TUBES (12X75 mm)	Franța	bioMérieux SA	Bucată =cutie cu 2000 tuburi transparente, 12x75 mm	EQ_69285_POLYSTYRENE TUBES (12X75 mm). Clare, pentru analizatorul VITEK® 2. Ambalaj: Cutie 1x2000 tuburi. Bucată = cutie. Accesoriile nu sunt IVD si nu au nevoie de CE	ISO
14.3	Vitek 2 GP – carduri de identificare bacterii Gram pozitive (specii de Enterococcus, Gemella, Lactococcus, Leuconostoc, Listeria, Staphylococcus, Streptococcus, Globicatella, Granulicatella, etc.)	21342_VITEK 2 GP	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucata= set/ 20 carduri cu 43 de teste biochimice	21342_VITEK 2 GP. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-pozitivi (GP) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Ambalaj: 20 carduri/set. Bucată = set. Conform cerințelor	CE, ISO
LOT 15 Reactivi/consumabile pentru Vitek							
15.1	Card Vitek 2 GN pentru identificarea m/o Gram negative fermentative si nefermentative	21341_VITEK 2 GN	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucata= set/ 20 carduri	21341_VITEK 2 GN. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-negativi este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/set. Bucată = set	CE, ISO
15.2	Card Vitek 2 GP pentru identificarea m/o Gram pozitive	21342_VITEK 2 GP	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucata= set/ 20 carduri cu 43 de teste biochimice	21342_VITEK 2 GP. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-pozitivi (GP) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Ambalaj: 20 carduri/set. Bucată = set. Conform cerințelor	CE, ISO
15.3	Card Vitek 2 ANC pentru identificarea bacteriilor anaerobe si specii de Corynebacteriu, Clostridium	21347_VITEK 2 ID ANC	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucata= set/ 20 carduri	21347_VITEK 2 ID ANC. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea anaerobilor și corinebacteriilor (ANC) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a speciilor de microorganisme anaerobe și din genul <i>Corynebacterium</i> cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/set. Bucată = set	CE, ISO

15.4	Card Vitek 2 AST-N75 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative, ESBL confirm	413432_VITEK 2 AST-GN75	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucata= set/ 20 carduri	413432_VITEK 2 AST-GN75. Cardurile pentru testarea susceptibilitatii bacililor Gram negativi VITEK® 2 sunt destinate utilizarii cu sistemele VITEK 2 in laboratoarele clinice ca test <i>in vitro</i> pentru a determina susceptibilitatea la agentii antimicrobieni abacililor Gram negativi aerobi cu semnificatie clinica conform instructiunilor din Buletinul Informativ Online al Produsului. Ambalaj: 20 carduri/set. Bucata = set	CE, ISO
15.5	Card Vitek 2 AST-N204 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative, ESBL confirm	412865_AST-N204 VITEK	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucata= set/ 20 carduri	412865_AST-N204 VITEK. Cardul pentru testarea sensibilitatii la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat impreuna cu VITEK® 2 Systems in laboratoarele clinice ca metoda de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi cu cea mai mare semnificatie din punct de vedere clinic la agentii antimicrobieni, conform instructiunilor. Ambalaj: 20 carduri/set. Bucata = set	CE, ISO
15.6	Card Vitek 2 AST N-397 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente	423588_AST-N397 TEST KIT 20 CARDS	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucata= set/ 20 carduri	423588_AST-N397 TEST KIT 20 CARDS. Cardul pentru testarea sensibilitatii la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat impreuna cu VITEK® 2 Systems in laboratoarele clinice ca metoda de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea bacililor Gramnegativi aerobi cu cea mai mare semnificatie din punct de vedere clinic la agentii antimicrobieni, conform instructiunilor. Ambalaj: 20 carduri/set. Bucata = set	CE, ISO
15.7	Card Vitek 2 AST N-222/ pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente	413083_VITEK 2 AST N222	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucata= set/ 20 carduri	413083_VITEK 2 AST N222. Cardurile pentru testarea susceptibilitatii bacililor Gram negativi VITEK® 2 sunt destinate utilizarii cu sistemele VITEK 2 in laboratoarele clinice ca test <i>in vitro</i> pentru a determina susceptibilitatea la agentii antimicrobieni a bacililor Gram negativi aerobi cu semnificatie clinica conform instructiunilor din Buletinul Informativ Online al Produsului. Ambalaj: 20 carduri/set. Bucata = set	CE, ISO
15.8	Card Vitek 2 AST-P592 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram pozitive (Staph, Enterococcus, S. agalactiae)	22287_VITEK 2 AST P592	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucata= set/ 20 carduri	22287_VITEK 2 AST P592. Cardul pentru testarea sensibilitatii la bacteriile Gram-pozitive, este conceput pentru a fi utilizat impreuna cu VITEK® 2 Systems in laboratoarele clinice ca metoda de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea <i>Staphylococcus spp.</i> , <i>Enterococcus spp.</i> , si <i>S. agalactiae</i> la agentii antimicrobieni, conform instructiunilor. Ambalaj: 20 carduri/set. Bucata = set	CE, ISO
15.9	Card Vitek 2 NH pentru identificarea speciilor de Actinobacillus, Campylobacter, Capnocytophaga, Haemophilus, Kingella, Neisseria, etc	21346_VITEK 2 NH KIT	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucata= set/ 20 carduri	21346_VITEK 2 NH KIT. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Neisseria-Haemophilus (NH) este conceput pentru a fi utilizat impreuna cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizata a microorganismelor rezistente (dificile) cu cea mai mare semnificatie din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/set. Bucata = set	CE, ISO
15.10	Card Vitek 2AST-ST03 pentru testarea sensibilitatii la antibiotice a speciilor de Streptococcus pneumoniae, Streptococi beta hemolitici si streptococi Viridans	421040_VITEK AST-ST03	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucata= set/ 20 carduri	421040_VITEK AST-ST03. Cardul pentru testarea sensibilitatii la speciile de Streptococcus, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat impreuna cu VITEK® 2 Systems in laboratoarele clinice ca metoda de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea <i>S. pneumoniae</i> , <i>Streptococcus beta-hemolytic</i> si <i>Viridans Streptococcus</i> la agentii antimicrobieni, conform instructiunilor. Ambalaj: 20 carduri/set. Bucata = set	CE, ISO
15.11	Card Vitek AST-YS08 pentru testarea sensibilitatii fungilor	420739_VITEK AST-YS08	SUA	bioMerieux, Inc.	Set=20 carduri	420739_VITEK AST-YS08. Cardul pentru testarea sensibilitatii la infectiile fungice, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat impreuna cu VITEK® 2 Systems in laboratoarele clinice ca metoda de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea levurilor cu cea mai mare semnificatie din punct de vedere clinic la agentii antifungici, conform instructiunilor. Ambalaj: 20 carduri/set. Bucata = set	CE, ISO
15.12	Card Vitek YST identificare fungi	21343_VITEK 2 YST	SUA	bioMerieux, Inc.	Set=20 carduri	21343_VITEK 2 YST. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea levurilor (YST) este conceput pentru a fi utilizat impreuna cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizata a levurilor si a microorganismelor asemănătoare levurilor cu cea mai mare semnificatie din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/set	CE, ISO
15.13	Soluție salină sterilă (pH 4.5-7) pentru prepararea inoculului, necesar la identificare și testarea sensibilității microorganismelor cu ajutorul cardurilor Vitek 2	EQ_V1204_SALINE SOLUTION	Franța	BioMérieux SA	Set = 3 flacoane de plastic câte 500 ml	EQ_V1204_SALINE SOLUTION. Solutie salina sterila numai pentru utilizarea in vitro. NaCl 0,45 % - pH = 4,5 – 7,0. Flacoane de plastic de 500 ml. Set = 3 flacoane. Accesoriile nu sunt IVD si nu au nevoie de CE	ISO

15.14	Tuburi de polistiren (transparente 12x75 mm)	EQ_69285_POLYSTYRENE TUBES (12X75 mm)	Franța	BioMérieux SA	Bucată =cutie cu 2000 tuburi transparente, 12x75 mm	EQ_69285_POLYSTYRENE TUBES (12X75 mm). Clare, pentru analizatorul VITEK® 2. Ambalaj: Cutie 1x2000 tuburi. Bucată = cutie. Accesoriile nu sunt IVD si nu au nevoie de CE	ISO
15.15	VITEK MS-CHCA	411071_VITEK MS-CHCA	Franța	BioMérieux SA	5x0,5 ml	411071_VITEK MS-CHCA. Matricea VITEK® MS-CHCA este folosită împreună cu sistemele VITEK® MS pentru a permite identificarea microorganismelor. Matricea absoarbe energia din laserul instrumentului și o transferă către microorganisme pentru a activa ionizarea. Ambalaj individual: VITEK® MS-CHCA = 5 x 0,5 ml	CE, ISO
15.16	VITEK MS-FA	411072_VITEK MS-FA	Franța	BioMérieux SA	5x0,5 ml	411072_VITEK MS-FA. VITEK® MS-FA este folosit pentru a pretrata levurile cu scopul de a facilita identificarea acestora conform metodei MALDI-TOF. Ambalaj individual: VITEK® MS-FA = 5 x 0,5 ml	CE, ISO
15.17	VITEK MS-DS SLIDE	410893_VITEK MS-DS SLIDE	Franța	BioMérieux SA	8x4 slide	410893_VITEK MS-DS SLIDE. Lamelele țintă VITEK® MS-DS permit identificarea microorganismelor conform metodei de spectrometrie de masă MALDI-TOF. Ambalaj individual: 8 x 4 lamele țintă	CE, ISO
15.18	VITEK PIKME NBS	423551_VITEK PICKME NBS	Franța	BioMérieux SA	18x96 vârfuri	423551_VITEK PICKME NBS. Cutie = 18x96 vârfuri. Set = cutie. Nu este IVD si nu are nevoie de CE	ISO
LOT 16 Vidas reactivi							
16.1	VIDAS CD GDH 60 teste	30125_VIDAS C. Difficile GDH	Franța	BioMérieux SA	Kit-60 teste	30125_VIDAS C. Difficile GDH. VIDAS® C. difficile GDH (GDH) este un test automat bazat pe tehnica Enzyme Linked Fluorescent Assay (ELFA – Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență), care se poate utiliza pe familia de aparate VIDAS®. Analiza VIDAS® C. difficile GDH (glutamat dehidrogenază) este un test calitativ care detectează antigenul C. difficile, glutamat dehidrogenaza, ca metodă de identificare a prezenței C. difficile în probele de materii fecale de la persoanele suspectate de infecție cu C. difficile (CDI). Prin intermediul testelor suplimentare, se detectează toxinele de C. difficile, iar testul trebuie utilizat ca sprijin în diagnosticarea infecției cu C. difficile. Ca și în cazul altor teste de C. difficile, rezultatele trebuie interpretate coroborat cu istoricul pacientului. 60 teste/kit	CE, ISO
16.2	VIDAS CD Toxina A/B 60 teste	30118_VIDAS C. DIFFICILE TOXIN A/B	Franța	BioMérieux SA	Kit-60 teste	30118_VIDAS C. DIFFICILE TOXIN A/B. Testul VIDAS® C. difficile Toxin A & B (CDAB) este un test automat care se utilizează cu gama de aparate VIDAS® pentru detectarea calitativă a toxinei A și a toxinei B Clostridium difficile în probele de scaun utilizând tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay – Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență). Testul VIDAS® C. difficile toxin A & toxin B (CDAB) asistă la diagnosticarea clinică a afecțiunilor asociate cu Clostridium difficile (CDAD). 60 teste/kit	CE, ISO
16.3	Quality Control Vidas	30706_VIDAS QCV - CONTROLUL CALITATII	Franța	BioMérieux SA	Set=60 teste	30706_VIDAS QCV - CONTROLUL CALITATII. Quality Control VIDAS® (QCV) este utilizat pentru detectarea funcționării anormale a mecanismelor de pipetare care pot afecta rezultatele testelor biologice. De asemenea, este destinat pentru verificarea capacității sistemul optic de a măsura niveluri ridicate de fluorescență. Testul QCV trebuie să fie executat periodic în fiecare poziție a instrumentelor VIDAS® și MINI VIDAS® (a se vedea Manualul de utilizare) sau în orice moment în care se suspectează una dintre problemele instrumentului menționate mai sus. Set = 60 teste	CE, ISO

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: SRL Mediclim AM

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1