

## Specificații tehnice F 4.1

Numărul licitației: 21040705					Data: 24.07.2021	Alternativa Nr.: _____
Denumirea licitației: Achiziționarea dispozitivelor medicale, Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2021					Lot: <b>50</b>	Pagina ____ din ____
Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Modelul articolului	Produsător / Tara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7
<b>3310000 0-1</b>	<b>Aspirator chirurgical mobil de putere înaltă</b>	<b>H-50 (cod 5320556)</b>	<b>HERSILL/ Spania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vacuum Limita minimă 0 mm Hg.</li> <li>• Limita maximă <math>\geq 670</math> mmHg sau 90kPa.</li> <li>• Rata de flux, l/min. <math>\geq 50</math> l/min.</li> <li>• Indicator vacuum da, eroarea <math>\geq \pm 10\%</math>.</li> <li>• Reglator aspirație da.</li> <li>• Nivelul de zgomot, dBA <math>\leq 45</math> dBA.</li> <li>• Vas colector- autoclavabil, reutilizabil, rezistent la factorii fizici, chimici si mecanici.</li> </ul> <p>Material polycarbonat cu capac cu atașament prin filet. Grosime perete vas minim 2 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numărul vaselor 2 bucati.</li> <li>• Capacitatea, L <math>\geq 2</math> L</li> <li>• Protecție la umplere pentru fiecare vas- da.</li> <li>• Vas colectorcu capac cu garnitura de cauciuc cu mîner atașate de troliul aspiratorului.</li> <li>• Suport cu roțile <math>\geq 4</math> roți.</li> <li>• Roti cu frina-da <math>\geq 2</math> bucati.</li> <li>• Mîner pentru transportare- da.</li> <li>• Greutate total maxim 20kg</li> <li>• Filtru de unică utilizare 20 bucati.</li> <li>• Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz.</li> <li>• Clasa de protectie – I</li> <li>• Ghid rapid laminat atașat de dispozitiv</li> </ul> <p>Informație adițională Cerințe de certificare: Conformitate cu directiva 93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vacuum Limita minimă 0 mm Hg <b>DA</b></li> <li>• Limita maximă <math>\geq 670</math> mmHg sau 90kPa <b>DA</b></li> <li>• Rata de flux, l/min. <math>\geq 50</math> l/min <b>DA</b></li> <li>• Indicator vacuum da, eroarea <math>\geq \pm 10\%</math> <b>DA</b></li> <li>• Reglator aspirație da <b>DA</b></li> <li>• Nivelul de zgomot, dBA <math>\leq 45</math> Dba <b>DA</b></li> <li>• Vas colector- autoclavabil, reutilizabil, rezistent la factorii fizici, chimici si mecanici. <b>DA</b></li> </ul> <p>Material polycarbonat cu capac cu atașament prin filet. Grosime perete vas minim 2 mm. <b>DA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numărul vaselor 2 bucati <b>DA</b></li> <li>• Capacitatea, L <math>\geq 2</math> L <b>DA</b></li> <li>• Protecție la umplere pentru fiecare vas- <b>DA</b></li> <li>• Vas colectorcu capac cu garnitura de cauciuc cu mîner atașate de troliul aspiratorului <b>DA</b></li> <li>• Suport cu roțile <math>\geq 4</math> roți <b>DA</b></li> <li>• Roti cu frina-da <math>\geq 2</math> bucati <b>DA</b></li> <li>• Mîner pentru transportare- <b>DA</b></li> <li>• Greutate total maxim 20kg <b>DA</b></li> <li>• Filtru de unică utilizare 20 bucati <b>DA</b></li> <li>• Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz <b>DA</b></li> <li>• Clasa de protectie – I <b>DA</b></li> <li>• Ghid rapid laminat atașat de dispozitiv <b>DA</b></li> </ul> <p>Informație adițională Cerințe de certificare: Conformitate cu directiva 93/42 CEE. // Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru</p>	<p><b>ISO9001</b></p> <p><b>ISO13485</b></p>

			<p>corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. // Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. // Instalare, darea in exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. // Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu.//</p> <p>Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat sau in una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se indice atât în oferta de preț cât și în factură (la livrare), prețul separat pentru fiecare dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.</p>	<p>produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. // Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. // Instalare, darea in exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. // Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu.//</p> <p>Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. // Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat sau in una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza)-obligatoriu. //Să se indice atât în oferta de preț cât și în factură (la livrare), prețul separat pentru fiecare dispozitiv, accesoriu și consumabil din set. <b>DA</b></p>	
--	--	--	---	--	--

Ofertantul: „MEDICA SENS” S.R.L. Adresa: Str. Călărași 66

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Sergiu Ciobanu** În calitate de: **Administrator**